

INFORME TÉCNICO EMITIDO EN VIRTUD DE LA RESOLUCIÓN Nº 103/2024 DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PUBLICA CORRESPONDIENTE AL RECURSO INTERPUESTO CONTRA LA ADJUDICACION DEL LOTE 2 DEL EXPEDIENTE 2022-0-143.

Elaborado por:

Dr. Salguero Bodes, Subdirector del área Médica.

Fecha: a 01 de abril de 2024.

La empresa **PALEX MEDICA S.A.**, interpuso recurso especial en materia de contratación contra la adjudicación del lote nº 2 (nº de recurso 39/2024) expediente 2022-0-143 “SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE DESFIBRILADORES, ELECTROCARDIOGRAFOS, EQUIPOS DE ANESTESIA, ECÓGRAFOS, ECOCARDIOGRAFOS, VENTILADORES, EQUIPOS DE ALTO FLUJO, BASE HUMIDIFICADORA, ASISTENTE DE TOS Y RESPIRADORES, PARA EL NUEVO BLOQUE TÉCNICO Y DE HOSPITALIZACIÓN DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE”.

A la vista del recurso el Tribunal Administrativo de Contratación Pública con fecha 14 de marzo de 2024, emite la resolución nº 103/2024, por la que estima parcialmente el recurso interpuesto por **PALEX MEDICA S.A.**, contra la adjudicación del lote 2.

INFORME TÉCNICO

Lote 2:

En cumplimiento de la resolución nº 103/2024 del Tribunal Administrativo de Contratación Pública se ha procedido a valorar nuevamente todas las ofertas quedando de la siguiente manera:

- La oferta presentada por **PALEX MEDICA S.A.**, **cumple** con las especificaciones del pliego.
- La oferta presentada por **TEHCAREMAR, S.L.**, **no cumple** con las especificaciones del pliego, en los siguientes términos:

Apartado 2.2. Electrocardiógrafo 12 derivaciones avanzado con carro.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- “Capacidad de descargar ECG previos del paciente en el propio electrocardiógrafo (extraídos bidireccionalmente de la HCE).

-El software propio del equipo (y no un software adicional), deberá permitir la integración del mismo con el sistema de gestión de electrocardiografía e información del Hospital, y, por tanto, tendrá la capacidad de recibir y mostrar a través de un display del propio equipo las listas de trabajo”.

Resumen de cumplimiento y puntos técnicos:

LOTE	DESCRIPCIÓN ARTICULO	NOMBRE PROVEEDOR	CUMPLIMIENTO PPT	PUNTOS TÉCNICOS
2	ELECTROCARDIÓGRAFOS	PALEX MEDICA S.A	SI	30
		TEHCAREMAR, S.L	NO	N/P

De las ofertas presentadas, **que cumplen** con los requisitos mínimos técnicos establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas, se adjunta tabla resumen con la puntuación completa de cada oferta según los criterios establecidos de adjudicación que son evaluables mediante aplicación de fórmulas automáticas.

FIRMADO

Firmado digitalmente por: SALGUERO BODES RAFAEL
Fecha: 2024.04.02 12:23

Dr. Salguero Bodes
Subdirector del Área Medica

EXPEDIENTE: 2022-0-143

ELECTROMEDICINA (LOTE 2-ELECTROCARDÍOGRAFOS)		Destino: HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE
LOTE	CONCEPTO	PUNTUACION DE CRITERIOS DE VALORACION
1	ELECTROCARDÍOGRAFOS	PALEX MEDICA SA.....TOTAL PUNTOS: 30
	TOTAL: PUNTOS..... HASTA 30 PUNTOS	
	<u>2.1. Electrocardiógrafo 12 derivaciones básico con carro</u>	
	1.- Software que permita analizar la evolución del ST de forma rápida e intuitiva mediante la presentación en dos ejes de la evolución tridimensional del ST.....5 puntos.	1.- Si Dispone..... 5 PUNTOS
	2.- Código de colores en pantalla que permite conocer la calidad de cada derivación antes de registrar.5 puntos.	2.- Si Dispone..... 5 PUNTOS
	3.- Posibilidad de realizar ECG desde botón del cable de latiguillos o módulo de paciente.5 puntos.	3.- Si Dispone..... 5 PUNTOS
	<u>2.2. Electrocardiógrafo 12 derivaciones avanzado con carro</u>	
	4.- Software que permita analizar la evolución del ST de forma rápida e intuitiva mediante la presentación en dos ejes de la evolución tridimensional del ST.5 puntos.	4.- Si Dispone..... 5 PUNTOS
	5.- Código de colores en pantalla que permite conocer la calidad de cada derivación antes de registrar.....5 puntos.	5.- Si Dispone..... 5 PUNTOS
	6.- Posibilidad de realizar ECG desde botón del cable de latiguillos o módulo de paciente.5 puntos.	6.- Si Dispone..... 5 PUNTOS