 SaludMadrid <b>Hospital Universitario Ramón y Cajal</b> SERVICIO DE SUMINISTROS <b>SUMC</b>	<b>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</b>	<b>ANEXO 24</b>
---	----------------------------------	-----------------

**EXPEDIENTE:** 2023000061


## OBJETO DEL CONTRATO

El presente contrato tiene por objeto el suministro de URETEROSCOPIO FLEXIBLE DESECHABLE para el Servicio de UROLOGIA, para cubrir las necesidades del Hospital

LOTE	Nº ORDEN	CÓDIGO	ARTÍCULO
1	1	316642	<b>URETEROSCOPIO FLEXIBLE DESECHABLE</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Campo de visión <math>\geq 110^\circ</math></li> <li>- Angulo de deflexión de al menos <math>270^\circ</math> para ambos lados</li> <li>- Tubo de inserción con diámetro externo máximo de 9 Fr</li> <li>- Diámetro canal de trabajo de 3.6 Fr</li> <li>- Longitud de trabajo <math>\geq 650</math> mm</li> <li>- Iluminación LED dual</li> </ul> <b>Cesión</b> de procesador de imágenes

## ANEXO:

- En cada artículo deberá figurar impreso el correspondiente y obligado marcado CE.
- Todas las medidas de cada una de las referencias de los artículos ofertados deberán venir expresadas en medidas europeas.
- Todos los artículos deberán cumplir la normativa vigente en cada caso.
- Aquellos productos que lo requieran, deberán incluir el certificado de exención de látex.
- Los licitadores deberán presentar la siguiente documentación técnica:
  - Relación de productos ofertados.
  - Ficha técnica del producto, catálogos y toda aquella información que el licitante considere oportuna, para la realización de informe técnico.
A la hora de valorar dicho informe, solo se tendrá en cuenta la documentación presentada en castellano.
- Muestras solicitadas para la evaluación de los productos: **NO**.  
En caso de ser necesarias se solicitarían con posterioridad.
- Etiquetado en el que figure:
  - La denominación del artículo.
  - El método de esterilización utilizado.
  - Las fechas de caducidad del producto.
  - El número de lote.
  - La referencia comercial.
  - Marcado CE.
  - Toda la información será perfectamente legible y estará en castellano.

 <b>Hospital Universitario Ramón y Cajal</b> SERVICIO DE SUMINISTROS <b>SUMC</b>	<b>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</b>	<b>ANEXO 24</b>
---	----------------------------------	-----------------

8. Si durante el plazo de ejecución del contrato, incluido el período prorrogado, se presentan nuevos artículos que bien sustituyan a los inicialmente adjudicados o bien convivan con ellos, los adjudicatarios están obligados a proponer sustituciones de los productos o materiales seleccionados por otros que incorporen avances o innovaciones tecnológicas que mejoren las prestaciones o características de los adjudicados, siempre que su precio sea igual o inferior al inicialmente adjudicado y cumplan con los requisitos legales y administrativos determinados en la contratación del artículo primitivo. Asimismo, se puede aceptar ampliación de referencias para un mismo artículo permaneciendo invariable el precio.
9. Los adjudicatarios impartirán cursos de formación. Se realizarán dentro del primer mes desde la firma del contrato y de forma permanente, cuando sea necesario, durante la ejecución del mismo.



**Hospital Universitario  
Ramón y Cajal**  
SERVICIO DE SUMINISTROS  
**SUMC**

ANEXO AL PLIEGO DE  
ESPECIFICACIONES  
TÉCNICAS

ANEXO 25

**P.A. 2023000061**

LOTE	N.O.	CODIGO	ARTICULO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD ESTIMADA (24 meses)	PRECIO UNIDAD MEDIDA (IVA no incluido)	BASE IMPONIBLE	TIPO IVA	TOTAL IVA	IMPORTE TOTAL ESTIMADO (IVA incluido)
1	1	316642	URETEROSCOPIO FLEXIBLE DESECHABLE	UNIDAD	400	651,00	260.400,00	21,00	54.684,00	315.084,00

<b>IMPORTE TOTAL:</b>	<b>260.400,00</b>		<b>54.684,00</b>	<b>315.084,00</b>
-----------------------	-------------------	--	------------------	-------------------