

RESOLUCIÓN DE MODIFICACIÓN DEL PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES y PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

Expediente: 2023000061 “SUMINISTRO DE URETEROSCOPIO FLEXIBLE DESECHABLE PARA EL SERVICIO DE UROLOGÍA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMON Y CAJAL”.

Habiéndose llevado a cabo revisión del PPT por parte del Servicio promotor del expediente se ha modificado la descripción de los criterios cualitativos evaluables por aplicación de fórmulas del apartado nº 8 cláusula 1 del PCAP, y en el campo descripción del Artículo del PPT, esta Dirección Gerencia, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución de 342/2021 de 13 de septiembre, de la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria y Salud Pública y Dirección General del Servicio Madrileño de Salud, por la que se delega el ejercicio de determinadas competencias en materia de contratación y gestión económico-presupuestaria. (B.O.C.M. Núm. 222 de 17 de septiembre de 2021).

RESUELVE

PRIMERO.- Modificar los criterios evaluables de forma automática por aplicación de fórmulas del apartado 8.2, cláusula 1 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, en este sentido:

- Donde dice:

Mayor número de lux de los LEDs.....15 puntos

- Debe decir:

Mayor diámetro exterior del tubo de inserción.....15 puntos

SEGUNDO.- Modificar el Artículo del Pliego de Prescripciones Técnicas, en este sentido:

- Donde dice:

LOTE	Nº ORDEN	CÓDIGO	ARTÍCULO
1	1	316642	URETEROSCOPIO FLEXIBLE DESECHABLE - Campo de visión > 100º - Desviación máxima de 275º - Tubo de inserción con diámetro externo máximo de 9 Fr - Diámetro canal de trabajo de 3.6 Fr - Longitud de trabajo de 650 mm a 670 mm - Canales de trabajo y de irrigación independientes - Iluminación LED dual Cesión de procesador de imágenes

- Debe decir:

LOTE	Nº ORDEN	CÓDIGO	ARTÍCULO
1	1	316642	URETEROSCOPIO FLEXIBLE DESECHABLE - Campo de visión $\geq 110^\circ$ - Angulo de deflexión de al menos 270º para ambos lados - Tubo de inserción con diámetro externo máximo de 9 Fr - Diámetro canal de trabajo de 3.6 Fr - Longitud de trabajo ≥ 650 mm - Iluminación LED dual Cesión de procesador de imágenes

Así mismo, se informa a todos los interesados en el procedimiento, que se procederá a insertar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas rectificados en el apartado “pliegos de condiciones” y se ha dejado los pliegos retirados en el apartado “Otros Documentos” del Portal de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, para que así conste toda la información.

TERCERO.- Ampliar el plazo de presentación de ofertas, publicándose las siguientes fechas:

- Fecha límite de presentación de ofertas: 18 de diciembre de 2023
- Apertura de ofertas económicas: 27 de diciembre fe 2023, a las 11,40 horas.

CUARTO.- Publicar esta Resolución en el Perfil de Contratante del Portal de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, para general conocimiento.

Madrid, en la fecha de la firma

EL DIRECTOR GERENTE

Firmado digitalmente por: CARLOS MINGO RODRIGUEZ - ***5821**
Fecha: 2023.11.03 03:47

Fdo.: Carlos Mingo Rodríguez



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: 0926391063618188232062