



Gerencia Asistencial
de Atención Primaria
CONSEJERÍA DE SANIDAD

Dirección Técnica de Compras, Suministros y Gestión Económica
Gerencia Adjunta de Gestión y Servicios Generales

Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía todas las firmas auténticas y se han ocultado los datos personales protegidos y los códigos que permitirían acceder al original.

**PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HA DE REGIR EN EL CONTRATO DE:
SUMINISTRO DE DESINFECTANTES CON DESTINO A LOS CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA
DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO
SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA.**

A/SUM-032798/2023

CONSIDERACIONES GENERALES:

1. El material presentará una fecha de caducidad mínima de 18 meses desde su fecha de recepción, de otra forma se procederá a su devolución y retirada a cargo del proveedor.
2. El proveedor dispondrá de un procedimiento de retirada del material caducado/defectuoso incluyendo la adecuada eliminación de los mismos.
3. En los supuestos de rotura de stock y desabastecimiento el proveedor comunicará esta situación de forma inmediata, informando del plazo estimado de normalización del suministro. En ningún caso será superior a tres meses y el proveedor tendrá obligación de sustituir el material objeto del contrato por otro de igual o superior calidad al adjudicado, previa conformidad de la Gerencia.
4. Existirá un servicio de atención a la gestión y logística de pedidos que comprenderá al menos un teléfono, dirección de e-mail y/o fax específico de contacto.
5. El adjudicatario garantizará durante la vigencia del contrato la capacidad de abastecimiento.
6. Las entregas del suministro se efectuarán en los almacenes relacionados en este pliego.
7. En su caso, todas las instrucciones vendrán en castellano.
8. La fecha de caducidad y el lote estarán indicados en el envase general y en el individual del producto en los casos en los que proceda.
9. Cuando así le sea requerido, el adjudicatario facilitará una o dos muestras para cada uno de los almacenes existentes, que se entregarán en el lugar y fechas indicados en ese requerimiento.
10. Documentación gráfica (posters, trípticos, etc) y/o protocolos de utilización correcta de todos los artículos.

11. Normativa general

Todo el material ofertado tendrá marcado CE, de acuerdo con el reglamento UE 2017/745 y el RD 1591/2009 durante el ámbito de aplicación de sus respectivos artículos.

12. Otras normativas según aplique:

UNE-EN 14885-2023: Antisépticos y desinfectantes químicos. Métodos de ensayo normalizados a utilizar para reivindicar las pretensiones de actividad para los productos

NORMA UNE-EN 13727 (fase 2, etapa1). Actividad Bactericida

NORMA UNE-EN 14561 (fase 2, etapa 2). Actividad Bactericida de desinfección de instrumental por inmersión.

NORMA UNE-EN 13624 (fase 2, etapa 1). Actividad levuricida
 NORMA UNE-EN 14562 (fase 2, etapa 2). Actividad levuricida
 NORMA UNE-EN 17387 (fase 2, etapa 2). Actividad Bactericida / Actividad levuricida (sin acción mecánica)
 NORMA UNE-EN 16615 (fase 2, etapa 2) Actividad Bactericida / Actividad levuricida (con acción mecánica)
 NORMA UNE-EN 14348 (fase 2, etapa 1). Actividad Micobactericida/
 NORMA UNE-EN 14563 (fase 2, etapa 2). Actividad Micobactericida/Tuberculicida de desinfección de instrumental por inmersión.
 NORMA UNE-EN 14476 (fase 2, etapa 1). Actividad Viricida
 NORMA UNE-EN 17126 (fase 2, etapa 1). Actividad esporicida en desinfección de superficies
 NORMA UNE-EN 17111 (fase 2, etapa 2). Actividad Viricida
 NORMA UNE-EN 16777 (fase 2, etapa 2), Actividad Viricida (sin acción mecánica)
 NORMA UNE-EN 17126 (fase 2 etapa 1) Actividad esporicida contra C. diff./Actividad esporicida

13. Los licitadores deberán presentar la Ficha de datos de seguridad de todos los productos a los que liciten, en castellano.
14. Se deberá presentar Declaración de compatibilidad con los materiales más habituales a desinfectar: Acero inoxidable, aluminio, cromados, cristal, plásticos, superficies de productos no invasivos, elastómeros termoplásticos, siliconas, etc.

RELACIÓN DE ALMACENES PARA ENTREGAS DE MATERIAL:

Almacén PAVONES	C.S. Pavones C/ Hacienda de Pavones nº 271, entrada por rampa C/ Brujas 28030 - Madrid 913.016.415
Almacén COSLADA	Avda. de Madrid nº 11, C.S. Ciudad San Pablo 28822 - Coslada 916.714.488
Almacén MELCHOR FDEZ. ALMAGRO	C/ Melchor Fernández Almagro nº 1 28029 - Madrid 913.352.595
Almacén MAJADAHONDA	Avda. España, 7 28220 - Majadahonda (Madrid) 916.026.974
Almacén LEGANÉS	Avda. de los Pinos nº 30, planta -1 28914 - Leganés (Madrid) 915.129.311
Almacén ALBERTO PALACIOS	C/ Domingo de Párraga nº 48, C.S. San Andrés 28021 - Madrid 915.059.416

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS ARTÍCULOS:

Lote	Código	Descripción del lote	Características técnicas
1	100986	DESINFECTANTE LIQUIDO ACIDO PERACETICO/PEROXIDO HIDROGENO 1 LITRO PARA EQUIPOS-APARATOS	<ul style="list-style-type: none">• Desinfectante de alto nivel para material médico-quirúrgico termosensible y productos sanitarios no desechables, no aptos para esterilización, utilizados en terapias respiratorias.• Grado de compatibilidad del producto con los distintos materiales.• Desinfectante no activo, compuesto de solución activadora y solución diluyente.• Composición: Ácido peracético/peróxido de hidrogeno• Facilidad en la preparación de la solución activada: que no precise recipientes adicionales y conservación de la misma para posteriores usos tras activación.• Tiempo de activación de la solución: inferior a 35 minutos.• Tiempo necesario de contacto con el material una vez activada la solución: No superior a 10 minutos.• Tiempo de estabilidad de la solución una vez activada para su uso: mínimo de 14 días.• Eficacia frente a bacterias, microbacterias, hongos, virus y esporas• Con instrucciones de uso del desinfectante en castellano en el envase y etiquetado acorde a normativa vigente especificando el contenido.• Declaración de envase exento de látex• Debe exhibir el marcado CE en su etiquetado acompañado del número de identificación del Organismo notificado que ha intervenido en su evaluación.• Presentación: botella de 750 ml a 1000 ml
2	200799	TIRA REACTIVA TEST ACIDO PERACETICO	<ul style="list-style-type: none">• Tira reactiva colorimétrica para la comprobación de la activación/desactivación del ácido peracético.• Con instrucciones de uso en castellano en el envase y etiquetado acorde a normativa vigente.• Instrucciones claras para la interpretación del resultado de la colorimetría sobre la activación/eficacia del ácido peracético.• Declaración de envase exento de látex• Debe exhibir el marcado CE en su etiquetado acompañado del número de identificación del organismo notificado que ha intervenido en su evaluación.• Presentación: Bote de 50 a 100 unidades

Lote	Código	Descripción del lote	Características técnicas
3	101037	DETERGENTE CONCENTRADO ENZIMÁTICO 1 LITRO PARA INSTRUMENTAL	<ul style="list-style-type: none">• Detergente para la limpieza de instrumental médico.• Recomendable que sea multienzimático.• Para limpieza manual total por inmersión de las partes internas y externas del instrumental médico.• Con agentes tensioactivos no iónicos pH neutro.• Compatible con los desinfectantes de instrumental médico libres de aldehídos.• Mejora de eficacia en el rango de temperatura 30-50°C.• Olor no irritante.• En la documentación técnica debe constar:<ul style="list-style-type: none">○ Composición cuantitativa y cualitativa, especificando la acción de cada uno de los componentes.○ PH del producto concentrado y a distintas diluciones de uso.○ Temperatura óptima de utilización y actividad a temperatura ambiente (21-24°).○ Instrucciones claras en castellano sobre la forma de uso del producto: dilución, temperatura del agua, tiempo de inmersión, duración del producto una vez diluido para la limpieza, eliminación tras su uso óptimo.○ Documento de compatibilidad con los distintos materiales.• Declaración de envase exento de látex• Con instrucciones de uso en castellano en la etiqueta y etiquetado acorde a normativa vigente especificando el contenido.• Debe exhibir el marcado CE en su etiquetado acompañado del número de identificación del organismo que ha intervenido en su evaluación.• Presentación: botella de 750 ml a 1000 ml

Lote	Código	Descripción del lote	Características técnicas
4	118031	DESINFECTANTE ESPUMA AMONIO CUATERNARIO/FENOXIETANOL SIN ALCOHOL SIN ALDEHIDOS 1L PARA SUPERFICIES	<ul style="list-style-type: none">• Preparado especial para la desinfección rápida de superficies pequeñas, instrumentos, aparatos médicos y superficies de las unidades de trabajo.• Eficacia frente a bacterias, micobacterias, hongos y virus• No contenga aldehidos• Ficha de seguridad del producto en castellano• Con instrucciones de uso en castellano y etiquetado acorde a normativa vigente especificando el contenido• Declaración de envase exento de látex• Debe exhibir el marcado CE en su etiquetado acompañado del número de identificación del organismo notificado que ha intervenido en su evaluación• Presentación: botella de 750 ml a 1000 ml
5	116648	TOALLITA DESINFECTANTE ESPORICIDA, VIRUCIDA, BACTERICIDA SIN ALCOHOL PARA SUPERFICIES	<ul style="list-style-type: none">• Toallitas húmedas no tejidas, impregnadas en desinfectante para uso profesional• Indicación: desinfección de superficies de dispositivos médicos no invasivos dentro de los entornos sanitarios.• Eficacia frente a bacterias, micobacterias, hongos y virus• Debe constar su composición (compuestos de amonio cuaternario/fenoxietanol).• No pueden contener alcohol.• Declaración de producto exento de látex• Ficha de datos de seguridad del producto en castellano.• Con instrucciones de uso en castellano y etiquetado acorde a normativa vigente especificando el contenido• Debe exhibir el marcado CE en su etiquetado acompañado del número de identificación del Organismo notificado que ha intervenido en su evaluación.• Presentación: envase de 50 a 100 unidades

CONFORME:
EL ADJUDICATARIO
ENFERMERA TÉCNICA DE APOYO DTCSyGE

POR LA ADMINISTRACIÓN,
EL VICECONSEJERO DE SANIDAD
Por Resolución 111/2023, de 8 de agosto
Designa suplente por vacante de la GAGySG de Atención Primaria del SERMAS
EL DIRECTOR TECNICO DE RECURSOS HUMANOS

Firmado digitalmente por: PRADO CORTES FELISA
Fecha: 2023.10.04 15:42

ANEXO II
RELACION PRECIOS Y UNIDADES

Lote	Código	Descripción del lote	Formato	Precio unit neto Lic.	Cantidad	Importe lote sin IVA	% IVA	Importe lote
1	100986	DESINFECTANTE LIQUIDO ACIDO PERACETICO/PEROXIDO HIDROGENO 1 LITRO P/EQUIPOS-APARATOS	unidad	13,000000	1.956	25.428,00	21	30.767,88
2	200799	TIRA REACTIVA TEST ACIDO PERACETICO	unidad	0,250000	15.200	3.800,00	21	4.598,00
3	101037	DETERGENTE CONCENTRADO ENZIMATICO 1 LITRO P/INSTRUMENTAL	unidad	6,500000	4.970	32.305,00	21	39.089,05
4	118031	DESINFECTANTE ESPUMA AMONIO CUATERNARIO/FENOXIETANOL S/ALCOHOL S/ALDEHIDOS 1L P/SUPERFICIES	unidad	4,950000	4.152	20.552,40	21	24.868,40
5	116648	TOALLITA DESINFECTANTE ESPORICIDA, VIRUCIDA, BACTERICIDA SIN ALCOHOL P/SUPERFICIES	unidad	0,033000	886.250	29.246,25	21	35.387,96
						111.331,65	23.379,64	134.711,29