

EVALUACIÓN TÉCNICA DEL PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO PLURALIDAD DE CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN, PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE TELEMETRÍA FETAL PARA EL SERVICIO DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA DEL HOSPITAL MATERNO-INFANTIL DEL HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO "GREGORIO MARAÑÓN"

EXP.: A/SUM-033424/2023

FORMA: PLURALIDAD DE CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

EMPRESAS LICITANTES PRESENTADAS:

- PALEX MEDICAL, S.A.

Vista la documentación técnica aportada por la empresa PALEX MEDICAL, S.A., única empresa licitante al procedimiento abierto para el *Suministro e Instalación de un Sistema de Telemetría Fetal para el Servicio de Ginecología y Obstétrica del Hospital Materno-Infantil del Hospital General Universitario "Gregorio Marañón"*, se informa lo siguiente:

- **PALEX MEDICAL, S.A.**

Con la documentación técnica aportada se comprueba que el equipo ofertado, marca Philips modelo Avalon CL, se ajusta a los requisitos mínimos requeridos en el Pliego de Prescripciones Técnicas que rige la contratación. Se hace constar que el Hospital ya dispone del modelo ofertado por lo que no es necesario efectuar demostración del mismo.

Respecto a la documentación técnica solicitada en el PCAP, aporta toda la documentación solicitada en el PCAP.

En base a lo anterior se procede a evaluar los criterios cuantificables dependientes de juicio de valor:

- **Ergonomía del equipo presentado: hasta 3 puntos.**

- **Montaje del equipo, pesos, limpieza...: hasta 3 puntos.**

Los transductores ofertados son ligeros, con formas redondeadas y que permiten una fácil limpieza.

En base a lo anterior, en este apartado se otorga una puntuación de 3 puntos.

- **Valoración de las funciones de monitorización, registro y software presentadas: hasta 3 puntos.**

- **Opciones y parámetros presentados...: hasta 3 puntos**

El equipo presentado permite la monitorización completa en pacientes de alto riesgo durante el periodo ambulatorio y la hidroterapia. Permiten su uso incluso bajo el agua.

En base a lo anterior, en este apartado se otorga una puntuación de 3 puntos.

- **Valoración de accesorios y fungibles presentados: hasta 3 puntos.**

- **Transductores, cables, otros: idoneidad, uso y calidad...: hasta 3 puntos**

Se incluye transductor que permite la medida de la frecuencia cardíaca fetal de gemelos.

EVALUACIÓN TÉCNICA EXP. A/SUM-033424/2023 - Pág. 1/2



En base a lo anterior, en este apartado se otorga una puntuación de 3 puntos.

- **Plan de formación: hasta 3 puntos.**

- **Formación clínica relativa al equipamiento ofertado: hasta 2 puntos.**

- **Plan de formación dirigido al Servicio de Ingeniería y Mantenimiento: hasta 1 punto**

La oferta detalla la formación destinada a los usuarios sin limitación del número de personas, con una duración de entre 2 y 4 horas. Durante la formación se podrán a disposición de los usuarios los accesorios y equipos tales como: maniqués y simuladores que sean necesarios. Se facilita contenido del programa de formación.

La oferta detalla la formación destinada al personal de mantenimiento sobre los fallos y averías más habituales: su detección y arreglo.

En base a lo anterior, en este apartado se otorga una puntuación de 3 puntos.

Teniendo en cuenta las valoraciones parciales indicadas en los apartados anteriores, la puntuación final de la oferta presentada se refleja en la siguiente tabla resumen de puntuación:

Otros criterios cuya cuantificación depende de un juicio de valor	PALEX MEDICAL
Ergonomía del equipo presentado: hasta 3 puntos	3
Valoración de las funciones de monitorización, registro y software presentadas: hasta 3 puntos.	3
Valoración de accesorios y fungibles presentados: hasta 3 puntos.	3
Plan de formación: hasta 3 puntos.	3
Total	12

Madrid, 6 de octubre de 2023

EL RESPONSABLE
DE ELECTROMEDICINA



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: **1277739686515128034369**