



ACLARACIÓN A CONSULTAS DE LICITADORES

Expediente A/SUM-033689/2023

“SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA MÁQUINA DE ANESTESIA PARA RM EN EL SERVICIO DE ANESTESIA Y REANIMACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO “GREGORIO MARAÑÓN””.

Para general conocimiento de los interesados en la licitación se publica la respuesta dada por la Unidad Promotora de este expediente, a la consulta realizada por la empresa **DIREX, S.L.:**

Pregunta:

Al revisar las características técnicas exigidas en el expediente A/SUM-033689/2023 de Suministro e instalación de una máquina de anestesia para RM en el Servicio de Anestesia y Reanimación del Hospital General Universitario "Gregorio Marañón", nos surge una duda relativa al punto que dice:

- Mezclador de gases controlado electrónicamente.

Ya que se trata de equipos destinados a entornos de resonancia magnética, nos preguntamos:

¿Sería factible ofertar herramientas mecánicas que ayuden a la mezcla de esos gases, como un rotámetro mecánico?

Respuesta:

Sí, sería factible ofertar herramientas mecánicas que ayuden a la mezcla de esos gases, como un rotámetro mecánico.

Madrid, 2 de octubre de 2023

SERVICIO DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

Fdo.: Nieves Carrión Sánchez

