

ACLARACIÓN A CONSULTAS DE LICITADORES

Expediente A/SUM-031955/2023

“SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN EQUIPO DE ESTIMULACIÓN MAGNÉTICA REPETITIVA PARA EL SERVICIO DE NEUROFISIOLOGÍA DEL HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO “GREGORIO MARAÑÓN”.

Para general conocimiento de los interesados en la licitación se publican las respuestas dadas por la Unidad Promotora de este expediente, a las consultas realizadas por la empresa **SOINDENEURO.**:

Consulta (1):

Indicar Número, modelo y descripción de las bobinas existentes en el Servicio, con las que el equipo ofertado tiene que ser compatible.

Respuesta (1):

Las bobinas de las que disponemos y con las que se exige compatibilidad, ya que se utilizan con un neuronavegador (brainsight) son:

- *Magstim doble coil ventilada 70 mm: **4 bobinas***
- *Magstim doble coil ventilada sham: **1 bobina***
- *Magstim doble coil compatible con resonancia 70mm: **1 bobina***
- *Magstim doble coil cónica 110mm: **1 bobina***
- *Magstim circular 90mm: **2 bobinas***
- *Magstim doble coil 70mm: **3 bobinas***
- *Magstim circular 45mm: **1 bobina***
- *Magstim doble coil 40mm: **1 bobina***

Consulta (2):

¿Es admisible ofertar un equipo con sus propias bobinas, equivalentes a las existentes en el Servicio?

Respuesta (2):

Sí, es admisible.

Madrid, 2 de octubre de 2023

SERVICIO DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

Fdo.: Nieves Carrión Sánchez

