

EVALUACIÓN TÉCNICA DEL PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO PLURALIDAD DE CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN, PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS EQUIPOS DE PERIMETRÍA COMPUTARIZADA (CAMPÍMETRO) PARA EL SERVICIO DE OFTALMOLOGÍA DEL HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO “GREGORIO MARAÑÓN”

EXP.: A/SUM-032167/2023

FORMA: PLURALIDAD DE CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

EMPRESAS LICITANTES PRESENTADAS:

- **CARL ZEISS MEDITEC IBERIA, S.A.U.**

Vista la documentación técnica aportada por la empresa *CARL ZEISS MEDITEC IBERIA, S.A.U.*, única empresa licitante al procedimiento abierto para el *Suministro e Instalación de dos Equipos de Perimetría Computarizada (Campímetro) para el Servicio de Oftalmología del Hospital General Universitario “Gregorio Marañón”*, se informa lo siguiente:

- *CARL ZEISS MEDITEC IBERIA, S.A.U.*

Con la documentación técnica aportada se comprueba que el equipo ofertado, marca Carl Zeiss modelo Humphrey HFA 860, se ajusta a los requisitos mínimos requeridos en el Pliego de Prescripciones Técnicas que rige la contratación. Se hace constar que se ha efectuado la demostración del equipo ofertado de forma satisfactoria.

Respecto a la documentación técnica solicitada en el PCAP, aporta toda la documentación solicitada en el PCAP.

En base a lo anterior se procede a evaluar los criterios cuantificables dependientes de juicio de valor:

- **Ergonomía de los equipos presentados: hasta 4 puntos.**

- Montaje del equipo, giros, desplazamiento del equipamiento, configuración de pantalla: 4 puntos.

El equipo se presenta para su uso en una mesa y mentonera ajustables. Esto permite una posición más cómoda para el paciente. Se permite el uso del equipo tanto a través de la pantalla táctil como del ratón. Los comandos e iconos de menú facilitan y simplifican el manejo.

En base a lo anterior, en este apartado se otorga una puntuación de 4 puntos.

- **Valoración de las funciones de registro y software presentadas: hasta 5 puntos.**

- Opciones y parámetros presentados: hasta 5 puntos

La oferta presenta una completa biblioteca de pruebas y de estrategias de pruebas de umbral. Tales como SITA Fast, SITA Faster o FastPac que se adecuan perfectamente a las necesidades del Servicio.

En base a lo anterior, en este apartado se otorga una puntuación de 5 puntos.

- **Valoración de accesorios y fungibles presentados: hasta 3 puntos.**

- Módulos, cables, otros: idoneidad, uso y calidad: 3 puntos

El equipo no necesitará consumibles para su uso. Se incluye el accesorio Liquid Trial Lens que



carga automáticamente la corrección refractiva de cada paciente a partir del examen anterior. Se incluye accesorio para usar lentes manuales en los casos fuera de rango de la Liquid Trial Lens.

En base a lo anterior, en este apartado se otorga una puntuación de 3 puntos.

- **Plan de formación: hasta 3 puntos.**

- **Formación clínica relativa al equipamiento ofertado: 2 puntos.**

- **Plan de formación dirigido al Servicio de Ingeniería y Mantenimiento: 1 punto**

Se incluye unos completos planes de formación clínica y para el personal de mantenimiento. Estos incluyen los módulos de los que constarían, objetivos, programa, metodología/ubicación, tutor y duración. Se detallan los recursos técnicos tales como herramientas especializadas y software utilizado. A la finalización de la formación se entregaría la certificación correspondiente.

En base a lo anterior, en este apartado se otorga una puntuación de 3 puntos.

Teniendo en cuenta las valoraciones parciales indicadas en los apartados anteriores, la puntuación final de la oferta presentada se refleja en la siguiente tabla resumen de puntuación:

Otros criterios cuya cuantificación depende de un juicio de valor	CARL ZEISS
Ergonomía de los equipos presentados: hasta 4 puntos	4
Valoración de las funciones de registro y software presentadas: hasta 5 puntos.	5
Valoración de accesorios y fungibles presentados: hasta 3 puntos.	3
Plan de formación: hasta 3 puntos.	3
Total	15

Madrid, 16 de octubre de 2023

EL JEFE DE SERVICIO DE
OPTALMOLOGÍA

EL SUBDIRECTOR
DE INGENIERÍA

