



Gerencia Asistencial  
de Atención Primaria  
CONSEJERÍA DE SANIDAD

Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía todas las firmas auténticas y se han ocultado los datos personales protegidos y los códigos que permitían acceder al original.



## **PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HA DE REGIR EN EL CONTRATO DE ADQUISICION DE EXPOSITORES DE VACUNAS CON DESTINO A LOS CENTROS SANITARIOS DE ATENCION PRIMARIA A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO MEDIANTE PLURARIDAD DE CRITERIOS**

### **CONSIDERACIONES GENERALES:**

1. El presente contrato se adjudicará por artículos independientes. En los anexos a este documento figuran las relaciones de precios y características técnicas de los artículos en licitación.
2. Las empresas en caso de ser adjudicatarias, deberán:
  - Realizar el montaje, puesta en marcha, pruebas de funcionamiento e instrucción al personal que vaya a manejar el material en un plazo máximo de 5 días desde la entrega en el Centro de destino.
  - Retirada de cajas, embalajes o envoltorios.
  - Garantizarán el suministro de accesorios y repuestos necesarios para mantener el material en perfecto estado de funcionamiento durante un mínimo de 10 años.
  - El tiempo de duración de la garantía será de 36 meses, contando desde la recepción del equipamiento en el Centro o puesta en marcha en los casos que lo requiera.
  - Todos los equipos y aparatos médico-asistenciales incluirán manual de uso en castellano.
  - El adjudicatario entregará a la firma del contrato en soporte electrónico:
    - Manual de uso los equipos en castellano.
    - Ficha técnica de los equipos
    - Relación de los fungibles necesarios para el funcionamiento del equipo.
3. En el caso de no ser conforme la recepción del material, el suministrador dispondrá de un plazo a determinar por la Gerencia para corregir las eventuales deficiencias, al final del cual y si no llegar a hacerlo, se producirá el rechazo definitivo del artículo.

### **Normativa general**

1. Certificados acreditativos del cumplimiento del Real Decreto 192/2023, de 21 de marzo, por el que se regulan los productos sanitarios o Reglamento UE 2017/45.

En el Anexo I figura la relación de artículos con sus características técnicas de cada uno de ellos y en el Anexo II la relación de artículos con precios y unidades de cada uno de ellos.





Gerencia Asistencial  
de Atención Primaria  
CONSEJERÍA DE SANIDAD



**ANEXO I**  
**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS ARTÍCULOS:**

Lote	Código	Descripción del lote	Características técnicas
1	3000512	EXPOSITOR DE VACUNAS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Refrigerador de apertura frontal destinado a la conservación de vacunas con puerta expositora de doble panel de vidrio templado termoaislante con auto cierre.</li> <li>• Expositor construido en chapa de acero tratado que garantice durabilidad.</li> <li>• Temperatura regulable entre 2°C y 8°C mediante controlador de temperatura electrónico.</li> <li>• Ajuste de la temperatura con un incremento de 0,1 °C</li> <li>• Pantalla exterior de visión de temperatura.</li> <li>• Dispondrá de un sistema de alarma acústica para alta, baja temperatura y puerta abierta, así como cualquier avería o falta de corriente.</li> <li>• Alarma acústica puerta abierta que se activará cuando esta lleve abierta y no cesará hasta su cierre.</li> <li>• Alarma acústica de temperatura fuera de rango, con batería independiente que asegure funcionamiento sin interrupción red eléctrica.</li> <li>• Aislamiento de poliuretano de alta densidad.</li> <li>• Refrigerante R134A</li> <li>• Evaporador automático y multitubular por aire forzado. Condensador por aire forzado.</li> <li>• Capacidad de autonomía, entendiéndose como tal el tiempo que tarda el frigorífico en alcanzar una temperatura crítica ante la interrupción del suministro eléctrico. No superará los 14°C. en dos horas partiendo de una temperatura de 4°C.</li> <li>• Iluminación interior homogénea por LED.</li> <li>• Datalogger con pantalla numérica para control de la temperatura con conexión USB y programa informático para la monitorización de los registros que permita tablas y gráficas de datos de lectura con software en castellano.</li> <li>• Mínimo seis estantes regulables en altura y seis bandejas perforadas fácilmente desmontables para su limpieza.</li> <li>• Cierre de seguridad lateral con palanca de anclaje</li> <li>• Patas regulables en altura.</li> <li>• Potencia nominal aproximada de 400 w y tensión de 220/240 v.</li> <li>• Volumen interior: 390 l aprox.</li> <li>• Medidas útiles interiores aproximadas: 530 x 1400 x 555 mm (ancho x alto x fondo)</li> <li>• Medidas útiles exteriores aproximadas: 670 x 2000 x 710 mm (ancho x alto x fondo)</li> <li>• Variaciones de medidas y capacidades no superiores al 10%.</li> <li>• Certificación por parte del fabricante de volumen carga útil.</li> </ul>

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS.  
Expediente: A/SUM-035170/2023

2 de 3





ANEXO II  
RELACION PRECIOS Y UNIDADES:

Lote	Material	Descripción del lote	Formato	Precio neto Lic. (unitario sin IVA)	Cantidad	Importe lote sin IVA	% IVA	Importe lote con IVA
1	3000512	EXPOSITOR DE VACUNAS	UNIDAD	1.818,18	38	69.090,84		83.599,92
						69.090,84	14.509,08	83.599,92

Madrid,

POR EL ADJUDICATARIO

Fecha y firma:

El Viceconsejero de Sanidad  
Por Resolución 111/2023, 8 de agosto  
Designa suplente por vacante de la GAGySG de Atención  
Primaria del SERMAS  
EL DIRECTOR TÉCNICO DE RECURSOS HUMANOS

Firmado digitalmente por: PRADO CORTES FELISA  
Fecha: 2023.09.19 09:44

