

## SUMINISTRO DE UN ULTRA CONGELADOR ECOLÓGICO (PA SUM 013/2023 – A/SUM-036378/2023)

### Informe Técnico

Una vez analizada la documentación técnica presentada por:

- LABORAT APARATOS Y MATERIAL PARA LABORAT
- OIARSO SDAD. COOP.
- IZASA SCIENTIFIC SL
- DD BIOLAB, S.L.
- HERASCIENTIFIC LIFE SCIENCE, S.L.

Se determina que las ofertas presentadas a la licitación cumplen la totalidad de las prescripciones técnicas.

Madrid,

BUENDIA  
UREÑA  
BUENAVENTURA -  
[Redacted]  
Firmado digitalmente  
por BUENDIA UREÑA  
BUENAVENTURA -  
[Redacted]  
Fecha: 2023.10.05  
09:06:38 +02'00'

Buenaventura Buendía Ureña

Criobiología y BSCU

De acuerdo con los Criterio/s cualitativos, evaluables de forma automática por aplicación de fórmulas, recogidos en el apartado 6 de la cláusula nº1 del Pliego de Clausulas Administrativas la valoración de las ofertas es la siguiente:

N.	Descripción	LABORAT	OIARSO	IZASA	BIOLAB	HERAS
1	Doble circuito Frigorífico.	10 (doble circuito)	0,00	10 (2 compr. independ.)	10 (doble circuito)	10 (2 compr. independ.)
2	Capacidad de congelación superior a 750 litros.	10 (754 L)	10 (780 L)	10 (828 L)	10 (836 L)	10 (810 L)
3	Años de garantía	0,00	10 (7 años pistón libre)	0 (2 años)	7,5 (5 años)	2,5 (3 años)
4	Consumo energético	0,00	0 (ENERGY STAR® 6,86 kWh/día)	0,00 (ENERGY STAR® 11,7 kWh/día)	0 (16,2 kWh/día.kWh/día)	0 (0.71 KWh = 17,04 kWh/día.kWh/día)
		<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>27,50</b>	<b>22,50</b>