

**EXPEDIENTE: 2023-0-034 (A/SUM-035066/2023).**



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL CONTRATO PARA  
“ADQUISICIÓN DE CLIP HEMOSTÁTICO Y AGUJA DE ESCLEROTERAPIA  
PARA COLONOSCOPIA Y ENTEROSCOPIA DESECHABLE PARA EL  
HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR” (2 LOTES).

**PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL CONTRATO DE SERVICIOS  
TITULADO: “ADQUISICIÓN DE CLIP HEMOSTÁTICO Y AGUJA DE  
ESCLEROTERAPIA PARA COLONOSCOPIA Y ENTEROSCOPIA DESECHABLE  
PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR” (2 LOTES).**

**PRIMERA. -DEFINICIÓN DEL OBJETO**

El presente pliego contiene las prescripciones técnicas que, de acuerdo con el artículo 124 y siguientes de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al Ordenamiento Jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2017/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, han de regir la contratación y ejecución del contrato administrativo cuyo objeto es la adquisición de aplicador clip hemostático y aguja de escleroterapia para colonoscopia y enteroscopia desechable para el Hospital Universitario Infanta Leonor.

**División en Lotes: SÍ**

**Número y denominación de los Lotes: 2**

LOTE	ORDEN	NEXUS	DESCRIPCIÓN
1	1.1	106139	APLICADOR CLIP HEMOSTATICO GIRATORIO 2,8MM X 165CM CON APERTURA 11MM
	1.2	105102	APLICADOR CLIP HEMOSTATICO GIRATORIO 2,8MM X 230CM CON APERTURA 11MM
2	2.1	101653	AGUJA DE ESCLEROTERAPIA PARA COLONOSCOPIA Y ENTEROSCOPIA DESECHABLE

**SEGUNDA. -PRESCRIPCIONES TÉCNICAS**

Los productos descritos en el presente pliego deben cumplir las siguientes características técnicas mínimas:

**LOTE 1: APLICADOR CLIP HEMOSTÁTICO GIRATORIO**

\* ORDEN 1.1: APLICADOR CLIP HEMOSTATICO GIRATORIO 2,8MM X 165CM CON APERTURA 11MM (106139)

- Clips endoscópicos de hemostasia de 2 palas de 10mm de longitud, con apertura ajustable, para hemostasia mecánica.

- Compatibles con canal de trabajo de 2,8 mm, mango ergonómico integrado y premontado.
- Apertura de las palas 11 mm aproximadamente, debiendo tener la posibilidad de ampliar esta apertura mediante el apoyo en la mucosa, sin deformación y con suficiente fuerza prensil para el cierre de diferentes tipos de defectos mucosos.
- Sistema del mango rotatorio que permita la rotación de 360° el clip en el extremo distal.
- El clip debe permitir la apertura y cierre todas las veces que sea necesario para asegurar su correcta posición antes de su liberación.
- Compatibilidad MRI condicional.
- Longitud de trabajo aproximada 1.650 mm.
- Material de un solo uso, compatible con los endoscopios existentes en el Servicio marca Olympus y Pentax.
- Libre de látex.
- Producto sanitario clase IIb.

\* ORDEN 1.2: APLICADOR CLIP HEMOSTATICO GIRATORIO 2,8MM X 230CM CON APERTURA 11MM (105102)

- Clips endoscópicos de hemostasia de 2 palas de 10mm de longitud, con apertura ajustable, para hemostasia mecánica.
- Compatibles con canal de trabajo de 2,8mm, mango ergonómico integrado y premontado.
- Apertura de las palas 11 mm aproximadamente, debiendo tener la posibilidad de ampliar esta apertura mediante el apoyo en la mucosa, sin deformación y con suficiente fuerza prensil para el cierre de diferentes tipos de defectos mucosos.
- Sistema del mango rotatorio que permita la rotación de 360° el clip en el extremo distal.
- El clip debe permitir la apertura y cierre todas las veces que sea necesario para asegurar su correcta posición antes de su liberación.
- Compatibilidad MRI condicional.
- Longitud de trabajo aproximada 2300 mm.
- Material de un solo uso, compatible con los endoscopios existentes en el Servicio marca Olympus y Pentax.
- Libre de látex.
- Producto sanitario clase IIb.

**LOTE 2: AGUJA DE ESCLEROTERAPIA PARA COLONOSCOPIA ENTEROSCOPIA  
DESECHABLE (101653).**

- Agujas de esclerosis de acero inoxidable con vaina rígida con teflón o polivinilo.
- Mango ergonómico que debe disponer de conector tipo luer para inyección.
- Desechables de un solo uso.
- Diámetro mínimo del canal 2,8 mm.
- Longitud de trabajo 230 y 270 cm.
- Aguja de longitud 4mm y diámetro 23G.
- Producto sanitario clase IIa.

**TERCERA. -ESPECIFICACIONES COMUNES A TODOS LOS LOTES:**

- Tendrán que cumplir con la legislación española y comunitaria vigente. Siendo por cuenta del adjudicatario cualquier gasto que se derive de su aplicación.
- Los productos tendrán su correspondiente Marcado CE, Declaración de Conformidad y la certificación del Organismo Notificador, si procede, conforme a lo establecido en la legislación vigente reguladora de los productos sanitarios.
- Todas las medidas se entenderán aproximadas, aceptándose variaciones que no impidan a los instrumentos cumplir con la función a la que están destinados.

Madrid, a día de la fecha.  
POR LA ADMINISTRACIÓN,  
LA DIRECTORA GERENTE

Firmado digitalmente por: PANTOJA ZARZA MARIA DEL CARMEN  
Fecha: 2023.09.19 08:31

Fdo.: M<sup>a</sup> del Carmen Pantoja Zarza

CONFORME:  
EL ADJUDICATARIO,  
FECHA Y FIRMA

## ANEXO V: DESGLOSE DEL PRESUPUESTO DE LICITACIÓN

LOTE	ORDEN	NEXUS	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	IMPORTE UNITARIO S/IVA	BI	TIPO IVA %	IMPORTE IVA	IMPORTE TOTAL	VALOR ESTIMADO
1	1.1	106139	APLICADOR CLIP HEMOSTATICO GIRATORIO 2,8MM X 165CM CON APERTURA 11MM	70	41,55	2.908,50	10	290,85	3.199,35	
	1.2	105102	APLICADOR CLIP HEMOSTATICO GIRATORIO 2,8MM X 230CM CON APERTURA 11MM	530	41,05	21.756,50	10	2.175,65	23.932,15	
<b>TOTAL LOTE 1</b>						<b>24.665,00</b>		<b>2.466,50</b>	<b>27.131,50</b>	<b>76.461,50</b>
2	2.1	101653	AGUJA DE ESCLEROTERAPIA PARA COLONOSCOPIA Y ENTEROSCOPIA DESECHABLE	620	11,58	7.179,60	21	1.507,72	8.687,32	
<b>TOTAL LOTE 2</b>						<b>7.179,60</b>		<b>1.507,72</b>	<b>8.687,32</b>	<b>22.256,76</b>
<b>TOTALES</b>						<b>31.844,60</b>		<b>3.974,22</b>	<b>35.818,82</b>	<b>98.718,26</b>