

 Hospital Universitario Ramón y Cajal SERVICIO DE SUMINISTROS SUMC	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	ANEXO 24
--	----------------------------------	-----------------

EXPEDIENTE: 2023400053

OBJETO DEL CONTRATO

Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía la firma auténtica y, para evitar el acceso a datos personales protegidos, se ha ocultado el código que permitía comprobar el original.

El presente contrato tiene por objeto el suministro de MATERIAL DE ENDOCIRUGÍA: MATERIAL FUNGIBLE PARA SELLADOR DE VASOS para los QUIROFANOS, para cubrir las necesidades del Hospital


LOTE	Nº ORDEN	CÓDIGO	ARTÍCULO
LOTE 1 PINZAS, ELECTRODO Y DISECTOR PARA SELLADOR DE VASOS CIRUGIA ABIERTA			
1	1	279093	PINZA SELLADORA VASOS C.ABIERTA ABDOMINAL 20 CM <ul style="list-style-type: none"> - Mandíbula recta roma. - Instrumento de energía bipolar para sellado y corte de vasos y tejidos de hasta 7mm diámetro en cirugía abierta. - Eje de la pinza: 10mm diámetro y 20cm longitud. - Mandíbulas biseladas con una de longitud de sellado de 22mm y una longitud de corte de 20mm independiente del sellado. - Con activación manual y por pedal - Desechable un solo uso - Envase individual estéril
1	2	288722	PINZA SELLADORA VASOS C.ABIERTA ABDOMINAL 18 CM <ul style="list-style-type: none"> - Instrumento de energía bipolar para sellado y corte de vasos y tejidos de hasta 7mm diámetro en cirugía abierta. - Eje de la pinza: 18cm. - Mandíbulas curvas, uñas disectoras en el extremo de la mandíbula para disección roma, con una de longitud de sellado de 36mm y una longitud de corte de 34mm independiente del sellado. - Con activación manual y por pedal. - Desechable un solo uso. - Envase individual estéril
1	3	312958	ELECTRODO SELLADOR DE VASOS 25 CM LONG P/CIRUGIA ABIERTA <ul style="list-style-type: none"> - Instrumento de energía bipolar para disección, sellado y corte de vasos y tejidos de hasta 7mm diámetro en cirugía abierta. - Eje de la pinza: 5mm diámetro y 25cm longitud - Mandíbula curva de apertura bilateral con una de longitud de sellado de 22.5mm y una longitud de corte de 21mm independiente del sellado. - Con activación manual y por pedal - Desechable un solo uso - Envase individual estéril

LOTE	Nº ORDEN	CÓDIGO	ARTÍCULO
1	4	324292	<p>DISECTOR SELLADOR DE VASOS DE MANO P/CIRUGIA ABIERTA</p> <ul style="list-style-type: none"> - Instrumento de energía bipolar para disección, sellado y corte de vasos y tejidos de hasta 7mm diámetro en cirugía abierta. - Instrumento de 21 cm de longitud - Mandíbula curva de 40º con apertura bilateral para disección roma, con una de longitud de sellado de 20.6mm y una longitud de corte de 19.8mm independiente del sellado. - Con activación manual y por pedal. - Desechable un solo uso. - Envase individual estéril

LOTE	Nº ORDEN	CÓDIGO	ARTÍCULO
LOTE 2 PINZAS PARA SELLADOR DE VASOS CIRUGIA LAPAROSCOPICA			
2	5	294186	<p>PINZA SELLADORA VASOS P/BISTURI 5 MM X 37 CM</p> <ul style="list-style-type: none"> - Instrumento de energía bipolar para disección, sellado y corte de vasos y tejidos de hasta 7mm diámetro en cirugía laparoscópica. - Eje de la pinza: 5mm diámetro y 37cm longitud. - Mandíbula roma contorneada con una de longitud de sellado de 19.5mm y una longitud de corte de 17.5mm independiente del sellado. - Con activación manual y por pedal. - Desechable un solo uso. - Envase individual estéril
2	6	279089	<p>PINZA/ELECTRODO COAGULACION LAPAROS. ABDOMINAL 5 MM</p> <ul style="list-style-type: none"> - Instrumento de energía bipolar para disección fina, sellado y corte de vasos y tejidos de hasta 7mm diámetro en cirugía laparoscópica. - Eje de la pinza: 5mm diámetro y 37cm longitud. - Mandíbulas forma pico delfín o similar, con una longitud de sellado de 18mm y una longitud de corte de 12mm independiente del sellado. - Con activación manual y por pedal - Envase individual estéril

ANEXO:

1. En cada artículo deberá figurar impreso el correspondiente y obligado marcado CE.
2. Todas las medidas de cada una de las referencias de los artículos ofertados deberán venir expresadas en medidas europeas.
3. Todos los artículos deberán cumplir la normativa vigente en cada caso.
4. Aquellos productos que lo requieran, deberán incluir el certificado de exención de látex.
5. Los licitadores deberán presentar la siguiente documentación técnica:
 - Relación de productos ofertados.

 Hospital Universitario Ramón y Cajal SERVICIO DE SUMINISTROS SUMC	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	ANEXO 24
--	----------------------------------	-----------------

- Ficha técnica del producto, catálogos y toda aquella información que el licitante considere oportuna, para la realización de informe técnico.

A la hora de valorar dicho informe, solo se tendrá en cuenta la documentación presentada en castellano.

6. Muestras solicitadas para la evaluación de los productos: **NO**.

En caso de ser necesarias se solicitarían con posterioridad.


7. Etiquetado en el que figure:

- La denominación del artículo.
- El método de esterilización utilizado.
- Las fechas de caducidad del producto.
- El número de lote.
- La referencia comercial.
- Marcado CE.
- Toda la información será perfectamente legible y estará en castellano.

8. Si durante el plazo de ejecución del contrato, incluido el período prorrogado, se presentan nuevos artículos que bien sustituyan a los inicialmente adjudicados o bien convivan con ellos, los adjudicatarios están obligados a proponer sustituciones de los productos o materiales seleccionados por otros que incorporen avances o innovaciones tecnológicas que mejoren las prestaciones o características de los adjudicados, siempre que su precio sea igual o inferior al inicialmente adjudicado y cumplan con los requisitos legales y administrativos determinados en la contratación del artículo primitivo. Asimismo, se puede aceptar ampliación de referencias para un mismo artículo permaneciendo invariable el precio.

9. Todos los artículos deberán llevar los cables de uso

10. Si durante el plazo de ejecución del contrato, incluido el período prorrogado, se precisara renovar y actualizar el equipamiento vinculado al objeto del contrato, el adjudicatario tendrá que ceder tantos equipos como sean demandados por los servicios quirúrgicos del Hospital.

 Hospital Universitario Ramón y Cajal SERVICIO DE SUMINISTROS	ANEXO AL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	ANEXO 25
--	---	-----------------

P.N.S.P. 2023400053

LOTE	N.O.	CODIGO	ARTICULO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD ESTIMADA (24 meses)	PRECIO UNIDAD MEDIDA (IVA no ncluido)	BASE IMPONIBLE	TIPO IVA	TOTAL IVA	IMPORTE TOTAL (IVA incluido)
1	1	279093	PINZA SELLADORA VASOS C.ABIERTA ABDOMINAL 20 CM	UNIDAD	48	309,00	14.832,00	21,00	3.114,72	17.946,72
1	2	288722	PINZA/ELECTRODO COAGULACION C.ABIERTA ABDOMINAL 18CM	UNIDAD	792	450,00	356.400,00	21,00	74.844,00	431.244,00
1	3	312958	ELECTRODO SELLADOR DE VASOS 25 CM LONG P/CIRUGIA ABIERTA	UNIDAD	120	289,00	34.680,00	21,00	7.282,80	41.962,80
1	4	324292	DISECTOR SELLADOR DE VASOS DE MANO P/CIRUGIA ABIERTA	UNIDAD	48	450,00	21.600,00	21,00	4.536,00	26.136,00
TOTAL LOTE 1:							427.512,00		89.777,52	517.289,52

2	5	294186	PINZA SELLADORA VASOS P/BISTURI 5 MM X 37 CM	UNIDAD	84	450,00	37.800,00	21,00	7.938,00	45.738,00
2	6	279089	PINZA/ELECTRODO COAGULACION LAPAROS. ABDOMINAL 5 MM	UNIDAD	12	318,00	3.816,00	21,00	801,36	4.617,36
TOTAL LOTE 2:							41.616,00		8.739,36	50.355,36

IMPORTE TOTAL:	469.128,00	98.516,88	567.644,88
-----------------------	-------------------	------------------	-------------------

** La oferta de los licitadores no podrá superar el precio máximo del lote , ni los precios máximos unitarios de cada número de orden.