

PROCEDIMIENTO: 2023000057  
TIPO DE COMPRA: PROCEDIMIENTO ABIERTO  
EXPEDIENTE: MEDICINA PREVENTIVA  
OBJETO: ANTISEPTICO DE LAVADO DE MANOS CON BASE ALCOHOLICA  
DURACION: 24M + 24M

INFORME TÉCNICO EMITIDO POR: DR. ARANAZ ANDRES- JEFE SERVICIO MEDICINA PREVENTIVA  
FECHA: 05/01/2024

FIRMA:

**Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía la firma auténtica y, para evitar el acceso a datos personales protegidos, se ha ocultado el código que permitía comprobar el original.**

**LOTE/Nº ORDEN**

1/1-2  
CODIGO  
274486  
270829

**ARTICULO**

ANTIASEPTICO DE MANOS BASE ALCOHOLICA ENVASE 900 - 1200 CC  
ANTIASEPTICO DE MANOS BASE ALCOHOLICA ENVASE 400 - 500 CC

NOMBRE PROVEEDOR	Nº.	REFERENCIA	MUESTRA	CUMPLE	PUNTAJACIÓN	INFORME TÉCNICO
B. BRAUN MEDICA, SA	1 2	18972 19308	SI	SI	25	<p><b>Evaluación de la tolerancia al Preparado de base alcohólica: HASTA 30 PUNTOS</b></p> <p><b>Característica</b> Apariencia de las manos enrojecida, con sarpullido 1 2 3 4 5 6 Apariencia de las manos normal Integridad de las manos (Ulcérrillas o fisuras) 1 2 3 4 5 6 Integridad de las manos (sin ulcerillas o fisuras) Sensación de sequedad en las manos o manos pegajosas (Extremadamente seco) 1 2 3 4 5 6 Sensación de humedad normal Sensación de picazón, escozor, quemazón o dolor 1 2 3 4 5 6 No tiene sensación de picazón, escozor, quemazón ni dolor Olor irritante 1 2 3 4 5 6 No irrita ni molesta al oler <b>Puntuación de 1 a 6 donde 1 es la mínima puntuación y 6 es la máxima puntuación.</b></p>
Eurodel Harpas, S.L.	1 2	V/REFERENCIAS	SI	SI	25	<p><b>Evaluación de la tolerancia al Preparado de base alcohólica: HASTA 30 PUNTOS</b></p> <p><b>Característica</b> Apariencia de las manos enrojecida, con sarpullido 1 2 3 4 5 6 Apariencia de las manos normal Integridad de las manos (Ulcérrillas o fisuras) 1 2 3 4 5 6 Integridad de las manos (sin ulcerillas o fisuras) Sensación de sequedad en las manos o manos pegajosas (Extremadamente seco) 1 2 3 4 5 6 Sensación de humedad normal Sensación de picazón, escozor, quemazón o dolor 1 2 3 4 5 6 No tiene sensación de picazón, escozor, quemazón ni dolor Olor irritante 1 2 3 4 5 6 No irrita ni molesta al oler <b>Puntuación de 1 a 6 donde 1 es la mínima puntuación y 6 es la máxima puntuación.</b></p>
Proderfarma, SL	1 2	9941300 9391300	SI	NO		<p>- Los envases de 1 L no permiten ver el volumen restante. En las especificaciones técnicas se solicita: El envase no debe ser opaco, permitiendo visualizar la cantidad de producto que contiene. - No acreditan pruebas dermatológicas en humanos. En las especificaciones técnicas se solicita: Testado dermatológicamente en humanos. Acreditar pruebas de sensibilización e irritación cutáneas con laboratorios independientes o en revistas indexadas. - No especifican como realizarán la formación acreditada. - No aportan muestras de los tipos de soporte, ni imágenes de todos los tipos, ni ningún documento de cesión de los soportes solicitados.</p>
Tesis Galicia, S.L.	1 2	HIDROSAN SOFTCARE GEL 1L HIDROSAN SOFTCARE GEL 500 ML	SI	NO		<p>Consideramos que la necesidad de apertura de su envase para colocar en el soporte, es no es admisible por seguridad en el uso del producto, por las siguientes razones: 1) Entre las condiciones técnicas, especificamos que el dispensador tenga sistema anti-retorno, justamente para evitar contaminaciones. La apertura del producto generaría la posibilidad de contaminación. 2) La apertura del bote está contraindicada por la ficha técnica, la cual dice: "Almacenar entre 5-30º C. Una vez abierto, mantener el producto en el envase original cerrado" 3) La apertura del bote condicionaría la posibilidad de contaminación del mismo, genera la posibilidad de un cierre incorrecto lo cual produciría la evaporación de parte del alcohol con la consiguiente reducción del efecto desinfectante del producto. En conclusión: El producto no cumple con los requerimientos técnicos solicitados, su colocación en el soporte no cumple con la indicación de la ficha técnica del producto, por tanto no se admite.</p>