

Este formato es copia del original firmado. Se han ocultado datos personales en aplicación de la normativa vigente.

INFORME TÉCNICO-ECONÓMICO EXPEDIENTE LAP PAPC 2023-1-40 (IMPORTES SIN IVA)										
"DISPOSITIVOS PARA CIRUGÍA MÍNIMAMENTE INVASIVA"										
INFORME TÉCNICO REALIZADO POR SERVICIO DE CIRUGÍA GENERAL Y DIGESTIVA										
LOTE	DESCRIPCIÓN	IMPORTE LICITACIÓN (SIN IVA)	IMPORTE OFERTA (SIN IVA)	PROVEEDOR	VALORACIÓN	PUNTUACIÓN TÉCNICA (CRITERIOS)			PUNTUACIÓN ECONÓMICA	PUNTUACIÓN TOTAL
						Criterio	Valor	Puntuación		
1	Suturas para dispositivo de captura-ancraje ligamentoso. Sistema incontinencia vesical.	2.181,82	2.100,00	COMERCIAL MÉDICO QUIRÚRGICA, S.A.	CUMPLE	1. Etiquetado visible legible en español con la denominación del artículo y el método de esterilización utilizado.	SI	15,00	70,00	100,00
						2. Sobre estéril con la representación gráfica de la aguja a tamaño real	SI	15,00		
2	Dispositivo estéril implantable de un solo uso para técnica antirreflujo sin funduplicatura.	82.727,27	82.600,00	IMPLANTICA IBÉRIA, S.L.	CUMPLE	1.El Dispositivo es radiopaco	SI	20,00	70,00	100,00
						2. Dispone de un envase estéril con todos los elementos desechables	SI	10,00		
3	Malla cilíndrica helicoidal con aguja (2,6 y 3,9 mm)	2.327,28	2.327,20	PROHOSA (PROTESIS HOSPIT.S.A.)	CUMPLE	1.La malla es macroporosa	SI	20,00	70,00	100,00
						2. Permite realizar indistintamente una sutura continua o con puntos sueltos.	SI	10,00		
4	Aplicador cierre orificio trocar con protección visceral 10-15 mm sin sutura con pasador de hilo	9.917,36		MEDICAL CAÑADA S.L	NO CUMPLE: CARECE DE PROTECCIÓN VISCERAL					
			9.900,00	TELEFLEX MEDICAL, S.A.	CUMPLE	1. El dispositivo permite aplicar varios puntos de sutura para el cierre de pared.	SI	20,00	70,00	100,00
						2. Dispone de marcas para la inserción del hilo de sutura.	SI	10,00		

				TRAMEDIC, S.A.	NO CUMPLE: CARECE DE PROTECCIÓN VISCERAL					
5	CATÉTER-ELECTRODO DEFLECTOR PARA CATETERISMO SENO CORONARIO TETRAPOLAR 7F LONG.110 CM CURVA DISTAL 2-5-2 Y CONECTOR	9.127,27	6.540,00	BECTON DICKINSON, S.A.	CUMPLE	1. La malla se despliega en cavidad peritoneal completamente hasta recuperar su forma original plana.	SI	20,00	70,00	100,00
						2. Dispone de marcas o características para identificar la cara visceral y/o parietal.	SI	10,00		
6	Malla plana bicapa visceral de biogel reabsorbible y parietal de polipropileno (14 x 18 y 20 x 25 cm)	6.545,45	4.708,00	BECTON DICKINSON, S.A.	CUMPLE	Se puede introducir y sacar del anillo herniario hasta su posicionamiento definitivo.	SI	20,00	70,00	100,00
						El envase contiene los puntos de sutura para el anclaje a la pared.	SI	10,00		
					PROHOSA (PROTESIS HOSPIT.S.A.)	NO CUMPLE: EL ANILLO DE MEMORIA NO MANTIENE LA FORMA DE LA MALLA				
7	Pinza de energía bipolar avanzada de 5 mm de diámetro con punta tipo maryland. Terminal varilla 23 - 37 - 44 cm.	43.636,36		JOHNSON & JOHNSON S.A	NO CUMPLE: LA APERTURA NO ES DE DOBLE ACCIÓN					
			43.584,00	OLYMPUS IBERIA S.A.U	CUMPLE	1. Botón de accionamiento de energía con activación lateral.	SI	10,00	70,00	100,00
2. Revestimiento antiadherente en la punta con nitruro de titanio.	SI	20,00								
8	Sistema unidireccional de insuflación autónoma, kit tubos insuflación 12 mm.	34.115,70	33.600,00	PALEX MEDICAL, S.A.	CUMPLE	1. La evacuación del humo y/o aire se puede realizar a través del sistema de vacío del propio hospital.	SI	20,00	70,00	100,00
						2. Permite la insuflación de CO2 a temperatura de 37°.	SI	10,00		

9	Refuerzo sintético reabsorbible en 6-7 meses y adaptable a diferentes grapadoras motorizadas	9.272,73	9.272,73	W.L. GORE Y ASOCIADOS, S.L.	CUMPLE	1. El producto es uniforme con el mismo espesor inferior a 0.5mm.	SI	10,00	70,00	100,00
						2. Aportan como mínimo de 3 estudios prospectivos con evidencia/bibliografía que incluya el nombre del refuerzo ofertado	SI	20,00		
10	Pinzas mini-instrumentos con inserción percutánea sin necesidad de trocar (pinza clampaje - Gancho electrobisturi).	11.581,82	11.550,00	TELEFLEX MEDICAL, S.A.	CUMPLE	1. Permite sucesivas inserciones que permitan el cambio de posición a lo largo del procedimiento quirúrgico.	SI	15,00	70,00	100,00
						2. Tienes aislamiento térmico el eje del dispositivo.	SI	15,00		
<div>Getafe, JEFA SECCIÓN DE CONTRATACIÓN</div> <div></div>										