

INFORME TÉCNICO EMITIDO EN VIRTUD DE LA RESOLUCION Nº 013/2024 DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA PARA LOS LOTES 2,3 Y 7 DEL EXPEDIENTE 2023-0-8.

Elaborado por:

Dra. Paciello Coronel, Subdirectora Médica Servicios Centrales
Dra. Puy Goyache, Servicio de Farmacia
Dr. Alonso Fernández, Servicio de Hematología

Fecha: 23 de enero del 2024

El presente informe técnico se emite en cumplimiento de la resolución de fecha 18 de enero de 2024 del Tribunal Administrativo de Contratación Administrativa (nº 013/2024) por la que estima el recurso especial en materia de contratación interpuesto por la empresa Steriltech S.L. (nº de recurso 431/2023) contra la adjudicación de los lotes 2, 3 y 7 del expediente 2023-0-8 para el **“SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE 20 CABINAS DE FLUJO LAMINAR Y 1 CABINA DE EXTRACCIÓN PARA EL NUEVO BLOQUE TÉCNICO Y DE HOSPITALIZACIÓN DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE**. El informe técnico de dichos lotes queda como sigue:

INFORME TECNICO

Lote 2:

- La oferta presentada por **AZBIL TELSTAR TECHNOLOGIES SL**, cumple con las especificaciones del pliego.
- La oferta presentada por **STERILTECH S.L.** cumple con las especificaciones del pliego.

Lote 3:

- La oferta presentada por **AZBIL TELSTAR TECHNOLOGIES SL, Y STERILTECH S.L.** cumplen con las especificaciones del pliego.
- La oferta presentada por **CULTEK S.L.U..** no cumple con las especificaciones del pliego: Se solicita velocidad de flujo laminar entre 0,33 m/s y 0,35 m/s, oferta 0,40 m/s. Página 7 PPT.

Lote 7:

- La oferta presentada por **AZBIL TELSTAR TECHNOLOGIES SL, STERILTECH S.L.** cumplen con las especificaciones del pliego.



Resumen de cumplimiento y puntos técnicos:

LOTE	DESCRIPCION ARTICULO	NOMBRE PROVEEDOR	CUMPLIMIENTO PPT	PUNTOS TECNICOS
2	Cabinas de seguridad biológica Clase II Informatizada	AZBIL TELSTAR TECHNOLOGIES SL	SI	20
		STERILTECH S.L.	SI	30
3	Cabina de seguridad biológica Clase II Farmacia	AZBIL TELSTAR TECHNOLOGIES SL	SI	25
		STERILTECH S.L.	SI	30
		CULTEK S.L.U.	NO	-
7	Cabinas de seguridad biológica Clase II Hematología	AZBIL TELSTAR TECHNOLOGIES SL	SI	25
		STERILTECH S.L.	SI	25

De las ofertas presentadas, **que cumplen** con los requisitos mínimos técnicos establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas, se adjunta tabla resumen con la puntuación completa de cada oferta según los criterios establecidos de adjudicación que son evaluables mediante aplicación de fórmulas automáticas.

FIRMADO

Firmado digitalmente por: PACIELLO CORONEL MARÍA LIZ
Fecha: 2024.01.23 16:22

Fdo.: Dra. Paciello Coronel
Subdirectora Médica Servicios Centrales

EXPEDIENTE: 2023-0-8		
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE 20 CABINAS DE FLUJO LAMINAR Y 1 CABINA DE EXTRACCIÓN PARA EL NUEVO BLOQUE TÉCNICO Y DE HOSPITALIZACIÓN		Destino: HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE
LOTE	CONCEPTO	PUNTUACION DE CRITERIOS DE VALORACION
2	CABINA DE SEGURIDAD BIOLÓGICA CLASE II INFORMATIZADA TOTAL PUNTOS HASTA 30 PUNTOS 1. Ampliación del periodo mínimo de garantía: Se asignarán 5 puntos por cada seis meses de incremento sobre el periodo mínimo de garantía exigido (24 meses) hasta un máximo de 20 puntos (equivalente a una ampliación de 24 meses) 20 PUNTOS 2. Confortabilidad y ergonomía: Se asignarán 10 puntos a las ofertas en las que la generación de sonido de la cabina sea inferior a 61 Db 10 PUNTOS	AZBIL TELSTAR TECHNOLOGIES SL ... TOTAL PUNTOS: 20 1.- Ampliación de garantía 12 meses sobre los 24 exigidos..... 10 PUNTOS 2.- La generación del sonido de la cabina es 58 db..... 10 PUNTOS STERILTECH S.L.TOTAL PUNTOS: 30 1.Ampliación de garantía 24 meses sobre los 24 exigidos..... 20 PUNTOS 2.- La generación del sonido de la cabina es 56 db..... 10 PUNTOS
	CABINA DE SEGURIDAD BIOLÓGICA CLASE II FARMACIA TOTAL PUNTOS..... HASTA 30 PUNTOS 1. Ampliación del periodo mínimo de garantía:Se asignarán 2,5 puntos por cada seis meses de incremento sobre el periodo mínimo de garantía exigido (24 meses) hasta un máximo de 10 puntos (equivalente a una ampliación de 24 meses) 10 PUNTOS	AZBIL TELSTAR TECHNOLOGIES SL ... TOTAL PUNTOS: 25 1.- Ampliación de garantía 12 meses sobre los 24 exigidos..... 5 PUNTOS 2.- La generación del sonido de la cabina es 58 db..... 10 PUNTOS 3.- Si dispone..... 10 PUNTOS

EXPEDIENTE: 2023-0-8		
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE 20 CABINAS DE FLUJO LAMINAR Y 1 CABINA DE EXTRACCIÓN PARA EL NUEVO BLOQUE TÉCNICO Y DE HOSPITALIZACIÓN		Destino: HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE
LOTE	CONCEPTO	PUNTUACION DE CRITERIOS DE VALORACION
	<p>2. Confortabilidad y ergonomía: Se asignarán 10 puntos a las ofertas en las que la generación de sonido de la cabina sea inferior a 61 dB 10 PUNTOS</p> <p>3. Prestaciones adicionales: Se asignarán 10 puntos a las ofertas que presenten cabinas que incluyan un sistema de indicación del porcentaje de colmatación de los filtros 10 PUNTOS</p>	<p>STERILTECH S.L.TOTAL PUNTOS: 30</p> <p>1.- Ampliación de garantía 24 meses sobre los 24 exigidos 10 PUNTOS</p> <p>2.- La generación del sonido de la cabina es 51,7 db..... 10 PUNTOS</p> <p>3.- Si dispone..... 10 PUNTOS</p>
7	<p>CABINAS DE SEGURIDAD BIOLÓGICA CLASE II HEMATOLOGÍA</p> <p>TOTAL PUNTOS HASTA 30 PUNTOS</p> <p>1. Ampliación del periodo mínimo de garantía: Se asignarán 2,5 puntos por cada seis meses de incremento sobre el periodo mínimo de garantía exigido (24 meses) hasta un máximo de 10 puntos (equivalente a una ampliación de 24 meses) MAXIMO 10 PUNTOS</p> <p>2. Confortabilidad y ergonomía: Se asignarán 5 puntos a las ofertas en las que la generación de sonido de la cabina sea Inferior a 61 dB MAXIMO 5 PUNTOS</p>	<p>AZBIL TELSTAR TECHNOLOGIES SL ... TOTAL PUNTOS:25</p> <p>1.- Ampliación de garantía 12 meses sobre los 24 exigidos..... 5 PUNTOS</p> <p>2.- La generación del sonido de la cabina es ≤ 58 dB..... 5 PUNTOS</p> <p>3.- Dispone de una inclinación de 10º..... 5 PUNTOS</p> <p>4.- Dispone de junta de estanqueidad alrededor del frontal..... 5 PUNTOS</p> <p>5.- Dispone de panel de control de código cromático internacional..... 5 Puntos</p>

EXPEDIENTE: 2023-0-8		
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE 20 CABINAS DE FLUJO LAMINAR Y 1 CABINA DE EXTRACCIÓN PARA EL NUEVO BLOQUE TÉCNICO Y DE HOSPITALIZACIÓN		Destino: HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE
LOTE	CONCEPTO	PUNTUACION DE CRITERIOS DE VALORACION
	<p>3. Se asignarán 5 puntos a las ofertas en las que el frontal de la cabina disponga de una inclinación superior a 8º MAXIMO 5 PUNTOS</p> <p>4. Prestaciones adicionales: Se asignarán 5 puntos a las ofertas que presenten cabinas que dispongan de junta de estanqueidad alrededor del frontal MAXIMO 5 PUNTOS</p> <p>5. Se asignarán 5 puntos a las ofertas que presenten cabinas cuyo panel de control disponga de código cromático internacional MAXIMO 5 PUNTOS</p>	<p>STERILTECH S.L. TOTAL PUNTOS: 25</p> <p>1.- Ampliación de garantía 24 meses sobre los 24 exigidos.....10 PUNTOS</p> <p>2.- La generación del sonido de la cabina es de 58,7 dB.....5 PUNTOS</p> <p>3.- No especifica inclinación superior a 8º.....0 PUNTOS</p> <p>4.- Dispone de junta de estanqueidad alrededor del frontal.....5 PUNTOS</p> <p>5.- Dispone de panel de control de código cromático internacional.....5 PUNTOS</p>