

DE: DIRECCIÓN GERENCIA DEL ENTE PÚBLICO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE FUENLABRADA
A: PORTAL DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA DE LA COMUNIDAD DE MADRID
ASUNTO: PUBLICACIÓN CORRECCIÓN DE ERRORES DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

CORRECCIÓN DE ERRORES DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL EXPEDIENTE PA SUM 23-012 PARA EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE DIVERSO MOBILIARIO (CAMAS ELÉCTRICAS ARTICULADAS, MESILLAS, SILLONES DE PACIENTE, SILLONES DE TRATAMIENTO DE PACIENTE, SILLONES CAMA INDIVIDUALES Y SILLONES PARA SALAS DE ESTAR) PARA LAS UNIDADES DE HOSPITALIZACIÓN Y ONCOLOGÍA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE FUENLABRADA.

Habiéndose observado errores en el pliego prescripciones técnicas del expediente arriba indicado, publicado en el Portal de Contratación de la Comunidad de Madrid el día 20 de octubre, pasamos a pormenorizar la subsanación de los mismos:

En PUNTO 2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

1. LOTE 3. SILLÓN PACIENTE HOSPITALIZACIÓN:

Donde pone:

- Normativa:
 - UNE EN 16139:13. Mobiliario. Resistencia, durabilidad y seguridad. Requisitos para asientos de uso o doméstico.
 - EN ISO 14006:2011 Sistemas de gestión ambiental.

Debería poner:

- Normativa:
 - UNE EN 16139:13. Mobiliario. Resistencia, durabilidad y seguridad. Requisitos para asientos de uso o doméstico.

2. LOTE 4. SILLÓN TRATAMIENTO PACIENTES (ONCOLOGICO)

Donde pone:

- Normativa:
 - EN-60601-1 Seguridad básica y rendimiento esencial en todos los equipos electromédicos
 - EN-60601-1-2 Requisitos generales para la seguridad básica y características de funcionamiento esencial. Norma colateral: Perturbaciones electromagnéticas. Requisitos y ensayos.
 - EN-60601-2-52 Seguridad básica y funcionamiento esencial de camas médicas

Debería poner:

- Normativa:
 - EN-60601-1 Seguridad básica y rendimiento esencial en todos los equipos electromédicos
 - EN-60601-1-2 Requisitos generales para la seguridad básica y características de funcionamiento esencial. Norma colateral: Perturbaciones electromagnéticas. Requisitos y ensayos.

3. LOTE 5. SILLÓN – CAMA INDIVIDUAL

Donde pone:

- Normativa:
 - ISO 9001
 - ISO 14001
 - ISO 13485
 - ISO 14006

Debería poner:

- Normativa:
 - ISO 9001
 - ISO 14001
 - ISO 13485

4. LOTE 6. SILLÓN SALA ESTAR ENFERMEROS/MÉDICOS

Añadir:

- Normativa:
 - ISO 9001
 - ISO 14001
 - ISO 13485

Lo que trasladamos para los efectos oportunos.

En Fuenlabrada, a 31 de octubre de 2023

Firmado digitalmente por: SARMIENTO BELTRAN GEMA

Fdo.: Gema Sarmiento Beltrán
Directora Gerente
Ente Público Hospital Universitario de Fuenlabrada

Firmado digitalmente por: ALVAREZ PASTOR JAVIER