



## CONTESTACIÓN A CONSULTAS DE LA LICITACIÓN 6012300323 – SUMINISTRO DE MATERIAL DE PARAFARMACIA PARA METRO DE MADRID

---

### **Consulta 1:**

Agradeceríamos nos aclaren a que tipo concreto de venda se refieren en las posiciones 225 y 226 VENDA DE ALGODÓN.

¿Se trata de una venda para acolchado bajo yeso?

### **Respuesta 1:**

En relación a su consulta, informarles de que, efectivamente, se trataría de una venda de acolchado /almohadillado que puede ser utilizada para diferentes finalidades entre las que estaría el acolchado bajo yeso en traumatología.

### **Consulta 2:**

¿Podrían por favor informarnos de los equipos para los que necesitan las bombillas (líneas 38 y 39) y del tipo de repuesto para repuesto del esfingo de pared WELCHALLYN PARED (línea 170)?

### **Respuesta 2:**

En relación a su consulta, informarles de que las bombillas solicitadas serían aquellas compatibles con oftalmoscopio (REF: WA-3000) y otoscopio (REF:WA-3100) de equipo de diagnóstico de pared Welch Allyn.

El repuesto de manguito solicitado sería para el esfingomanómetro analógico de equipo pared Welch Allyn.

### **Consulta 3:**

¿Podrían indicarnos para que monitor y modelo de tensiómetro solicitan el manguito? Línea 122 MANGUITO WRAPCUFF TENSIOMETRO OMRON

### **Respuesta 3:**

En relación a su consulta, informarles de que el repuesto de manguito solicitado sería para el tensiómetro OMRON M6 confort digital.

En Madrid, a 27 de octubre de 2023.