

Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía todas las firmas auténticas y se han ocultado los datos personales protegidos y los códigos que permitirían acceder al original.

**INFORME TÉCNICO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS DEL EXPEDIENTE 2023-0-70 DE LAS OFERTAS PRESENTADAS, Y DE LOS CRITERIOS DE EVALUABLES DE FORMA AUTOMATICA POR APLICACION DE FORMULAS.**

**Elaborado por:**

Dra. Tabuenca Mateo, Jefe de Servicio de Medicina Nuclear  
Dr. Albillos Merino, Jefe de Servicio de Radiodiagnóstico

**Fecha: 23 de noviembre de 2023**

Revisada la documentación técnica de las ofertas presentadas en expediente 2023-0-70 para el **"SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UNA CONSOLA GANGLIO CENTINELA, UNA GAMMACÁMARA PORTÁTIL INTRAOPERATORIA Y SEIS EQUIPOS PORTÁTILES DE RAYOS X PARA EL NUEVO BLOQUE TÉCNICO Y DE HOSPITALIZACIÓN DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE"** por las empresas, se emite el siguiente

**INFORME TECNICO**

**Lote 1:**

**SIN OFERTAS**

**Lote 2:**

- La oferta presentada por **GENERAL EQUIPMENT FOR MEDICAL IMAGING, S.A.** cumple con las especificaciones del pliego.

**Lote 3:**

- La oferta presentada por **APR 1998, S.L., FUJIFILM HEALTHCARE ESPAÑA, S.L.** cumplen con las especificaciones del pliego.

Resumen de cumplimiento y puntos técnicos:

LOTE	DESCRIPCION ARTICULO	NOMBRE PROVEEDOR	CUMPLIMIENTO PPT	PUNTOS TECNICOS
1	Consola ganglio centinela	SIN OFERTAS	-	-
2	Gammacámara portatil	GENERAL EQUIPMENT FOR MEDICAL IMAGING, S.A.	SI	25
3	Equipo RX portátil	APR 1998, S.L.	SI	30
		FUJIFILM HEALTHCARE ESPAÑA, S.L.	SI	25

De las ofertas presentadas, **que cumplen** con los requisitos mínimos técnicos establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas, se adjunta tabla resumen con la puntuación completa de cada oferta según los criterios establecidos de adjudicación que son evaluables mediante aplicación de fórmulas automáticas.

**FIRMADO**

Firmado digitalmente por: PACIELLO CORONEL MARÍA LIZ  
Fecha: 2023.11.23 15:26

Dra. Paciello Coronel  
Subdirectora Médica Servicios Centrales

EXPEDIENTE: 2023-0-70

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UNA CONSOLA DE GANGLIO CENTINELA, UNA GAMMACAMARA PORTATIL PARA USO INTRAOPERATORIO Y SEIS EQUIPOS DE RAYOS X PARA EL NUEVO BLOQUE TÉCNICO Y DE HOSPITALIZACIÓN		Destino: HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE
LOTE	CONCEPTO	PUNTUACION DE CRITERIOS DE VALORACION
1	<p><b>Consola ganglio centinela</b></p> <p><b>TOTAL PUNTOS ..... HASTA 30 PUNTOS</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sonda laparoscópica de alta sensibilidad (&gt; 1500 cps/MBq) ..... <b>10 Puntos</b></li> <li>2. Aplicación en cirugía radioguiada en procedimientos con emisores de positrones ..... <b>10 Puntos</b></li> <li>3. Equipo de sustitución en caso de avería o calibración ..... <b>10 puntos</b></li> </ol>	SIN OFERTAS
2	<p><b>Gammacámara portátil</b></p> <p><b>TOTAL PUNTOS ..... HASTA 30 PUNTOS</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Posibilidad de fusión de imagen óptica e imagen gammagráfica ..... <b>10 Puntos</b></li> <li>2. Software dedicado con posibilidad corrección de homogeneidad integrada, procesamiento de imágenes (creación de máscaras y áreas de interés) y control de calidad ..... <b>10 Puntos</b></li> <li>3. Selección de doble ventana de energía (99mTc y 125I) y para de emisores de positrones (18F-FDG y 68Ga) ... <b>10 Puntos</b></li> </ol>	<p><b>GENERAL EQUIPMENT FOR MEDICAL IMAGING, S.A. ...TOTAL PUNTOS: 25</b></p> <p><b>1.- 10 puntos.</b> Si dispone de posibilidad de fusión de la imagen óptica con la imagen gammagráfica.</p> <p><b>2.-10 puntos.</b> Si dispone de Software dedicado con posibilidad corrección de homogeneidad integrada, procesamiento de imágenes (creación de máscaras y áreas de interés)</p> <p><b>3.- 5 puntos.</b> Permite la selección de doble ventana de energía, pero no la selección para emisores de positrones.</p>

EXPEDIENTE: 2023-0-70

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UNA CONSOLA DE GANGLIO CENTINELA, UNA GAMMACAMARA PORTATIL PARA USO INTRAOPERATORIO Y SEIS EQUIPOS DE RAYOS X PARA EL NUEVO BLOQUE TÉCNICO Y DE HOSPITALIZACIÓN		Destino: HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE
LOTE	CONCEPTO	PUNTUACION DE CRITERIOS DE VALORACION
3	<p>Equipo RX portátil</p> <p>TOTAL PUNTOS ..... HASTA 30 PUNTOS</p> <p>1. Potencia del tubo <math>\geq 30</math> Kw ..... 15 Puntos</p> <p>2. Mando a distancia inalámbrico ..... 5 Puntos</p> <p>3. Indicador visual luminoso de equipo preparado ... 5 Puntos</p> <p>4. Pantalla de control <math>\geq 20''</math> ..... 5 Puntos</p>	<p>APR 1998, S.L. ... TOTAL PUNTOS: 30</p> <p>1.- 15 puntos. Potencia 32 Kw</p> <p>2.- 5 puntos. Si dispone</p> <p>3.- 5 puntos. Si dispone</p> <p>4.- 5 puntos. Pantalla de control 21,5"</p> <p>FUJIFILM HEALTHCARE ESPAÑA, S.L. ... TOTAL PUNTOS: 25</p> <p>1.- 15 puntos. Potencia 32 Kw</p> <p>2.- 5 puntos. Si dispone</p> <p>3.- 5 puntos. Si dispone</p> <p>4.- 0 puntos. Pantalla de control 19"</p>