

Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía todas las firmas auténticas y se han ocultado los datos personales protegidos y los códigos que permitirían acceder al original.

INFORME TÉCNICO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS DEL EXPEDIENTE 2023-0-61 DE LAS OFERTAS PRESENTADAS, Y DE LOS CRITERIOS DE EVALUABLES DE FORMA AUTOMATICA POR APLICACION DE FORMULAS.

Elaborado por:

Dr. Lagares Gómez-Abascal, Jefe de Servicio de Neurocirugía

Fecha: a 15 de noviembre del 2023

Revisada la documentación técnica de las ofertas presentadas en expediente 2023-0-61 para el "CONTRATO DE SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN EQUIPO DE NAVEGACIÓN PARA EL NUEVO BLOQUE TÉCNICO Y DE HOSPITALIZACIÓN DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE" por las empresas, se emite el siguiente

INFORME TECNICO

Lote 1:

- La oferta presentada por **MEDTRONIC IBERICA S.A.** cumple con las especificaciones del pliego.

Resumen de cumplimiento y puntos técnicos:

LOTE	DESCRIPCION ARTICULO	NOMBRE PROVEEDOR	CUMPLIMIENTO PPT	PUNTOS TECNICOS
1	EQUIPO DE NAVEGACIÓN	MEDTRONIC IBERICA S.A.	SI	30

De las ofertas presentadas, **que cumplen** con los requisitos mínimos técnicos establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas, se adjunta tabla resumen con la puntuación completa de cada oferta según los criterios establecidos de adjudicación que son evaluables mediante aplicación de fórmulas automáticas.

FIRMADO

Firmado digitalmente por: LAGARES GOMEZ-ABASCAL ALFONSO
Fecha: 2023.11.17 13:46

Dr. Lagares Gómez-Abascal
Jefe de Servicio de Neurocirugía

EXPEDIENTE: 2023-0-61

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN EQUIPO DE NAVEGACIÓN PARA EL NUEVO BLOQUE TÉCNICO Y DE HOSPITALIZACIÓN DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

Destino: HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

LOTE	CONCEPTO	PUNTUACION DE CRITERIOS DE VALORACION
1	<p>EQUIPO DE NAVEGACIÓN</p> <p>TOTAL PUNTOS HASTA 30 PUNTOS</p> <ol style="list-style-type: none"> Herramienta de planificación avanzada para el procesamiento de tractografía a través de algoritmo CSD ... 4 Puntos Disponibilidad de dos tipos de emisores electromagnéticos para mayor flexibilidad, comodidad y ergonomía: Tipo lateral y tipo almohada .. 4 Puntos Si permite la utilización de hasta seis instrumentos electromagnéticos en un mismo procedimiento ... 5 Puntos Si permite navegar cajas intersomáticas e incluye instrumentos navegables de prueba para probar y decidir el tamaño de la caja intersomática adecuada, sin necesidad de realizar un registro adicional para poder navegarlas ... 5 Puntos Si incluye terrajas navegables, no canuladas para navegar en los niveles iliacos (terraja de 6,5 a 10,5mm, ambas incluidas), sin necesidad de realizar un registro adicional para poder navegarlas 4 Puntos 	<p>MEDTRONIC IBERICA S.A. TOTAL PUNTOS: 30</p> <ol style="list-style-type: none"> Si Dispone..... PUNTOS Si Dispone..... PUNTOS Si Permite.....5 PUNTOS Si Permite.....5 PUNTOS Si Dispone..... 4 PUNTOS

La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.es
mediante el siguiente código seguro de verificación: 094440097359

EXPEDIENTE: 2023-0-61

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN EQUIPO DE NAVEGACIÓN PARA EL NUEVO BLOQUE TÉCNICO Y DE HOSPITALIZACIÓN DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

Destino: HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

LOTE	CONCEPTO	PUNTUACION DE CRITERIOS DE VALORACION
	<p>6. Compatibilidad con motor navegador de alta revolución integrado sin necesidad de registrar la longitud y el grosor del instrumento ... 4 Puntos</p> <p>7. Si dispone de guía universal de taladro navegada, sin necesidad de realizar un registro adicional para poder navegarla4 Puntos</p>	<p>6. Si Dispone.....4 PUNTOS</p> <p>7. Si Dispone.....4 PUNTOS</p>

La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.es de código seguro de verificación 094440097351