

**SUMINISTRO DE UN RECIPIENTE DE NITROGENO EN FASE GAS PARA
CONSERVACIÓN DE MUESTRAS DE TEJIDO OVÁRICO
(PA SUM 015-2023 / A/SUM-040512/2023)**

Informe Técnico

Una vez analizada la documentación técnica presentada por:

- FISHER SCIENTIFIC S.L.U. (Modelo: 17304650 - CE8120BB)
- S. E. DE CARBUROS METALICOS (Modelo: HE 815P – 190°)

Se determina que las dos ofertas presentadas cumplen la totalidad de las prescripciones técnicas.

Madrid,

ALEND ASENSI
RAQUEL -

Firmado digitalmente
por ALEND ASENSI
RAQUEL -
Fecha: 2023.11.14
13:23:28 +01'00'

Raquel Alenda Asensi
Responsable Banco Tejido Ovárico
Centro de Transfusión de Madrid

LUIS TORRES
JEREZ -

Firmado digitalmente por LUIS TORRES JEREZ
Nombre de reconocimiento (DN): cn=LUIS
TORRES JEREZ
givenName=LUIS, sn=TORRES JEREZ -
serialNumber=IDCES
title=EMPLEADO PÚBLICO, 2.5.4.97=VATES-
57800001E, ou=CERTIFICADO ELECTRONICO
DE EMPLEADO PUBLICO, o=COMUNIDAD DE
MADRID, c=ES
Fecha: 2023.11.13 13:09:30 +01'00'

Luis Torres Jerez
Responsable Mantenimiento
Centro de Transfusión de Madrid

De acuerdo con los Criterio/s cualitativos, evaluables de forma automática por aplicación de fórmulas, recogidos en el apartado 6 de la cláusula nº1 del Pliego de Clausulas Administrativas la valoración de las ofertas es la siguiente:

CALIDAD TÉCNICA	PUNTOS PPT	CARBUROS METÁLICOS	FISHER SCIENTIFIC
TOTAL Dotación externa	10	5	5
Escalerilla de acceso de 1 Peldaño	5	5	5
Escalerilla de acceso de 2 Peldaños	10	--	--
TOTAL Dotación interna	20	0	20
2 racks de 5 alturas para cajas de 81 viales cierre con varilla	10	0	10
10 Crio Cajas de 81 viales de policarbonato	10	0	10
TOTAL Garantía	10	5	10
2 años equipo y 5 años vacío	5	5	--
3 años equipo y 7 años vacío	7	--	--
5 años equipo y 10 años vacío	10	--	10
TOTAL Puntuación Técnica	40	10	35