

EXPEDIENTE PNSP 2023-1-041

**SUMINISTRO DE SISTEMAS DE REPARACIÓN DE LA VÁLVULA MITRAL NEOCHORD™
CON DESTINO AL SERVICIO DE CIRUGÍA CARDÍACA DEL HOSPITAL CLÍNICO SAN
CARLOS.**

INFORME TÉCNICO

PROVEEDOR: ENDOVASCULAR DISPOSITIVOS MÉDICOS, LDA

Por favor, para cumplimentar el documento, haga clic en la casilla de la opción que corresponda (en caso de modificación, vuelva a hacer clic para borrar la opción errónea). En caso de incumplimiento, debe justificarse el motivo del mismo. Muchas gracias

**LOTE 1: SISTEMA DE REPARACIÓN DE LA VÁLVULA MITRAL PARA COLOCAR
CUERDAS TENDINOSAS**

- ☒ El DS1000 coloca cuerdas tendinosas artificiales usando material de sutura de ePTFE de distribución comercial, etiquetado para su uso como cuerdas tendinosas artificiales.
- ☒ Sistema modular integrado que consta de:
 - Instrumento de implantación de mano.
 - Cartucho en el que se coloca una sutura de ePTFE.
 - Aguja.
 - Monitor de captura y verificación de valvas (LCV) anclado que permite confirmar la captura del borde libre de la valva mitral en la pinza distal del instrumento de implantación antes de colocar la sutura de ePTFE y anudarla en la valva.
- ☒ Debe reunir las condiciones exigidas en el Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios.
- ☒ Estéril.
- ☒ Desechable

Procedimiento Abierto. Pluralidad de Criterios.

PNSP 2023-1-041 Suministro de sistemas de reparación de la válvula mitral neochord™ con destino al Servicio De Cirugía Cardíaca del Hospital Clínico San Carlos.

CUMPLIMIENTO DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS: SI

En Madrid, a 8 de septiembre de 2023

Firmado por LUIS CARLOS MAROTO
CASTELLANOS - [REDACTED] el día
08/09/2023 con un certificado emitido
por AC CAMERFIRMA FOR NATURAL PERSONS -
2016

Jefe del Servicio de Cirugía Cardíaca