

INFORME TÉCNICO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS DEL EXPEDIENTE 2023-0-50 DE LAS OFERTAS PRESENTADAS, Y DE LOS CRITERIOS DE EVALUABLES DE FORMA AUTOMATICA POR APLICACION DE FORMULAS.

Elaborado por:

Dr. Albillos Merino, Jefe de Servicio de Radiodiagnóstico.

Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía la firma auténtica y, para evitar el acceso a datos personales protegidos, se ha ocultado el código que permitiría comprobar el original

Fecha: 29 de noviembre de 2023.

Revisada la documentación técnica de las ofertas presentadas en expediente 2023-0-50 para el "SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ONCE ARCOS RADIOQUIRÚRGICOS PARA EL NUEVO BLOQUE TÉCNICO Y DE HOSPITALIZACIÓN DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE" por las empresas, se emite el siguiente

INFORME TECNICO

Lote 1:

- La oferta presentada por **GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPAÑA, S.A.U., SIEMENS HEALTHCARE, S.L.U.** cumplen con las especificaciones del pliego.

Lote 2:

- La oferta presentada por **COMERCIAL CENTRO MEDICO, S.L.U., GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPAÑA, S.A.U., SIEMENS HEALTHCARE, S.L.U** cumplen con las especificaciones del pliego.

Lote 3:

- La oferta presentada por **COMERCIAL CENTRO MEDICO, S.L.U., GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPAÑA, S.A.U., SIEMENS HEALTHCARE, S.L.U** cumplen con las especificaciones del pliego.

Resumen de cumplimiento y puntos técnicos:

LOTE	DESCRIPCION ARTICULO	NOMBRE PROVEEDOR	CUMPLIMIENTO PPT	PUNTOS TECNICOS
1	ARCOS CON CAPACIDADES 3D	GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPAÑA, S.A.U.	sí	20
		SIEMENS HEALTHCARE, S.L.U.	sí	5
2	ARCOS CONVENCIONALES CON DETECTOR DE PLANO DE CAMPO GRANDE	COMERCIAL CENTRO MEDICO, S.L.U	sí	15
		GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPAÑA, S.A.U.	sí	10
		SIEMENS HEALTHCARE, S.L.U.	sí	15
3	ARCOS CONVENCIONALES CON DETECTOR DE PLANO DE CAMPO INTERMEDIO	COMERCIAL CENTRO MEDICO, S.L.U	sí	15
		GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPAÑA, S.A.U.	sí	20
		SIEMENS HEALTHCARE, S.L.U.	sí	10

De las ofertas presentadas, **que cumplen** con los requisitos mínimos técnicos establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas, se adjunta tabla resumen con la puntuación completa de cada oferta según los criterios establecidos de adjudicación que son evaluables mediante aplicación de fórmulas automáticas.

FIRMADO

Firmado digitalmente por: ALBILLOS MERINO JOSE CARMELO
Fecha: 2023.11.30 14:56

Fdo.: Dr. Albillos Merino

Jefe de Servicio de Radiodiagnóstico

EXPEDIENTE: 2023-0-50

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ONCE ARCOS RADIOQUIRÚRGICOS PARA EL NUEVO BLOQUE TÉCNICO Y DE HOSPITALIZACIÓN.		Destino: HOSPITAL UNIVERSITARIO	DE OCTUBRE
LOTE	CONCEPTO	PUNTUACION DE CRITERIOS DE VALORACION	
1	ARCOS CON CAPACIDADES 3D	GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPAÑA, S.A.U. ... TOTAL PUNTOS: 20	
	TOTAL PUNTOS..... HASTA 30 PUNTOS	1.- Sí. 5 puntos	
	1. Monitor en carro con resolución 4K..... 5 PUNTOS	2.- Sí. 5 puntos	
	2. Monitor con brazo articulado para ajuste en posición óptima..... 5 PUNTOS	3.- No, detector de 31 x 31 cm. 0 puntos	
	3. Detector mayor de 31 x 31cm 5 PUNTOS	4.- No, tiempo de rotación 30 segundos. 0 puntos	
	4. Tiempo de rotación para adquisición 3D menor de 20 segundos..... 5 PUNTOS	5.- Sí. 5 puntos	
	5. Con cámara de centrado localizada en el detector para visualización de la superficie donde se va a realizar la adquisición..... 5 PUNTOS	6.- Sí. 5 puntos	
	6. Magnificación en tiempo real mediante software sin incremento de Dosis..... 5 PUNTOS	SIEMENS HEALTHCARE, S.L.U. ... TOTAL PUNTOS: 5	
		1.- No. Dos monitores de 1280 x 1024. 0 puntos	
		2.- No. Brazo fijo con monitores pivotantes. 0 puntos	
		3.- No, detector de 30 x 30 cm. 0 puntos	
		4.- Sí, tiempo de rotación mínimo 15 segundos. 5 puntos.	
		5.- No dispone de cámara. 0 puntos	
		6.- No. 0 puntos	

EXPEDIENTE: 2023-0-50

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ONCE ARCOS RADIOQUIRÚRGICOS PARA EL NUEVO BLOQUE TÉCNICO Y DE HOSPITALIZACIÓN.		Destino: HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE
LOTE	CONCEPTO	PUNTUACION DE CRITERIOS DE VALORACION
2	ARCOS CONVENCIONALES CON DETECTOR DE PLANO DE CAMPO GRANDE	COMERCIAL CENTRO MEDICO, S.L.U. TOTAL PUNTOS: 15
	TOTAL PUNTOS..... HASTA 30 PUNTOS	1.- No, carro portamonitores separado. 0 puntos.
	1. Sistema compacto, con Arco y monitores en el mismo soporte móvil..... 10 PUNTOS	2.- No, 315.000 UH. 0 puntos
	2. Capacidad técnica del ánodo mayor de 2.000.000 HU..... 5 PUNTOS	3.- Sí, 154 µm. 5 puntos
	3. Tamaño del píxel menor de 160 µm..... 5 PUNTOS	4.- Sí, 16 bits. 5 puntos.
	4. Profundidad de color de imagen mayor de 12 bits..... 5 PUNTOS	5.- Si, 15 pulsos. 5 puntos.
	5. Adquisición pulsada de al menos 15 pulsos/seg..... 5 PUNTOS	GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPAÑA, S.A.U. TOTAL PUNTOS: 10
		1.- No, carro portamonitores separado. 0 puntos.
		2.- No, 300.000 UH. 0 puntos
		3.- No, 198 µm. 0 puntos
		4.- Sí, 16 bits. 5 puntos.
		5.- Si, 15 pulsos. 5 puntos.
		SIEMENS HEALTHCARE, S.L.U. TOTAL PUNTOS: 15
		1.- Sí. No, carro portamonitores separado. 0 puntos.
		2.- No, 365.000 UH. 0 puntos

EXPEDIENTE: 2023-0-50		Destino: HOSPITAL UNIVERSITARIO		DE OCTUBRE
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ONCE ARCOS RADIOQUIRÚRGICOS PARA EL NUEVO BLOQUE TÉCNICO Y DE HOSPITALIZACIÓN.		CONCEPTO		
3		PUNTUACION DE CRITERIOS DE VALORACION		
		3.- Sí, 156 µm. 5 puntos 4.- Sí, 16 bits. 5 puntos. 5.- Si, 30 pulsos. 5 puntos.		
3	ARCOS CONVENCIONALES CON DETECTOR DE PLANO DE CAMPO INTERMEDIO. TOTAL PUNTOS..... HASTA 30 PUNTOS	COMERCIAL CENTRO MEDICO, S.L.U. TOTAL PUNTOS: 15		
	1. Sistema compacto, con Arco y monitores en el mismo soporte móvil 10 PUNTOS 2. Adquisición pulsada de al menos 15 pulsos/seg. 5 PUNTOS 3. Capacidad técnica del ánodo mayor de 1.000.000 HU 5 PUNTOS 4. Tamaño del píxel menor de 160 µm 5 PUNTOS 5. Profundidad de color de imagen mayor de 12 bits 5 PUNTOS	1.- No, carro portamonitores separado. 0 puntos. 2.- Si, 15 pulsos. 5 puntos. 3.- No, 79.800 UH. 0 puntos 4.- Sí, 154 µm. 5 puntos 5.- Sí, 16 bits. 5 puntos. GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPAÑA, S.A.U. TOTAL PUNTOS: 20 1.- Sí. 10 puntos. 2.- No, 12 pulsos. 0 puntos. 3.- No, 76.800 UH. 0 puntos 4.- Sí, 135,3 µm. 5 puntos 5.- Sí, 16 bits. 5 puntos.		

EXPEDIENTE: 2023-0-50

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ONCE ARCOS RADIOQUIRÚRGICOS PARA EL NUEVO BLOQUE TÉCNICO Y DE HOSPITALIZACIÓN.		Destino: HOSPITAL UNIVERSITARIO	DE OCTUBRE
LOTE	CONCEPTO	PUNTUACION DE CRITERIOS DE VALORACION	
		SIEMENS HEALTHCARE, S.L.U. ... TOTAL PUNTOS: 10	
		1.- No, carro portamonitores separado. 0 puntos.	
		2.- Si, 15 pulsos. 5 puntos.	
		3.- No, 101.000 UH. 0 puntos	
		4.- No, 205 µm. 0 puntos	
		5.- Sí, 16 bits. 5 puntos.	

La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.es/verificador