

CONSULTA Nº1
ASUNTO: Consulta Expediente PAS 2023-7-316 Lote 2 - Hospital Clínico San Carlos

La persona solicitante actúa como			
<input type="radio"/>	Interesado/a	<input checked="" type="radio"/>	Representante
<input type="radio"/>	Autorizado/a para presentación (no es interesado/a ni representante)		

Datos de la persona interesada							
NIF/NIE:	A28061737		Razón social/Entidad:	GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPAÑA, S.A.U			
Tipo de vía:	CALLE		Nombre de vía:	GOBELAS			
Número/Km:	35	Piso:		Puerta:		Código postal:	28023
Provincia:	Madrid		Municipio:	Madrid			
Otros datos de localización:							
e-mail:	tendersspain@ge.com		Teléfono 1:		Teléfono 2:		

Datos de la persona o entidad representante							
NIF/NIE	[REDACTED]						
Nombre:	VICTOR		Apellido 1:	DE JUAN	Apellido 2:	DÍEZ	
Tipo de vía:	CALLE		Nombre de vía:	GOBELAS			
Número/Km:	35º	Piso:		Puerta:		Código postal:	28023
Provincia:	Madrid		Municipio:	Madrid			
Otros datos de localización:							
e-mail:	tendersspain@ge.com		Teléfono 1:	667835754	Teléfono 2:		
En calidad de:	Apoderado						

Medio de notificación			
<input checked="" type="radio"/>	Interesado/a	<input type="radio"/>	Representante (Indique a quién desea que se envíe la notificación)
Si selecciona notificación electrónica, debe tener una dirección electrónica habilitada en el Sistema de Notificaciones Electrónicas de la Comunidad de Madrid. Puede darse de alta accediendo a este enlace			

Relación de documentos que aportará junto a la solicitud (Estos documentos se adjuntarán después de enviar la solicitud a registro)

Expone
Que interesados en participar en el procedimiento Número de expediente PAS 2023-7-316 "Suministro, instalación y puesta en marcha de incubadoras y cunas térmicas para el Servicio de Neonatología del Hospital Clínico San Carlos" nos surge una duda en relación con el Lote 2: Cunas térmicas para neonatos.

Solicita

Respuesta a la siguiente consulta respecto al Lote 2: Cunas térmicas para neonatos:

El pliego especifica lo siguiente: "Pantalla táctil de monitorización y ajuste de parámetros y alarmas , intuitivo y visible desde el área de trabajo"

Una vez analizado el criterio solicitado ¿Podrían confirmarnos si sería valido también "Botones táctiles de activación de pantalla para monitorización y ajuste de parámetros y alarmas , intuitivo y visible desde el área de trabajo"?

Quedamos a la espera de respuesta.

FECHA:

En	Madrid	a	03/11/2023
----	--------	---	------------

FIRMA

Huella digital de VICTOR DE JUAN DIEZ - NIF [REDACTED] // Entidad: GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPAÑA SA - CIF A28061737 // Nombre de reconocimiento(DN): DE JUAN DIEZ VICTOR // Fecha: 03.11.2023 12:57:27

DESTINATARIO

DIRECCIÓN GENERAL / ORGANISMO:	Hospital Universitario Clínico San Carlos
CONSEJERÍA:	Consejería de Sanidad

Aclaración

Desde el Área de Recursos Materiales se considera que los requerimientos técnicos mínimos están determinados de una manera clara y precisa para emitir una oferta a la licitación del contrato.

Firmado digitalmente por: BAIGORRI RUIZ ELDA
Fecha: 2023.11.06 14:38

Fdo.:

Supervisora de Recursos Materiales