

INFORME EMITIDO EN VIRTUD DE LA RESOLUCION Nº 57/2024 DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA PARA EL LOTE 1 DEL EXPEDIENTE 2023-0-89.

Elaborado por:

Dr. Arribas Ynsaurriaga, Jefe de Servicio de Cardiología
Dr. Sayas Catalán, Jefe de Sección Servicio de Neumología
Juan Luis Cruz Bermúdez, Director de Transformación Digital.

Fecha: 23 de febrero del 2024

El presente informe se emite en cumplimiento de la resolución de fecha 20 DE FEBRERO DE 2024 del Tribunal Administrativo de Contratación Administrativa (nº 57/2024) por la que estima el recurso especial en materia de contratación interpuesto por la empresa **PHILIPS IBÉRICA, S.A. (SOCIEDAD UNIPERSONAL)**, (nº de recurso 29/2024) contra la adjudicación del lote 1 del expediente 2023-0-89 para el **“SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS DE MONITORIZACIÓN DE PACIENTE EN LOS SERVICIOS DE CARDIOLOGIA Y NEUMOLOGIA DEL NUEVO BLOQUE TÉCNICO Y DE HOSPITALIZACIÓN DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE.**

Lote 1:

- La oferta presentada por **PHILIPS IBÉRICA, S.A. (SOCIEDAD UNIPERSONAL)**, cumple con las especificaciones del pliego.
- La oferta presentada por **MINDRAY MEDICAL ESPAÑA S.L.**, queda excluida a la vista de:

La resolución (nº 57/2024) del Tribunal Administrativo de Contratación Administrativa, que estima el recurso (nº 29/2024) interpuesto por la empresa Philips Ibérica, S.A., alegando que la empresa Mindray Medical España S.L., no presenta oferta en la forma requerida, con un desglose de componentes y precios unitarios, ni siquiera en la subsanación solicitada por el órgano de contratación, en la cual a mayor abundamiento, se incluyeron componentes que no figuraban en la declaración inicial de la oferta, en concreto el “Monitor de transporte BeneVision TM-80” y el “BeneVision CMS”.

Resumen de cumplimiento y puntos técnicos:

LOTE	DESCRIPCION ARTICULO	NOMBRE PROVEEDOR	CUMPLIMIENTO	PUNTOS TECNICOS
1	SISTEMAS DE MONITORIZACION PARA LOS SERVICIOS DE CARDIOLOGIA Y NEUMOLOGIA	MINDRAY MEDICAL ESPAÑA S.L.	NO	
		PHILIPS IBÉRICA, S.A. (SOCIEDAD UNIPERSONAL)	SI	30

De las ofertas presentadas, **que cumplen** con los requisitos mínimos técnicos establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas, se adjunta tabla resumen con la puntuación completa de cada oferta según los criterios establecidos de adjudicación que son evaluables mediante aplicación de fórmulas automáticas.

FIRMADO

ARRIBAS
INSAURRIAGA
A FERNANDO

Digitally signed by
ARRIBAS
INSAURRIAGA
FERNANDO -

Date: 2024.02.27
15:40:31 +01'00'

Dr. Arribas Ynsaurriaga
Jefe de Servicio de Cardiología

SAYAS CATALAN
JAVIER -

Firmado digitalmente
CATALAN JAVIER -
DN: cn=SAYAS CATALAN JAVIER
c=ES,
email=jsayascat@gmail.com
Fecha: 2024.02.27 17:46:19 +01'00'

Dr. Sayas Catalán
Jefe de Sección Servicio de Neumología

Firmado por CRUZ BERMUDEZ JUAN LUIS -
***2026** el día 27/02/2024

Juan Luis Cruz Bermúdez
Director de transformación Digital

EXPEDIENTE: 2023-0-89

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS DE MONITORIZACIÓN DE PACIENTE EN LOS SERVICIOS DE CARDIOLOGIA Y NEUMOLOGIA DEL NUEVO BLOQUE TÉCNICO Y DE HOSPITALIZACIÓN		Destino: HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE
LOTE	CONCEPTO	PUNTUACION DE CRITERIOS DE VALORACION
1	<p>SISTEMAS DE MONITORIZACION PARA LOS SERVICIOS DE CARDIOLOGIA Y NEUMOLOGIA</p> <p>TOTAL PUNTOS..... HASTA 30 PUNTOS</p> <ol style="list-style-type: none"> La pantalla del módulo/monitor de transporte permanece encendida, accesible y manejable en todo momento, tanto cuando esté conectado al monitor de cabecera como funcionando en modo transporte, para realizar cambios de configuración del monitor. <ol style="list-style-type: none"> Si 10 PUNTOS No..... 0 PUNTOS Drivers para la recogida de datos y señales de dispositivos externos, que permita centralizar la información en el monitor de cabecera y la central de monitorización. Máxima puntuación: 10 PUNTOS. <ol style="list-style-type: none"> Más de 300 dispositivos10 PUNTOS Entre 100 y 300 dispositivos ... 5 PUNTOS Menos de 100 dispositivos 0 PUNTOS Los cables y accesorios conectados al módulo multiparamétrico serán elementos pasivos, sin electrónica adicional. La tecnología de detección/medición de parámetros estará incluida dentro del propio módulo/monitor de transporte, y no en el cable de paciente. <ol style="list-style-type: none"> Si 10 PUNTOS No 0 PUNTOS 	<p>PHILIPS IBÉRICA, S.A. (SOCIEDAD UNIPERSONAL)TOTAL PUNTOS: 30</p> <ol style="list-style-type: none"> Si Cumple 10 PUNTOS Según lista de dispositivos tiene 424 10 PUNTOS Si Cumple 10 PUNTOS