

INFORME TÉCNICO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS DEL EXPEDIENTE 2023-0-85 DE LAS OFERTAS PRESENTADAS, Y DE LOS CRITERIOS DE EVALUABLES DE FORMA AUTOMATICA POR APLICACION DE FORMULAS.

Elaborado por:

**Dr. Cortés Guerrero, Jefe de Servicio de anestesia y Reanimación.
Juan Luis Cruz Bermúdez, Jefe de Servicio de Informática.**

Fecha: 27 de noviembre de 2023

Revisada la documentación técnica de las ofertas presentadas en expediente **2023-0-85** para el **"SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS DE MONITORIZACIÓN DE PACIENTE PARA LOS QUIRÓFANOS DEL NUEVO BLOQUE TÉCNICO Y DE HOSPITALIZACIÓN DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE"** por las empresas, se emite el siguiente

INFORME TECNICO

Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía la firma auténtica y, para evitar el acceso a datos personales protegidos, se ha ocultado el código que permitiría comprobar el original

Lote 1:

- La oferta presentada por **MINDRAY MEDICAL ESPAÑA S.L., PHILIPS IBÉRICA, S.A. (SOCIEDAD UNIPERSONAL)** cumple con las especificaciones del pliego.

Resumen de cumplimiento y puntos técnicos:

LOTE	DESCRIPCION ARTICULO	NOMBRE PROVEEDOR	CUMPLIMIENTO PPT	PUNTOS TECNICOS
1	SISTEMAS DE MONITORIZACIÓN PARA LOS QUIRÓFANOS	MINDRAY MEDICAL ESPAÑA S.L.	SI	25
		PHILIPS IBÉRICA, S.A. (SOCIEDAD UNIPERSONAL)	SI	30

De las ofertas presentadas, **que cumplen** con los requisitos mínimos técnicos establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas, se adjunta tabla resumen con la puntuación completa de cada oferta según los criterios establecidos de adjudicación que son evaluables mediante aplicación de fórmulas automáticas.

FIRMADO

Dr. Cortés Guerrero
Jefe de Servicio de Anestesia y Reanimación

Juan Luis Cruz Bermúdez
Jefe de Servicio de Informática.

EXPEDIENTE: 2023-0-85

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS DE MONITORIZACIÓN DE PACIENTE PARA LOS QUIRÓFANOS DEL NUEVO BLOQUE TÉCNICO Y DE HOSPITALIZACIÓN.		Destino: HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE	
LOTE	CONCEPTO	PUNTUACION DE CRITERIOS DE VALORACION	
1	SISTEMAS DE MONITORIZACIÓN PARA LOS QUIRÓFANOS	MINDRAY MEDICAL ESPAÑA S.L. ...TOTAL PUNTOS: 25	
	TOTAL PUNTOS..... HASTA 30 PUNTOS	<p>1. Si Cumple 10 PUNTOS</p> <p>2. Según lista de dispositivos tiene 313, pero al menos 28 de ellos, no cumplen con la funcionalidad vinculada al uso de los monitores.... 5 PUNTOS</p> <p>3. Si Cumple 10 PUNTOS</p>	
	1. La pantalla del módulo/monitor de transporte permanece encendida, accesible y manejable en todo momento, tanto cuando esté conectado al monitor de cabecera como funcionando en modo transporte, para realizar cambios de configuración del monitor. a. Si 10 PUNTOS b. No..... 0 PUNTOS	PHILIPS IBÉRICA, S.A. (SOCIEDAD UNIPERSONAL) ...TOTAL PUNTOS: 30	
	2. Drivers para la recogida de datos y señales de dispositivos externos, que permita centralizar la información en el monitor de cabecera y la central de monitorización. Máxima puntuación 10 PUNTOS. a. Más de 300 dispositivos 10 PUNTOS b. Entre 100 y 300 dispositivos ... 5 PUNTOS c. Menos de 100 dispositivos 0 PUNTOS	<p>1. Si Cumple 10 PUNTOS</p> <p>2. Según lista de dispositivos tiene 424 10 PUNTOS</p> <p>3. Si Cumple 10 PUNTOS</p>	
	3. Los cables y accesorios conectados al módulo multiparamétrico serán elementos pasivos, sin electrónica adicional. La tecnología de detección/medición de parámetros estará incluida dentro del propio módulo/monitor de transporte, y no en el cable de paciente. a. Si 10 PUNTOS b. No 0 PUNTOS		