



Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía todas las firmas auténticas y se han ocultado los datos personales protegidos y los códigos que permitirían acceder al original.

## **PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS**

**Nº EXPEDIENTE: PAS 126-2023**

***“ADQUISICIÓN DE BOLSA PROTECTORA PARA CATETERES VENOSOS CENTRALES EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA”***

La autenticidad de este documento se puede comprobar en [www.madrid.org/csv](http://www.madrid.org/csv) mediante el siguiente código seguro de verificación:

**PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HA DE REGIR LA CONTRATACIÓN DE “ADQUISICIÓN DE BOLSA PROTECTORA PARA CATETERES VENOSOS CENTRALES EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA”**

Este Pliego de Prescripciones Técnicas habrá de regir la ejecución de la prestación del suministro cuyo objeto a continuación se indica, de conformidad con los requisitos que para cada contrato establece la LCSP. El plazo de ejecución será de **24 meses** y el presupuesto de licitación es **26.488,00 €** siendo la base imponible **24.080,00 €** y el I.V.A (10 %) **2.408,00 €**.

**1. OBJETO**

El presente pliego tiene por objeto la adquisición de **BOLSA PROTECTORA PARA CATETERES VENOSOS CENTRALES EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA DE LEGANÉS**, según las características particulares y en las cantidades estimadas, precios máximos por lotes y características generales que se encuentran definidos a continuación.

**2. CANTIDADES, PRECIOS Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

LOTE Nº	CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO SIN IVA	CANTIDAD	BASE IMPONIBLE	TIPO I.V.A	IMPORTE IVA	IMPORTE TOTAL CON I.V.A.
1	F01026	Bolsa protectora 16x5 cm para CVC	0,80	28.700	22.90,00	10 %	2.296,00	25.256,00
2	F01027	Bolsa protectora 8x7,5 cm para CVC	0,80	1.400	1.120,00	10 %	112,00	1.232,00

<b>BASE IMPONIBLE:</b>	<b>24.080,00</b>
<b>I.V.A (10%):</b>	<b>2.408,00</b>
<b>IMPORTE TOTAL:</b>	<b>26.488,00</b>

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

**LOTE 1- Bolsa protectora 16x5 cm para CVC**

- Bolsa protectora autoadhesiva.
- Diseñado para protección de catéteres y vías heparinizadas/ salinizadas.
- Debe permitir la higiene del paciente sin que el catéter se moje (parte exterior impermeable).
- Fácil colocación.
- Cara en contacto con el paciente recubierta de TNT, tejido spunlace o similar, no debe producir irritaciones cutáneas y no debe arrugarse durante su uso.
- Tira superior adhesiva (TNT Adhesivado) de 11x7 cm, +/- 1 cm.

- La bolsa debe poder acortarse en longitud, para adaptarse al tamaño del catéter mediante tira adhesiva extra de 2,5 cm de ancho +/- 1 cm que permita su replegado.
- Envase estéril individual.

## **LOTE 2.- Bolsa protectora 8x7,5 cm para CVC**

- Bolsa protectora autoadhesiva.
- Diseñado para protección de catéteres y vías heparinizadas/ salinizadas.
- Debe permitir la higiene del paciente sin que el catéter se moje (parte exterior impermeable).
- Fácil colocación.
- Cara en contacto con el paciente recubierta de TNT, tejido spunlace o similar, no debe producir irritaciones cutáneas y no debe arrugarse durante su uso.
- Tira superior adhesiva (TNT Adhesivado) de 13x7 cm, +/- 1 cm.
- La bolsa debe poder acortarse en longitud, para adaptarse al tamaño del catéter mediante tira adhesiva extra de 2,5 cm de ancho +/- 1 cm que permita su replegado.
- Envase estéril individual.

## **3. CONDICIONES GENERALES**

### **Los precios unitarios ofertados deberán tener como máximo 2 decimales.**

En todos los artículos o números de orden que se requiera la presentación en envase estéril, este llevará impreso el **MÉTODO DE ESTERILIZACIÓN, EL LOTE, LA FECHA DE ESTERILIZACIÓN Y DE CADUCIDAD**. Se requiere la **AUSENCIA DE LÁTEX Y TODO TIPO DE FTALATOS** en la composición de todos los artículos.

Todos los productos cumplirán la legislación vigente que le sea de aplicación e irán marcados CE.

El adjudicatario estará obligado durante la vigencia del contrato a:

### **Condiciones generales de ejecución del suministro**

El suministro se efectuará en el Almacén General del Hospital U. Severo Ochoa en horario de 08:30h a 13:30h.

### **Plazo de Entrega/ reposición**

Plazo de entrega/ reposición de los productos demandados será en los pedidos ordinarios, como máximo de 72 horas a contar desde el momento de recepción del pedido.

### **Reposición por anomalías y defectos en el suministro.**

Caso de detectarse defectos en los productos suministros, el adjudicatario sustituirá en el plazo de 24 horas dichos productos por otros del mismo tipo y con la calidad adjudicada.

CONFORME ADJUDICATARIO

DIRECTOR GERENTE DEL H.U.SEVERO OCHOA

Firmado digitalmente por: DEL CACHO MALO DOMINGO  
Fecha: 2023.11.08 13:49

## A N E X O

### CUADRO DE OFERTAS TECNICAS PRESENTADAS

**(ATENCIÓN:** *Debe ser incluido en el sobre único como primera hoja de la oferta técnica*)

LOTE AL QUE LICITA	CODIGO INDICADO EN EL PPT <i>(Sólo en el caso que los artículos vengan codificados en el PPT)</i>	DESCRIPCION DEL ART. INDICADA EN EL PPT	BASE O VARIANTE	DESCRIPCION DEL ART. DADA POR EL LICITADOR <i>(Sólo en el caso de que se describa de forma distinta a la indicada en el pliego)</i>	REFERENCIA DEL LICITADOR