

## PERFIL DE CONTRATANTE DE LA COMUNIDAD DE MADRID

CONSEJERÍA DE SANIDAD - HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ.

*Resolución de 17 de noviembre de 2023 de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario La Paz por la que se procede a la subsanación de errores en el Pliego de Prescripciones Técnicas que rige el P.A. 2023-0-53 suministro del material fungible necesario para la realización de sesiones de diálisis en las unidades de hemodiálisis de pacientes crónicos y agudos en el Hospital General Universitario La Paz y en base al artículo 109.2 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre. Anuncio de licitación publicado en el perfil de contratante con fecha 8 de noviembre de 2023.*

### CONSIDERANDO QUE:

**Primero:** El procedimiento de licitación se encuentra en una fase de tramitación inicial en la que únicamente se ha procedido a la publicación de los preceptivos anuncios

**Segundo:** Concurren los presupuestos de hecho previstos en los artículos 122.1 y 136.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público para proceder a la corrección del error material advertido en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares toda vez que no existen derechos subjetivos afectados por estar abierto el plazo de presentación de ofertas.

### ACUERDO:

**PRIMERO:** Rectificación del Pliego de Prescripciones Técnicas en los siguientes apartados:

A) **Página 3:** Se elimina el siguiente párrafo en el nº de orden 3 (Lote 1):

***“ y de bioseguridad con protector antipinchazo que no interfiera en la selección del punto de punción”***

B) **Página 5:** Resto de material fungible para la realización de las sesiones de Hemodiálisis con medición de volumen plasmático con o sin dializador:

#### **Donde dice:**

***“aguja unipunción con rama venosa y rama arterial para fístula, calibres 15G, con conexión luer-lock, sin óxido etileno, con capa de silicona y de bioseguridad con protector antipinchazo que no interfiera en la selección del punto de punción”***

#### **Debe decir:**

***“ aguja unipunción con rama venosa y rama arterial para fístula, calibres 15G, con conexión luer-lock, sin óxido de etileno, con capa de silicona”***

C) **Página 7:** TERAPIA:

#### **Donde dice:**

***“ unipunción con dos bombas y unipunción monobomba”***

#### **Debe decir:**

***“ unipunción con dos bombas y/o unipunción monobomba”***



**D) Página 16:** punto 5.1.6.

**Donde dice:**

*“El sistema deberá disponer de una integración bidireccional con los dispositivos de Diálisis Peritoneal (DP) y hemodiálisis domiciliaria (HDD) del H.U. La Paz”*

**Debe decir:**

*“El sistema deberá permitir una integración con los dispositivos de Diálisis Peritoneal (DP) y hemodiálisis domiciliaria (HDD) del H.U. La Paz”*

El Pliego de Prescripciones Técnicas, debidamente corregido, se podrá obtener en el Perfil de Contratante Portal de la Contratación Pública de la CAM. [www.madrid.org/contratospublicos](http://www.madrid.org/contratospublicos)

**EL DIRECTOR GERENTE**

Firmado digitalmente por: PEREZ-SANTAMARINA FEJOO RAFAEL FERNANDO  
Fecha: 2023.11.19 00:39

