

**SUMINISTRO DE UN MICROSCOPIO PARA EL LABORATORIO DE  
HISTOCOMPATIBILIDAD DEL CENTRO DE TRANSFUSIÓN  
(PA SUM 016-2023 / A/SUM-047962/2023)  
Informe Técnico**

Una vez analizada la documentación técnica presentada por:

- IZASA SCIENTIFIC S.L. (Microscopio Óptico para Diagnóstico Clínico NIKON Ci-L PLUS)
- WERFEN ESPAÑA, S.A.U (Cámara Cool Cube y Software IKAROS BASE C (Isis))

Se determina que las ofertas presentadas por ambas empresas cumplen la totalidad de las prescripciones técnicas. De acuerdo con los Criterio/s cualitativos, evaluables de forma automática por aplicación de fórmulas, recogidos en el apartado 6 de la cláusula nº1 del Pliego de Clausulas Administrativas la valoración de las ofertas es la siguiente:

<b>Lote 1</b>		<b>Puntos</b>
<b>IZASA MICROSCOPIO ÓPTICO PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO NIKON Ci-L PLUS</b>	Años de garantía	0
	Consumo energético (se darán 15 puntos si clasificación energética A, de acuerdo con la norma la norma EN 60601, EIC 60601 o equivalentes)	0
<b>Total Lote 1</b>		<b>0</b>

<b>Lote 2</b>		<b>Puntos</b>
<b>WERFEN CÁMARA COOL CUBE M1 Y SOFTWARE IKAROS BASE C (Isis)</b>	3 años de garantía. Cubrirá la restitución o la reparación de cualquier avería o defecto de fabricación, incluyendo, durante este periodo, los recambios necesarios, el tiempo de mano de obra y desplazamiento, así como los gastos de desplazamiento o pernocta.	2,5
	Memoria interna de la cámara de 32 Mb	0
<b>Total</b>		<b>2,5</b>

GARCIA  
SANCHEZ  
FELIX -

Firmado digitalmente por  
GARCIA SANCHEZ  
FELIX -  
Fecha: 2023.12.04  
13:08:10 +01'00'

Fdo. Dr. Félix García  
Laboratorio H.L.A.