

INFORME TÉCNICO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS DEL EXPEDIENTE 2023-0-78 DE LAS OFERTAS PRESENTADAS, Y DE LOS CRITERIOS DE EVALUABLES DE FORMA AUTOMATICA POR APLICACION DE FORMULAS.

Elaborado por:

Dr. Rodríguez Peralto, Jefe de Servicio de Anatomía Patológica.

Fecha: 17 de enero del 2024

Revisada la documentación técnica de las ofertas presentadas en expediente **2023-0-78** para el **“SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MESAS DE TALLADO, MICROTOMOS Y PROCESADORES PARA EL NUEVO BLOQUE TÉCNICO Y DE HOSPITALIZACIÓN DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE”** por las empresas, se emite el siguiente

INFORME TECNICO

Lote 1:

- La oferta presentada por **CASA ÁLVAREZ MATERIAL CIENTÍFICO, S.A., no cumple** con las especificaciones del pliego.:
 - No presenta sistema modular con posibilidad de cambiar la ubicación de las tablas de tallado y el fregadero según necesidades (exigido pág. 2 PPT).
- La oferta presentada por **MENARINI DIAGNOSTICOS, S.A cumple** con las especificaciones del pliego.

Lote 2:

- Las ofertas presentadas por **CASA ÁLVAREZ MATERIAL CIENTÍFICO, S.A., LEICA MICROSISTEMAS, S.L.U cumplen** con las especificaciones del pliego.

Lote 3:

- Las ofertas presentadas por **CASA ÁLVAREZ MATERIAL CIENTÍFICO, S.A., LEICA MICROSISTEMAS, S.L.U, cumplen** con las especificaciones del pliego.

Lote 4:

- La oferta presentada por **LEICA MICROSISTEMAS, S.L.U cumple** con las especificaciones del pliego.

Resumen de cumplimiento y puntos técnicos:

	DESCRIPCION ARTICULO	NOMBRE PROVEEDOR	CUMPLIMIENTO PPT	PUNTOS TECNICOS
1	MESAS DE TALLADO	CASA ÁLVAREZ MATERIAL CIENTÍFICO, S.A.	NO	-
		MENARINI DIAGNOSTICOS, S.A	SI	30
2	MICROTOMO DE ROTACIÓN AUTOMÁTICA	CASA ÁLVAREZ MATERIAL CIENTÍFICO, S.A.	SI	0
		LEICA MICROSISTEMAS, .S.L.U	SI	30
3	MICROTOMO CRIOSTÁTICO	CASA ÁLVAREZ MATERIAL CIENTÍFICO, S.A.	SI	8
		LEICA MICROSISTEMAS, .S.L.U	SI	30
4	PROCESADOR BLOQUES DE PARAFINA	LEICA MICROSISTEMAS, .S.L.U	SI	30

De las ofertas presentadas, **que cumplen** con los requisitos mínimos técnicos establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas, se adjunta tabla resumen con la puntuación completa de cada oferta según los criterios establecidos de adjudicación que son evaluables mediante aplicación de fórmulas automáticas.

FIRMADO

RODRIGUEZ
 PERALTO JOSE LUIS
 - DNI [REDACTED]

Firmado digitalmente por
 RODRIGUEZ PERALTO JOSE
 LUIS - DNI [REDACTED]
 Fecha: 2024.01.17 07:18:24
 +01'00'

Fdo. Dr. Rodríguez Peralto

Jefe de Servicio de Anatomía Patológica

EXPEDIENTE: 2023-0-78		
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MESAS DE TALLADO, MICROTOMOS Y PROCESADORES PARA EL NUEVO BLOQUE TÉCNICO Y DE HOSPITALIZACIÓN.		Destino: HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE
LOTE	CONCEPTO	PUNTUACION DE CRITERIOS DE VALORACION
1	<p>MESAS DE TALLADO</p> <p>TOTAL PUNTOS HASTA 30 PUNTOS</p> <ol style="list-style-type: none"> Disponer de 6 ruedas industriales que permiten la movilidad y su fijación al suelo 5 PUNTOS. Estructura con recubrimiento de pintura antibacteriana que inhiba el crecimiento de microorganismos 5 PUNTOS. Sistema regulador electrohidráulico de la altura de la mesa para garantizar la mejor postura del usuario bajo diferentes condiciones de trabajo mediante un botón integrado en la mesa y a través del panel de control 5 PUNTOS. Sistema de desinfección automático de la mesa con líquido desinfectante (no lámpara UV) y programada a través del Panel del Control de la mesa de tallado 5 PUNTOS. Sistema de macrofotografía integrado en la propia mesa con > 20Mpx y zoom óptico de al menos 30x 5 PUNTOS. Sensor de proximidad que active la aspiración cuando el usuario se aproxime a la mesa para empezar a trabajar 5 PUNTOS. 	<p>MENARINI DIAGNOSTICOS, S.A ... TOTAL PUNTOS: 30</p> <ol style="list-style-type: none"> Si dispone.....5 puntos Si dispone.....5 puntos Si dispone.....5 puntos Si dispone.....5 puntos Si dispone.....5 puntos Si dispone.....5 puntos
2	<p>MICROTOMO DE ROTACIÓN AUTOMÁTICA</p> <p>TOTAL PUNTOS HASTA 30 PUNTOS</p> <ol style="list-style-type: none"> Sistema de equilibrio de fuerzas ajustable con compensación de fuerza gravitatoria 10 PUNTOS. Documentación acreditativa: dossier o ficha técnica del fabricante indicado que el equipo cumple con este criterio (indicar páginas/concretas) 	<p>CASA ÁLVAREZ MATERIAL CIENTÍFICO, S.A. ... TOTAL PUNTOS: 0</p> <ol style="list-style-type: none"> No dispone.....0 puntos No dispone.....0 puntos No dispone.....0 puntos

EXPEDIENTE: 2023-0-78

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MESAS DE TALLADO, MICROTOMOS Y PROCESADORES PARA EL NUEVO BLOQUE TÉCNICO Y DE HOSPITALIZACIÓN.		Destino: HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE
LOTE	CONCEPTO	PUNTUACION DE CRITERIOS DE VALORACION
	<p>2. Dispositivo giratorio de avance macroscópico del brazo portamuestras en sentido horario o antihorario a elección del usuario10 PUNTOS. Documentación acreditativa: dossier o ficha técnica del fabricante indicado que el equipo cumple con este criterio (indicar páginas/concretas)</p> <p>3. Extracción de la cuchilla desechable a través de un eyector que evita la manipulación por parte del Usuario para prevenir cortes .. 10 PUNTOS.</p>	<p>LEICA MICROSISTEMAS, S.L.U ... TOTAL PUNTOS: 30</p> <p>1.- Si dispone.....10 puntos</p> <p>2.- Si dispone.....10 puntos</p> <p>3.- Si dispone.....10 puntos</p>
3	<p>MICROTOMO CRIOSTÁTICO</p> <p>TOTAL PUNTOS..... HASTA 30 PUNTOS</p> <p>1. Exterior de la cabina del criostato recubierto con capa de iones Ag+ para minimizar el crecimiento de virus y bacterias para protección del operador..... 8 PUNTOS</p> <p>2. Si el equipo dispone de sistema de circulación de aire para enfriamiento específico indirecto de portacuchillas y la muestra 8 PUNTOS</p> <p>3. Portacuchillas con reposamanos para los usuarios de la técnica de recogida de cortes con un pincel 7 PUNTOS</p> <p>4. Si el portacuchillas para cuchillas desechables, dispone de un eyector para la extracción rápida de las cuchillas usadas7 PUNTOS</p> <p><u>*La Mesa de Contratación acuerda que para la valoración de los criterios cualitativos evaluables por aplicación de fórmulas solamente se tendrá en cuenta la documentación técnica contenida en el sobre 3.1</u></p>	<p>CASA ÁLVAREZ MATERIAL CIENTÍFICO, S.A. ... TOTAL PUNTOS: 8</p> <p>1.- Revisado el documento de características técnicas presentado en el sobre 3.1, no lo indica.0 puntos</p> <p>2.- Si dispone.....8 puntos</p> <p>3.- Revisado el documento de características técnicas presentado en el sobre 3.1, no lo indica.0 puntos</p> <p>4.- Revisado el documento de características técnicas presentado en el sobre 3.1, no lo indica.0 puntos</p> <p>LEICA MICROSISTEMAS, S.L.U ... TOTAL PUNTOS: 30</p> <p>1.- Si dispone.....8 puntos</p> <p>2.- Si dispone.....8 puntos</p> <p>3.- Si dispone.....7 puntos</p> <p>4.- Si dispone.....7 puntos</p>

EXPEDIENTE: 2023-0-78

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MESAS DE TALLADO, MICROTOMOS Y PROCESADORES PARA EL NUEVO BLOQUE TÉCNICO Y DE HOSPITALIZACIÓN.

Destino: HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

LOTE	CONCEPTO	PUNTUACION DE CRITERIOS DE VALORACION
4	<p>PROCESADOR BLOQUES DE PARAFINA</p> <p>TOTAL PUNTOS HASTA 30 PUNTOS</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Capacidad de gestionar hasta 400 muestras en ciclo nocturno de forma simultánea o independiente que no implique el movimiento de las muestras a otra retorta 10 PUNTOS Documentación acreditativa: dossier o ficha técnicos del fabricante indicando que el equipo cumple con este criterio (indicar páginas/concretas) 2. Cámara con flash integrada que permita trazar usuarios de forma independiente y con distintos rangos de acceso, además de realizar capturas fotográficas de los reactivos y de los cassettes de la rutina diaria para su posterior consulta 10 PUNTOS Documentación acreditativa: dossier o ficha técnicos del fabricante indicando que el equipo cumple con este criterio (indicar páginas/concretas). 3. Estaciones retroiluminadas, para fácil identificación de los niveles de líquido y estado del reactivo 10 PUNTOS Documentación acreditativa: dossier o ficha técnicos del fabricante indicando que el equipo cumple con este criterio (indicar páginas/concretas) 	<p>LEICA MICROSISTEMAS, .S.L.U ... TOTAL PUNTOS: 30</p> <p>1.- Si dispone....10 puntos</p> <p>2.- Si dispone.....10 puntos</p> <p>3.- Si dispone.....10 puntos</p>