

EXPEDIENTE: 2024 0 008 (A/SUM 047500/2023) "ADQUISICIÓN DE PULSERAS IDENTIFICATIVAS DE PACIENTES PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR"

INFORME DE EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

A continuación se enuncian las empresas licitadoras que han presentado oferta:

- IMPAOR, S.A.
- LOC ESPAÑA, S.A.
- ETIDUERO, S.L.
- ENGLOBA MEDICA CLÍNICA, S.A.

Para la evaluación de los criterios técnicos, se llevaron a cabo las siguientes actuaciones:

PRIMERO. - Se comprueba el cumplimiento de los requisitos exigidos en el PPT, tomando en consideración tanto la documentación técnica como las muestras presentadas por los licitadores, con el siguiente resultado:

1.- Acreditan el cumplimiento de los requisitos exigidos en el PPT, la siguiente empresa:

- ENGLOBA MEDICA CLÍNICA, S.A.

2.- No acreditan el cumplimiento de los requisitos exigidos en el PPT las siguientes empresas y por los motivos que a continuación se indican:

LICITADOR	Nº ORDEN	REQUISITO EXIGIDO	OFERTA PRESENTADA
IMPAOR, S.A.	ORDEN 1.1	Medidas pulsera: 292mmx 20mm (+/- 4mm)	Tanto en la documentación técnica como en las muestras presentadas su formato es: 297 x 20 mm. Estando fuera del rango exigido.
		Color: blanco con logotipo del hospital pre impreso.	Impresión: 2 Tintas (Colores corporativos del Hospital) en el anverso y 1 T. (Mácula negra) en el dorso (Parte no imprimible por la impresora). Por lo tanto, la pulsera no es blanca en su totalidad ni lleva el logotipo del Hospital impreso.
		Material: polietileno Tipo de impresión: Con tecnología térmica directa resistente al agua, jabón y alcohol, indeleble y de alta resolución para su durabilidad y mejor lectura.	Material: Polipropileno En la documentación técnica presentada no hace mención a su resistencia al alcohol. En consecuencia, se comprueba con las muestras presentadas que no son resistentes al alcohol.
	ORDEN 1.2	Medidas pulsera: 178mmx 19mm (+/- 4mm)	Tanto en la documentación técnica como en las muestras presentadas su formato es: 185 x 19 mm. Estando fuera del rango exigido.
		Color: blanco con dibujos de motivos infantiles.	Impresión: 2 Tintas (Colores corporativos del Hospital) en el anverso y 1 T. (Mácula negra) en el dorso (Parte no imprimible por la impresora). Por lo tanto, la pulsera no es blanca en su totalidad ni lleva dibujos de motivos infantiles.

LICITADOR	Nº ORDEN	REQUISITO EXIGIDO	OFERTA PRESENTADA
LOC ESPAÑA, S.A.		Material: polietileno	Material: Polipropileno
		Tipo de Impresión: Con tecnología térmica directa resistente al agua, jabón y alcohol, indeleble y de alta resolución para su durabilidad y mejor lectura.	En la documentación técnica presentada no hace mención a su resistencia al alcohol. En consecuencia, se comprueba con la muestras presentadas que no son resistentes al alcohol.
	ORDEN 1.1	TODA LA DOCUMENTACIÓN DEBERÁ SER PRESENTADA EN CASTELLANO, O TRADUCIDA OFICIALMENTE A DICHA LENGUA.	Toda la documentación técnica presentada por la empresa no está en castellano, por lo que no se puede comprobar la totalidad de su cumplimiento.
		Material: polietileno	White polypropylene
		Medidas pulsera: 292mmx 20mm (+/- 4mm)	Con las muestras presentadas se comprueba que la medida de la pulsera es : 255 x 25 mm. Estando fuera del rango exigido.
		Tipo de impresión: Con tecnología térmica directa resistente al agua, jabón y alcohol, indeleble y de alta resolución para su durabilidad y mejor lectura.	Se comprueba con la muestras presentadas que no son resistentes al alcohol.
	ORDEN 1.2	Cierre: adhesivo con pestaña fácil de pelar.	Con la muestra presentada se comprueba que la pestaña de las pulseras no son fáciles de pelar.
		TODA LA DOCUMENTACIÓN DEBERÁ SER PRESENTADA EN CASTELLANO, O TRADUCIDA OFICIALMENTE A DICHA LENGUA.	Toda la documentación técnica presentada por la empresa no está en castellano, por lo que no se puede comprobar la totalidad de su cumplimiento.

LICITADOR	Nº ORDEN	REQUISITO EXIGIDO	OFERTA PRESENTADA
ETIDUERO, S.L.		Material: polietileno	White polypropylene
		Medidas pulsera: 178mmx 19mm (+/- 4mm)	Con las muestras presentadas se comprueba que la medida de la pulsera es : 215 x 20 mm. Estando fuera del rango exigido
		Tipo de Impresión: Con tecnología térmica directa resistente al agua, jabón y alcohol, indeleble y de alta resolución para su durabilidad y mejor lectura.	Se comprueba con la muestras presentadas que no son resistentes al alcohol.
		Cierre: adhesivo con pestaña fácil de pelar.	Con la muestra presentada se comprueba que la pestaña de las pulseras no son fáciles de pelar.
	ORDEN 1.1	Tipo de Impresión: Con tecnología térmica directa resistente al agua, jabón y alcohol, indeleble y de alta resolución para su durabilidad y mejor lectura.	En la documentación técnica presentada hace mención a su resistencia al alcohol. Sin embargo, se comprueba con la muestras presentadas, que no son resistentes al alcohol.
		Material: polietileno	Material: Tiene tres capas: Polipropileno, Polyester y TNT
	ORDEN 1.2	Tipo de impresión: Con tecnología térmica directa resistente al agua, jabón y alcohol, indeleble y de alta resolución para su durabilidad y mejor lectura.	En la documentación técnica presentada hace mención a su resistencia al alcohol. Sin embargo, se comprueba con la muestras presentadas, que no son resistentes al alcohol.
		Material: polietileno	Material: Tiene tres capas: Polipropileno, Polyester y TNT

SEGUNDO. - Respecto al cumplimiento de los criterios de adjudicación valorables de forma automática por aplicación de fórmulas previstos en la Cláusula 1, apartado 8.2.1) del PCAP, se comprueba que la declaración efectuada por todas las empresas licitadoras (Anexo IV del PCAP), ha quedado acreditada con la documentación presentada.

En Madrid, 26 ENERO 2024.

SUPERVISORA DE ENFERMERÍA DE RECURSOS MATERIALES

CAROLINA CLEMENTE VALERA

