

INFORME TÉCNICO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS DEL EXPEDIENTE 2023-0-86 DE LAS OFERTAS PRESENTADAS, Y DE LOS CRITERIOS DE EVALUABLES DE FORMA AUTOMATICA POR APLICACION DE FORMULAS.

Elaborado por:

Dra. Martín Delgado, Jefa del Servicio de Medicina Intensiva.
Juan Luis Cruz Bermúdez, Director de Transformación Digital
Dr. Manuel Cortés Guerrero, Jefe de Servicio de Anestesiología

Fecha: a 8 de marzo del 2024.

Revisada la documentación técnica de las ofertas presentadas en expediente 2023-0-86 para el "SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS DE MONITORIZACIÓN DE PACIENTE PARA LAS UNIDADES DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL NUEVO BLOQUE TÉCNICO Y DE HOSPITALIZACIÓN DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE" por las empresas, se emite el siguiente:

INFORME TECNICO

Lote 1:

- La oferta presentada por **AGENOR MANTENIMIENTOS, S.A.**, **NO cumple** con las especificaciones del pliego, dado que no acredita compatibilidad con el sistema departamental ICCA existente en el hospital, así como con el sistema de recogida de datos Capsule, bien sea a través de certificación por parte del proveedor del sistema o a través de evidencia de instalaciones existentes en España o Europa.
- La oferta presentada por **MINDRAY MEDICAL ESPAÑA S.L.**, **NO cumple** con las especificaciones del pliego, dado que la central de monitorización ofertada no permite, de acuerdo a su ficha técnica (BeneVision_CMS II_Ficha Técnica_2019 signed.pdf) que el sector de paciente en la pantalla principal muestre hasta 12 ondas por paciente, tal y cómo se requiere en la página 7 del PPT.
- La oferta presentada por **PHILIPS IBÉRICA, S.A. (SOCIEDAD UNIPERSONAL)**, **cumple** con las especificaciones del pliego.

De las ofertas presentadas, **que cumplen** con los requisitos mínimos técnicos establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas, se adjunta tabla resumen con la puntuación completa de cada oferta según los criterios establecidos de adjudicación que son evaluables mediante aplicación de fórmulas automáticas.

Resumen de cumplimiento y puntos técnicos:

LOTE	DESCRIPCION ARTICULO	NOMBRE PROVEEDOR	CUMPLIMIENTO PPT	PUNTOS TECNICOS
1	SISTEMAS DE MONITORIZACIÓN DE PACIENTE PARA LAS UNIDADES DE CUIDADOS INTENSIVOS	AGENOR MANTENIMIENTOS SA	NO	
		MINDRAY MEDICAL ESPAÑA S.L.	NO	
		PHILIPS IBÉRICA, S.A. (SOCIEDAD UNIPERSONAL)	SI	30

De las ofertas presentadas, **que cumplen** con los requisitos mínimos técnicos establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas, se adjunta tabla resumen con la puntuación completa de cada oferta según los criterios establecidos de adjudicación que son evaluables mediante aplicación de fórmulas automáticas.

FIRMADO

MARTIN DELGADO
MARIA CRUZ -

Firmado digitalmente por
MARTIN DELGADO MARIA CRUZ

Fecha: 2024.04.08 12:59:51
+02'00'

Dra. Martín Delgado
Jefa del Servicio de Medicina Intensiva

MANUEL CORTÉS
GUERRERO -

Firmado digitalmente
por MANUEL CORTÉS
GUERRERO -

Fecha: 2024.04.08
13:31:41 +02'00'

Dr. Manuel Cortés Guerrero
Jefe de Servicio de Anestesiología

Firmado digitalmente por: CRUZ BERMUDEZ JUAN LUIS
Fecha: 2024.04.08 11:19

D. Juan Luis Cruz Bermúdez
Director de Transformación Digital

EXPEDIENTE: 2023-0-86		
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS DE MONITORIZACIÓN DE PACIENTE PARA LAS UNIDADES DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL NUEVO BLOQUE TÉCNICO Y DE HOSPITALIZACIÓN		Destino: HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE
LOTE	CONCEPTO	PUNTUACION DE CRITERIOS DE VALORACION
1	<p>SISTEMAS DE MONITORIZACIÓN DE PACIENTE PARA LAS UNIDADES DE CUIDADOS INTENSIVOS TOTAL: PUNTOS..... HASTA 30 PUNTOS</p> <ol style="list-style-type: none"> La pantalla del módulo/monitor de transporte permanece encendida, accesible y manejable en todo momento, tanto cuando esté conectado al monitor de cabecera como funcionando en modo transporte, para realizar cambios de configuración del monitor 10 PUNTOS (SI: 10 PUNTOS; NO: 0 PUNTOS) Drivers para la recogida de datos y señales de dispositivos externos, que permita centralizar la información en el monitor de cabecera y la central de monitorización ... Máxima puntuación 10 PUNTOS Más de 300 dispositivos: 10 PUNTOS Entre 100 y 300 dispositivos: 5 PUNTOS Menos de 100 dispositivos: 0 PUNTOS Los cables y accesorios conectados al módulo multiparamétrico serán elementos pasivos, sin electrónica adicional. La tecnología de detección/medición de parámetros estará incluida dentro del propio módulo/monitor de transporte, y no en el cable de paciente ... 10 PUNTOS (SI: 10 PUNTOS; NO: 0 PUNTOS) 	<p>PHILIPS IBÉRICA, S.A. (SOCIEDAD UNIPERSONAL)</p> <p>TOTAL: 30 PUNTOS</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sí Cumple 10 PUNTOS 2. Según lista de dispositivos dispone de más de 300 dispositivos.... 10 PUNTOS 3. Sí Cumple 10 PUNTOS