

**DE: DIRECCIÓN ECONÓMICO FINANCIERA Y DE SERVICIOS GENERALES DEL ENTE PÚBLICO
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE FUENLABRADA**

A: PORTAL DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

ASUNTO: PUBLICACIÓN DE ACLARACIÓN AL PLIEGOS DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

ACLARACION AL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL EXPEDIENTE PA SUM 24-003 PARA EL SUMINISTRO DE URETEROSCOPIOS DIGITALES DESECHABLES CON PUESTA A DISPOSICIÓN DE UN PROCESADOR DIGITAL (FUENTE DE LUZ) PARA EL SERVICIO DE UROLOGÍA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE FUENLABRADA.

Publicado en el Portal de Contratación de la Comunidad de Madrid el día 17 de enero de 2024 el anuncio de licitación, se nos ha planteado una consulta, que procedemos a aclarar:

La consulta ha sido:

“Sobre el equipamiento que debemos poner a disposición, no entendemos que quieren decir con fuente de luz por fibra óptica. Lo estándar para este fungible es montar un módulo de cámara digital”

Aclaración aportada por el servicio promotor:

Se hace referencia a que el procesador se pondrá a disposición por la compra de los ureteroscopios desechables.

Este procesador tiene que ser un módulo adaptable a nuestra torre de quirófano sin pantalla adicional y con una fuente de luz con fibras de alta intensidad para tener imágenes digitales de alta resolución.

Lo que trasladamos para los efectos oportunos

En Fuenlabrada, a 26 de enero de 2024

Firmado digitalmente por: ALVAREZ PASTOR JAVIER
Fecha: 2024 01 26 14:56

Fdo.: Javier Álvarez Pastor
Director Económico Financiero y de Servicios Generales
Ente Público Hospital Universitario de Fuenlabrada