

INFORME DE LA DOCUMENTACION TECNICA SOBRE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN VALORABLE DE FORMA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS DEL AM/SUM 21/2023 DE 87 LOTES DE EQUIPOS DE INFUSION PARENTERAL Y ACCESORIOS PARA ADMINISTRACION DE FLUIDOS Y MEDICAMENTOS, JERINGAS Y AGUJAS PARA TODOS LOS CENTROS DEPENDIENTES DEL SERMAS A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO MEDIANTE PLURALIDAD DE CRITERIOS

Reunida la mesa de contratación el 20 de agosto de 2024, entregó la documentación técnica relativa a los criterios evaluables de forma automática por aplicación de fórmulas a los representantes de la Subdirección General de Farmacia y Productos Sanitarios, con el fin de que elaboren el correspondiente informe con su puntuación. En respuesta a esa solicitud, se emite el siguiente informe sobre los criterios evaluables de forma automática por aplicación de fórmulas, con dos apartados:

1. Cumplimiento de lotes por empresas de las muestras presentadas.
2. Puntuación obtenida por lotes.
3. Propuesta de exclusión de los lotes acorde a la puntuación en los criterios.

1. CUMPLIENTO DE LOTES POR EMPRESAS DE LAS MUESTRAS PRESENTADAS

La muestra corresponde con la ficha técnica presentada en la documentación.

AMEBIL, S.L.

- Lote 53: Propuesta de exclusión. Las muestras presentan dos referencias diferentes para un mismo producto.
- Lote 54: Propuesta de exclusión. Las muestras presentan dos referencias diferentes para un mismo producto.
- Lote 55: Propuesta de exclusión. Las muestras presentan dos referencias diferentes para un mismo producto.
- Lote 56: Propuesta de exclusión. Las muestras presentan dos referencias diferentes para un mismo producto.
- Lote 57: Propuesta de exclusión. Las muestras presentan un único lote de fabricación cuando en PCAP se solicitan tres lotes de fabricación diferentes.
- Lote 59: ACEPTADO.
- Lote 60: ACEPTADO.
- Lote 73: ACEPTADO.
- Lote 80: Propuesta de exclusión. Se solicita escala fraccionada cada 0,01 ml, con marcas más amplias cada 0,05 ml en PPT y presentan una escala fraccionada cada 0,02 ml en muestras.
- Lote 81: ACEPTADO
- Lote 87: Propuesta de exclusión. Se solicita escala graduada con números cada 5 ml en PPT y no presentan números cada 5 ml en muestra.

AMEVISA, S.A.

- Lote 1: Propuesta de exclusión. Verificada la ficha técnica del sobre 2, NO CUMPLE PPT. Se solicita un tamaño de poro de 15 micras en el filtro de la cámara de goteo en PPT y presentan un tamaño de poro de 20 micras en el filtro.
- Lote 2: ACEPTADO.
- Lote 73: ACEPTADO.
- Lote 80: ACEPTADO.
- Lote 81: ACEPTADO.

B. BRAUN MEDICAL, S.A.

- Lote 23: ACEPTADO.
- Lote 53: ACEPTADO.
- Lote 54: ACEPTADO.
- Lote 55: ACEPTADO.
- Lote 56: ACEPTADO.
- Lote 57: ACEPTADO.
- Lote 59: ACEPTADO.
- Lote 60: ACEPTADO.
- Lote 61: ACEPTADO.
- Lote 62: ACEPTADO.
- Lote 63: ACEPTADO.
- Lote 64: ACEPTADO.
- Lote 65: ACEPTADO.
- Lote 66: ACEPTADO.
- Lote 77: ACEPTADO.
- Lote 80: ACEPTADO.
- Lote 81: ACEPTADO.

B. BRAUN SURGICAL, S.A.

- Lote 35: Propuesta de exclusión. Se solicita una resistencia a la presión de al menos 300 psi en PPT y presenta psi máxima de 45 en la pinza clamp de la muestra.
- Lote 36: ACEPTADO.
- Lote 37: Propuesta de exclusión. Se solicita una resistencia a la presión de al menos 300 psi en PPT y presenta psi máxima de 45 en la pinza clamp de la muestra.
- Lote 38: ACEPTADO.
- Lote 39: Propuesta de exclusión. Se solicita una resistencia a la presión de al menos 300 psi en PPT y presenta psi máxima de 45 en la pinza clamp de la muestra.
- Lote 40: ACEPTADO.
- Lote 41: Propuesta de exclusión. Se solicita una resistencia a la presión de al menos 300 psi en PPT y presenta psi máxima de 45 en la pinza clamp de la muestra.
- Lote 42: ACEPTADO.

- Lote 43: Propuesta de exclusión. Se solicita una resistencia a la presión de al menos 300 psi en PPT y presenta psi máxima de 45 en la pinza clamp de la muestra.
- Lote 44: ACEPTADO.
- Lote 45: Propuesta de exclusión. Se solicita una resistencia a la presión de al menos 300 psi en PPT y presenta psi máxima de 45 en la pinza clamp de la muestra.
- Lote 46: ACEPTADO.
- Lote 47: Propuesta de exclusión. Se solicita una resistencia a la presión de al menos 300 psi en PPT y presenta psi máxima de 45 en la pinza clamp de la muestra.
- Lote 48: ACEPTADO.
- Lote 49: Propuesta de exclusión. Se solicita una resistencia a la presión de al menos 300 psi en PPT y presenta psi máxima de 45 en la pinza clamp de la muestra.
- Lote 50: ACEPTADO.
- Lote 51: Propuesta de exclusión. Se solicita una resistencia a la presión de al menos 300 psi en PPT y presenta psi máxima de 45 en la pinza clamp de la muestra.
- Lote 52: ACEPTADO.

BATIST MEDICAL ESPANHA S.L.

- Lote 61: Propuesta de exclusión. Las muestras presentan un único lote de fabricación cuando en PCAP se solicitan tres lotes de fabricación diferentes.
- Lote 62: Propuesta de exclusión. Las muestras presentan un único lote de fabricación cuando en PCAP se solicitan tres lotes de fabricación diferentes.
- Lote 64: Propuesta de exclusión. Las muestras presentan un único lote de fabricación cuando en PCAP se solicitan tres lotes de fabricación diferentes.
- Lote 73: ACEPTADO.

BECTON DICKINSON, S.A.

- Lote 1: ACEPTADO.
- Lote 4: ACEPTADO.
- Lote 9: ACEPTADO.
- Lote 11: ACEPTADO.
- Lote 12: Propuesta de exclusión. Se solicita protector con filtro hidrófobo y antibacteriano en el extremo distal en PPT y no presenta filtro en el protector en muestra.
- Lote 23: ACEPTADO.
- Lote 24: ACEPTADO.
- Lote 27: ACEPTADO.
- Lote 28: ACEPTADO.
- Lote 53: Propuesta de exclusión. Las muestras presentan un único lote de fabricación cuando en PCAP se solicitan tres lotes de fabricación diferentes.
- Lote 54: Propuesta de exclusión. Las muestras presentan un único lote de fabricación cuando en PCAP se solicitan tres lotes de fabricación diferentes.

- Lote 55: Propuesta de exclusión. Las muestras presentan un único lote de fabricación cuando en PCAP se solicitan tres lotes de fabricación diferentes.
- Lote 61: ACEPTADO.
- Lote 62: ACEPTADO.
- Lote 63: Propuesta de exclusión. Las muestras presentan dos lotes de fabricación, (en la identificación de muestras indican tres números de lote diferentes, no presentando muestras del lote de fabricación 3124244) cuando en PCAP se solicitan tres lotes de fabricación diferentes.
- Lote 64: ACEPTADO.
- Lote 65: ACEPTADO.
- Lote 67: Propuesta de exclusión. Presentan muestras intercambiadas del lote 67 con el lote 68.
- Lote 68: Propuesta de exclusión. Presentan muestras intercambiadas del lote 68 con el lote 67.
- Lote 73: ACEPTADO.
- Lote 81: ACEPTADO.
- Lote 82: ACEPTADO.

BIOMEDICA DIVISIÓN HOSPITALARIA SELECT, S.L.

- Lote 9: Propuesta de exclusión. Se solicita que el dispositivo no modifique la posición de los tubos de infusión en PPT y el dispositivo modifica la posición de los tubos de infusión en muestra.
- Lote 11: Propuesta de exclusión. Las muestras presentan dos lotes de fabricación cuando en PCAP se solicitan tres lotes de fabricación diferentes.
- Lote 25: Propuesta de exclusión. Las muestras presentan un único lote de fabricación cuando en PCAP se solicitan tres lotes de fabricación diferentes. Se solicita un diámetro externo de 4,1 mm en PPT y presenta un diámetro externo de 2,5 mm en muestra.
- Lote 73: Propuesta de exclusión. Las muestras presentan un único lote de fabricación cuando en PCAP se solicitan tres lotes de fabricación diferentes.
- Lote 74: Propuesta de exclusión. Las muestras presentan un único lote de fabricación cuando en PCAP se solicitan tres lotes de fabricación diferentes.
- Lote 77: Propuesta de exclusión. Las muestras presentan un único lote de fabricación cuando en PCAP se solicitan tres lotes de fabricación diferentes.
- Lote 81: Propuesta de exclusión. Las muestras presentan un único lote de fabricación cuando en PCAP se solicitan tres lotes de fabricación diferentes.
- Lote 86: Propuesta de exclusión. Las muestras presentan un único lote de fabricación cuando en PCAP se solicitan tres lotes de fabricación diferentes.

CV MÉDICA, S.L.

- Lote 1: Propuesta de exclusión. Las muestras presentan dos lotes de fabricación cuando en PCAP se solicitan tres lotes de fabricación diferentes. Se solicita protector

con filtro en extremo distal que permita el purgado en PPT y no presenta protector con filtro en muestra.

- Lote 73: Propuesta de exclusión. Las muestras presentan un único lote de fabricación cuando en PCAP se solicitan tres lotes de fabricación diferentes.
- Lote 80: Propuesta de exclusión. Las muestras presentan un único lote de fabricación cuando en PCAP se solicitan tres lotes de fabricación diferentes.
- Lote 81: Propuesta de exclusión. Las muestras presentan un único lote de fabricación cuando en PCAP se solicitan tres lotes de fabricación diferentes.

DAVSAN DISTRIBUCIONES CLÍNICAS, S.L.

- Lote 25: ACEPTADO.
- Lote 27: ACEPTADO.

DISTRAUMA MEDICAL, S.L.

- Lote 61: Propuesta de exclusión. Las muestras presentan un único lote de fabricación cuando en PCAP se solicitan tres lotes de fabricación diferentes.
- Lote 62: Propuesta de exclusión. Las muestras presentan un único lote de fabricación cuando en PCAP se solicitan tres lotes de fabricación diferentes.
- Lote 63: Propuesta de exclusión. Las muestras presentan dos lotes de fabricación cuando en PCAP se solicitan tres lotes de fabricación diferentes.
- Lote 64: Propuesta de exclusión. Las muestras presentan un único lote de fabricación cuando en PCAP se solicitan tres lotes de fabricación diferentes.
- Lote 65: Propuesta de exclusión. Las muestras presentan un único lote de fabricación cuando en PCAP se solicitan tres lotes de fabricación diferentes.
- Lote 66: Propuesta de exclusión. Las muestras presentan un único lote de fabricación cuando en PCAP se solicitan tres lotes de fabricación diferentes.

DISTRIBUCIONES LEVANTINAS SANITARIAS, S.L.

- Lote 1: ACEPTADO.
- Lote 8: Propuesta de exclusión. Se solicita que el dispositivo no modifique la posición de los tubos de infusión en PPT y el dispositivo modifica la posición de los tubos de infusión en muestra.
- Lote 10: Propuesta de exclusión. Se solicita que el dispositivo no modifique la posición de los tubos de infusión en PPT y el dispositivo modifica la posición de los tubos de infusión en muestra.

ENVASES FARMACÉUTICOS, S.A.

- Lote 73: ACEPTADO.

GAMMA SOLUTIONS HEALTH, S.L.

- Lote 61: ACEPTADO.

GARRIC MEDICAL, S.L.

- Lote 1: ACEPTADO.
- Lote 3: ACEPTADO.
- Lote 12: ACEPTADO.
- Lote 23: ACEPTADO.
- Lote 24: ACEPTADO.
- Lote 25: ACEPTADO.
- Lote 26: ACEPTADO.
- Lote 27: ACEPTADO.
- Lote 28: ACEPTADO.
- Lote 61: ACEPTADO.
- Lote 62: ACEPTADO.
- Lote 63: ACEPTADO.
- Lote 64: ACEPTADO.
- Lote 65: ACEPTADO.
- Lote 80: ACEPTADO.
- Lote 81: ACEPTADO.

GRIFOLS MOVACO, S.A

- Lote 86: ACEPTADO.

HELIANTHUS MEDICAL, S.L.

- Lote 73: ACEPTADO.
- Lote 75: Propuesta de exclusión. Se solicita cono luer concéntrico en PPT y presentan cono catéter (ancho) concéntrico en muestra.
- Lote 81: ACEPTADO.

IBERIAN CARE 2016, S.L.

- Lote 1: ACEPTADO.
- Lote 7: ACEPTADO.
- Lote 9: Propuesta de exclusión. Se solicita que el dispositivo no modifique la posición de los tubos de infusión en PPT y el dispositivo modifica la posición de los tubos de infusión en muestra.

- Lote 10: Propuesta de exclusión. Se solicita que el dispositivo no modifique la posición de los tubos de infusión en PPT y el dispositivo modifica la posición de los tubos de infusión en muestra.
- Lote 11: ACEPTADO.
- Lote 23: Propuesta de exclusión. Las muestras presentan dos lotes de fabricación cuando en PCAP se solicitan tres lotes de fabricación diferentes.
- Lote 24: ACEPTADO.
- Lote 25: ACEPTADO.
- Lote 26: ACEPTADO.
- Lote 27: ACEPTADO.
- Lote 28: ACEPTADO.
- Lote 29: ACEPTADO.
- Lote 30: ACEPTADO.
- Lote 31: Propuesta de exclusión. Se solicita que el tubo prolongador tenga un distintivo rojo de identificación en PPT y no presenta distintivo rojo de identificación en muestra. Se solicita una longitud de 50 cm en PPT y presenta 51 cm en muestra.
- Lote 32: ACEPTADO.
- Lote 33: ACEPTADO.
- Lote 61: ACEPTADO.
- Lote 62: ACEPTADO.
- Lote 63: ACEPTADO.
- Lote 64: ACEPTADO.
- Lote 65: ACEPTADO.
- Lote 73: ACEPTADO.
- Lote 74: ACEPTADO.
- Lote 75: Propuesta de exclusión. Las muestras presentan dos lotes de fabricación cuando en PCAP se solicitan tres lotes de fabricación diferentes. Se solicita una escala fraccionada cada 1 ml en PPT y presentan un fraccionamiento cada 2 ml en muestra.
- Lote 76: Propuesta de exclusión. Se solicita cono luer excéntrico en PPT y presentan cono concéntrico en muestra.
- Lote 77: Propuesta de exclusión. Las muestras presentan un único lote de fabricación cuando en PCAP se solicitan tres lotes de fabricación diferentes.
- Lote 80: Propuesta de exclusión. Las muestras presentan dos lotes de fabricación cuando en PCAP se solicitan tres lotes de fabricación diferentes. Se solicita escala fraccionada cada 0,01 ml en PPT y presentan un fraccionamiento cada 0,5 ml en muestra.
- Lote 81: ACEPTADO.
- Lote 85: Propuesta de exclusión. Se solicitan números cada 5 ml en PPT y presentan números cada 10 ml en muestra.
- Lote 86: Propuesta de exclusión. Se solicitan números cada 5 ml en PPT y presentan números cada 10 ml en muestra.
- Lote 87: Propuesta de exclusión. Se solicitan números cada 5 ml en PPT y presentan números cada 10 ml en muestra.

ICU MEDICAL PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS, S.L.

- Lote 14: ACEPTADO.
- Lote 15: ACEPTADO.
- Lote 17: ACEPTADO.
- Lote 19: ACEPTADO.
- Lote 20: ACEPTADO.
- Lote 21: ACEPTADO.

INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.

- Lote 24: ACEPTADO.

INTRAVEN, S.L.

- Lote 10: Propuesta de exclusión. Las muestras no presentan lote de fabricación, ni son estériles. Se solicita que el dispositivo no modifique la posición de los tubos de infusión en PPT y el dispositivo modifica la posición de los tubos de infusión en muestra. Se solicita conexión luer-lock rotatoria al paciente y no presentan conexión luer-lock rotatoria en muestra.

IZASA HOSPITAL, S.L.U.

- Lote 1: Propuesta de exclusión. Las muestras presentan un único lote de fabricación cuando en PCAP se solicitan tres lotes de fabricación diferentes.
- Lote 9: Propuesta de exclusión. Las muestras presentan un único lote de fabricación cuando en PCAP se solicitan tres lotes de fabricación diferentes.
- Lote 10: Propuesta de exclusión. Las muestras presentan un único lote de fabricación cuando en PCAP se solicitan tres lotes de fabricación diferentes.
- Lote 53: Propuesta de exclusión. Las muestras presentan un único lote de fabricación cuando en PCAP se solicitan tres lotes de fabricación diferentes.
- Lote 54: Propuesta de exclusión. Las muestras presentan un único lote de fabricación cuando en PCAP se solicitan tres lotes de fabricación diferentes.
- Lote 55: Propuesta de exclusión. Las muestras presentan un único lote de fabricación cuando en PCAP se solicitan tres lotes de fabricación diferentes.
- Lote 56: Propuesta de exclusión. Las muestras presentan un único lote de fabricación cuando en PCAP se solicitan tres lotes de fabricación diferentes.

JUVAZQUEZ, S.L.

- Lote 73: ACEPTADO.
- Lote 80: ACEPTADO.
- Lote 81: Propuesta de exclusión. Las muestras presentan dos lotes de fabricación cuando en PCAP se solicitan tres lotes de fabricación diferentes.

KCI CLINIC SPAIN, S.L.

- Lote 23: ACEPTADO.
- Lote 24: ACEPTADO.

LABORATORIOS CAIR ESPAÑA, S.L.

- Lote 9: Propuesta de exclusión. Se solicita que el dispositivo no modifique la posición de los tubos de infusión en PPT y el dispositivo modifica la posición de los tubos de infusión en muestra.
- Lote 10: Propuesta de exclusión. Se solicita que el dispositivo no modifique la posición de los tubos de infusión en PPT y el dispositivo modifica la posición de los tubos de infusión en muestra.

LAMBRA, S.L.

- Lote 77: Propuesta de exclusión. Se solicita cono luer excéntrico en PPT y presentan cono concéntrico en muestra.
- Lote 80: Propuesta de exclusión. Se solicita escala fraccionada cada 0,01 ml en PPT y presentan fraccionamiento cada 0,5 ml en muestra.
- Lote 81: ACEPTADO.

MEDILEVEL, S.A.

- Lote 61: Propuesta de exclusión. Se solicita un diámetro interior mínimo de 13 mm en PPT y presentan un diámetro interior de 12 mm en muestra.
- Lote 62: ACEPTADO.
- Lote 63: ACEPTADO.
- Lote 64: ACEPTADO.
- Lote 65: ACEPTADO.
- Lote 66: ACEPTADO.

MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA, S.L

- Lote 61: ACEPTADO.
- Lote 62: ACEPTADO.
- Lote 63: Propuesta de exclusión. Las muestras presentan un único lote de fabricación cuando en PCAP se solicitan tres lotes de fabricación diferentes.
- Lote 64: ACEPTADO.
- Lote 65: ACEPTADO.
- Lote 66: ACEPTADO.

MERIT MEDICAL SPAIN, S.L.U.

- Lote 23: ACEPTADO.
- Lote 24: ACEPTADO.

NACATUR 2 ESPAÑA, S.L.

- Lote 01: ACEPTADO.
- Lote 73: ACEPTADO.
- Lote 74: ACEPTADO.
- Lote 77: Propuesta de exclusión. Las muestras presentan un único lote de fabricación cuando en PCAP se solicitan tres lotes de fabricación diferentes.
- Lote 80: ACEPTADO.
- Lote 81: ACEPTADO.
- Lote 86: ACEPTADO.

NIPRO MEDICAL SPAIN, S.L.

- Lote 72: ACEPTADO.
- Lote 73: ACEPTADO.

PALEX MEDICAL, S.A.

- Lote 01: Propuesta de exclusión. Se solicita protector con filtro hidrófobo y antibacteriano en extremo distal en PPT y presentan protector sin filtro en muestra.
- Lote 09: Propuesta de exclusión. Se solicita que el dispositivo no modifique la posición de los tubos de infusión en PPT y el dispositivo modifica la posición de los tubos de infusión en muestra.
- Lote 10: Propuesta de exclusión. Se solicita que el dispositivo no modifique la posición de los tubos de infusión en PPT y el dispositivo modifica la posición de los tubos de infusión en muestra.
- Lote 24: ACEPTADO.
- Lote 61: ACEPTADO.
- Lote 62: ACEPTADO.
- Lote 63: ACEPTADO.
- Lote 64: ACEPTADO.
- Lote 65: ACEPTADO.

PEROXFARMA, S.A.

- Lote 73: ACEPTADO.

PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS, S.L.

- Lote 01: ACEPTADO.

- Lote 03: ACEPTADO.
- Lote 04: ACEPTADO.
- Lote 05: ACEPTADO.
- Lote 07: ACEPTADO.
- Lote 08: Propuesta de exclusión. Se solicita que el dispositivo no modifique la posición de los tubos de infusión en PPT y el dispositivo modifica la posición de los tubos de infusión en muestra.
- Lote 09: Propuesta de exclusión. Se solicita que el dispositivo no modifique la posición de los tubos de infusión en PPT y el dispositivo modifica la posición de los tubos de infusión en muestra.
- Lote 10: Propuesta de exclusión. Se solicita que el dispositivo no modifique la posición de los tubos de infusión en PPT y el dispositivo modifica la posición de los tubos de infusión en muestra.
- Lote 12: Propuesta de exclusión. Se solicita regulador de flujo de color rojo, total o parcialmente en PPT y no presentan regulador de flujo rojo en muestra.
- Lote 25: ACEPTADO.
- Lote 26: ACEPTADO.
- Lote 27: ACEPTADO.
- Lote 28: ACEPTADO.
- Lote 29: ACEPTADO.
- Lote 30: ACEPTADO.
- Lote 61: ACEPTADO.
- Lote 62: Propuesta de exclusión. Las muestras presentan dos lotes de fabricación cuando en PCAP se solicitan tres lotes de fabricación diferentes.
- Lote 64: Propuesta de exclusión. Las muestras presentan un único lote de fabricación cuando en PCAP se solicitan tres lotes de fabricación diferentes.
- Lote 73: Propuesta de exclusión. Las muestras presentan un único lote de fabricación cuando en PCAP se solicitan tres lotes de fabricación diferentes.
- Lote 81: Propuesta de exclusión. Las muestras presentan dos lotes de fabricación cuando en PCAP se solicitan tres lotes de fabricación diferentes.
- Lote 86: Propuesta de exclusión. Las muestras presentan un único lote de fabricación cuando en PCAP se solicitan tres lotes de fabricación diferentes.

PROSAC PRODUCTOS, S.L

- Lote 01: Propuesta de exclusión. Se solicita protector con filtro hidrófobo y antibacteriano en extremo distal en PPT y presentan protector sin filtro en muestra. Se solicita que el regulador de flujo presente un dispositivo que permita proteger el punzón tras su uso en PPT y no presentan regulador con dispositivo para proteger el punzón en muestra.

PROSAGA, S.L.

- Lote 61: ACEPTADO.
- Lote 62: ACEPTADO.

- Lote 63: ACEPTADO.
- Lote 64: ACEPTADO.
- Lote 65: ACEPTADO.
- Lote 66: ACEPTADO.

ROYAL PROGRESS, S.L.

- Lote 61: Propuesta de exclusión. Las muestras presentan un único lote de fabricación cuando en PCAP se solicitan tres lotes de fabricación diferentes.
- Lote 62: Propuesta de exclusión. Las muestras presentan un único lote de fabricación cuando en PCAP se solicitan tres lotes de fabricación diferentes.
- Lote 64: Propuesta de exclusión. Las muestras presentan un único lote de fabricación cuando en PCAP se solicitan tres lotes de fabricación diferentes.

SMITHS MEDICAL ESPAÑA, S.L.U.

- Lote 01: ACEPTADO.
- Lote 10: Propuesta de exclusión. Las muestras presentan un único lote de fabricación cuando en PCAP se solicitan tres lotes de fabricación diferentes. Se solicita que el dispositivo no modifique la posición de los tubos de infusión en PPT y el dispositivo modifica la posición de los tubos de infusión en muestra.
- Lote 12: Propuesta de exclusión. Las muestras presentan dos lotes de fabricación cuando en PCAP se solicitan tres lotes de fabricación diferentes.
- Lote 37: Propuesta de exclusión. Las muestras presentan dos lotes de fabricación cuando en PCAP se solicitan tres lotes de fabricación diferentes.
- Lote 38: Propuesta de exclusión. Las muestras presentan dos lotes de fabricación cuando en PCAP se solicitan tres lotes de fabricación diferentes.
- Lote 39: Propuesta de exclusión. Las muestras presentan dos lotes de fabricación cuando en PCAP se solicitan tres lotes de fabricación diferentes.
- Lote 40: ACEPTADO.
- Lote 41: Propuesta de exclusión. Las muestras presentan dos lotes de fabricación cuando en PCAP se solicitan tres lotes de fabricación diferentes.
- Lote 42: Propuesta de exclusión. Las muestras presentan un único lote de fabricación cuando en PCAP se solicitan tres lotes de fabricación diferentes.
- Lote 43: Propuesta de exclusión. Las muestras presentan dos lotes de fabricación cuando en PCAP se solicitan tres lotes de fabricación diferentes.
- Lote 44: Propuesta de exclusión. Las muestras presentan dos lotes de fabricación cuando en PCAP se solicitan tres lotes de fabricación diferentes.
- Lote 45: ACEPTADO.
- Lote 46: Propuesta de exclusión. Las muestras presentan dos lotes de fabricación cuando en PCAP se solicitan tres lotes de fabricación diferentes.

SOL MILLENNIUM ESPAÑA, S.L.

- Lote 73: ACEPTADO.

- Lote 74: Propuesta de exclusión. Las muestras presentan dos lotes de fabricación cuando en PCAP se solicitan tres lotes de fabricación diferentes.
- Lote 84: Propuesta de exclusión. Las muestras presentan dos lotes de fabricación cuando en PCAP se solicitan tres lotes de fabricación diferentes.

TECNICAS MEDICAS DE NAVARRA, S.A.

- Lote 53: Propuesta de exclusión. No presentación de muestras.
- Lote 54: Propuesta de exclusión. No presentación de muestras.
- Lote 55: Propuesta de exclusión. No presentación de muestras.
- Lote 56: Propuesta de exclusión. No presentación de muestras.

VESISMIN S.L.

- Lote 22: ACEPTADO.

VYGON, S.A.

- Lote 31: Propuesta de exclusión. Las muestras presentan dos lotes de fabricación cuando en PCAP se solicitan tres lotes de fabricación diferentes.
- Lote 32: ACEPTADO.
- Lote 53: Propuesta de exclusión. Las muestras presentan un único lote de fabricación cuando en PCAP se solicitan tres lotes de fabricación diferentes.
- Lote 54: Propuesta de exclusión. Las muestras presentan un único lote de fabricación cuando en PCAP se solicitan tres lotes de fabricación diferentes.
- Lote 55: Propuesta de exclusión. Las muestras presentan un único lote de fabricación cuando en PCAP se solicitan tres lotes de fabricación diferentes.
- Lote 65: Propuesta de exclusión. Las muestras presentan dos lotes de fabricación cuando en PCAP se solicitan tres lotes de fabricación diferentes.
- Lote 66: Propuesta de exclusión. Las muestras presentan un único lote de fabricación cuando en PCAP se solicitan tres lotes de fabricación diferentes.

2. PUNTUACIÓN OBTENIDA POR LOTES.

Tras comprobación del cumplimiento del PPT con las muestras presentadas, y la presentación de las propuestas de exclusión, la puntuación obtenida por lotes de las empresas incluidas es la siguiente:

Lote 1. EQUIPO DE INFUSIÓN POR GRAVEDAD DE 20 GOTAS POR ML CON TOMA DE AIRE Y FILTRO DE PARTÍCULAS.		BECTON DICKINSON, S.A.	DISTRIBUCIONES LEVANTINAS SANITARIAS, S.	GARRIC MEDICA, S.L.	IBERIAN CARE 2016, SL	NACATUR 2 ESPAÑA .S.L.	PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS, S.L.	SMITHS MEDICAL ESPAÑA SLU
Roller en tercio superior	5 puntos	5	5	5	5	5	5	5
El sistema presenta el roller en el tercio superior	5 puntos							
El sistema no presenta el roller en el tercio superior	0 puntos							
Forma del punzón	10 puntos	0	10	0	10	10	10	10
El punzón presenta forma de pico flauta para mejor introducción en el suero.	10 puntos							
El punzón no presenta forma de pico flauta	0 puntos							
Conexión distal rotatoria	10 puntos	10	0	10	0	10	0	10
El sistema presenta conexión distal rotatoria	10 puntos							
El sistema no presenta conexión distal rotatoria	0 puntos							
Apertura de los equipos	5 puntos	5	5	5	5	5	5	5
Apertura de pestañas con separación de dos capas para poder realizar volcado en campo estéril	5 puntos							
Apertura por rasgado	0 puntos							
TOTAL PUNTOS	Hasta 30 puntos	20	20	20	20	30	20	30

Lote 2. EQUIPO DE INFUSIÓN POR GRAVEDAD CON SISTEMA ANTIVACIADO DE 20 GOTAS POR ML CON TOMA DE AIRE Y FILTRO DE PARTÍCULAS.

			AMEVISA, S.A.
Roller en tercio superior	5 puntos	5	
El sistema presenta el roller en el tercio superior	5 puntos		
El sistema no presenta el roller en el tercio superior	0 puntos		
Forma del punzón	10 puntos	0	
El punzón presenta forma de pico flauta para mejor introducción en el suero.	10 puntos		
El punzón no presenta forma de pico flauta	0 puntos		
Conexión distal rotatoria	10 puntos	0	
El sistema presenta conexión distal rotatoria	10 puntos		
El sistema no presenta conexión distal rotatoria	0 puntos		
Apertura de los equipos	5 puntos	5	
Apertura de pestañas con separación de dos capas para poder realizar volcado en campo estéril	5 puntos		
Apertura por rasgado	0 puntos		
TOTAL PUNTOS	Hasta 30 puntos	10	



**Lote 3. EQUIPO DE INFUSIÓN POR GRAVEDAD
CON SISTEMA ANTIVACIADO DE 20 GOTAS POR
ML CON TOMA DE AIRE Y FILTRO DE
PARTÍCULAS. CON VÁLVULA ANTIRREFLUJO**

Roller en tercio superior	5 puntos	5	PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS, S.L.
	5 puntos		
	0 puntos		
Forma del punzón	10 puntos	10	10
El punzón presenta forma de pico flauta para mejor introducción en el suero.	10 puntos		
El punzón no presenta forma de pico flauta	0 puntos		
Conexión distal rotatoria	10 puntos	0	0
El sistema presenta conexión distal rotatoria	10 puntos		
El sistema no presenta conexión distal rotatoria	0 puntos		
Apertura de los equipos	5 puntos	5	5
Apertura de pestañas con separación de dos capas para poder realizar volcado en campo estéril	5 puntos		
Apertura por rasgado	0 puntos		
TOTAL PUNTOS	Hasta 30 puntos	20	20



Lote 4. EQUIPO DE INFUSIÓN POR GRAVEDAD DE 20 GOTAS POR ML CON TOMA DE AIRE Y SIN FILTRO EN LA CÁMARA.

Roller en tercio superior	5 puntos	BECTON DICKINSON, S.A.	PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS, S.L.
	5 puntos		
	0 puntos		
Forma del punzón	10 puntos	0	10
El punzón presenta forma de pico flauta para mejor introducción en el suero.	10 puntos		
El punzón no presenta forma de pico flauta	0 puntos		
Conexión distal rotatoria	10 puntos	0	0
El sistema presenta conexión distal rotatoria	10 puntos		
El sistema no presenta conexión distal rotatoria	0 puntos		
Apertura de los equipos	5 puntos	5	5
Apertura de pestañas con separación de dos capas para poder realizar volcado en campo estéril	5 puntos		
Apertura por rasgado	0 puntos		
TOTAL PUNTOS	Hasta 30 puntos	10	20

Lote 5. EQUIPO DE INFUSIÓN POR GRAVEDAD DE 20 GOTAS POR ML SIN TOMA DE AIRE Y SIN FILTRO DE PARTICULAS.

PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS, S.L.		
Roller en tercio superior	5 puntos	5
El sistema presenta el roller en el tercio superior	5 puntos	
El sistema no presenta el roller en el tercio superior	0 puntos	
Forma del punzón	10 puntos	0
El punzón presenta forma de pico flauta para mejor introducción en el suero.	10 puntos	
El punzón no presenta forma de pico flauta	0 puntos	
Conexión distal rotatoria	10 puntos	0
El sistema presenta conexión distal rotatoria	10 puntos	
El sistema no presenta conexión distal rotatoria	0 puntos	
Apertura de los equipos	5 puntos	5
Apertura de pestañas con separación de dos capas para poder realizar volcado en campo estéril	5 puntos	
Apertura por rasgado	0 puntos	
TOTAL PUNTOS	Hasta 30 puntos	10

Lote 6. EQUIPO DE INFUSIÓN POR GRAVEDAD DE 20 GOTAS POR ML SIN TOMA DE AIRE Y CON FILTRO DE PARTICULAS

DESIERTO

**Lote 7. EQUIPO DE INFUSIÓN POR GRAVEDAD DE
60 GOTAS POR ML CON TOMA DE AIRE Y FILTRO
DE PARTÍCULAS.**

			IBERIAN CARE 2016, SL.	PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS, S.L.
Roller en tercio superior	5 puntos		5	5
El sistema presenta el roller en el tercio superior	5 puntos			
El sistema no presenta el roller en el tercio superior	0 puntos			
Forma del punzón	10 puntos		0	10
El punzón presenta forma de pico flauta para mejor introducción en el suero.	10 puntos			
El punzón no presenta forma de pico flauta	0 puntos			
Conexión distal rotatoria	10 puntos		10	10
El sistema presenta conexión distal rotatoria	10 puntos			
El sistema no presenta conexión distal rotatoria	0 puntos			
Apertura de los equipos	5 puntos		5	5
Apertura de pestañas con separación de dos capas para poder realizar volcado en campo estéril	5 puntos			
Apertura por rasgado	0 puntos			
TOTAL PUNTOS	Hasta 30 puntos		20	30

Lote 8. EQUIPO DE INFUSIÓN POR GRAVEDAD DE 60 GOTAS POR ML CON REGULADOR DE FLUJO, TOMA DE AIRE Y FILTRO DE PARTÍCULAS

DESIERTO

Lote 9. REGULADOR DE FLUJO PARA SISTEMAS DE INFUSIÓN.

		BECTON DICKINSON, S.A.
Peso del regulador		
Se calculará mediante la siguiente regla de proporción.		
Valor menor peso15 puntos	Hasta 15 puntos	15
Valor de la propuesta a valorarx puntos		
Valor mínimo de las ofertas		
X=15x.....		
Valor de la propuesta a valorar		
Volumen de cebado en proporción al mínimo		
Se calculará mediante la siguiente regla de proporción.		
Valor menor volumen de cebado.....15 puntos	Hasta 15 puntos	15
Valor de la propuesta a valorarx puntos		
Valor mínimo de las ofertas		
X=15x.....		
Valor de la propuesta a valorar		
TOTAL PUNTOS	Hasta 30 puntos	30

Lote 10. REGULADOR DE FLUJO PARA SISTEMAS DE INFUSIÓN CON PUNTO EN “Y” SIN AGUJA

DESIERTO



Lote 11. EQUIPO DE INFUSIÓN POR GRAVEDAD CON BURETA DE 150 ML CON TOMA DE AIRE Y FILTRO DE PARTÍCULAS.

		BECTON DICKINSON, S.A.	IBERIAN CARE 2016, SL.
Forma del punzón	10 puntos	0	10
El punzón presenta forma de pico flauta para mejor introducción en el suero.	10 puntos		
El punzón no presenta forma de pico flauta	0 puntos		
Conexión distal rotatoria	5 puntos	5	0
El sistema presenta conexión distal rotatoria	5 puntos		
El sistema no presenta conexión distal rotatoria	0 puntos		
Punto de adición de medicación en la bureta con sistema sin aguja	10 puntos	0	0
Presenta punto de adición sin aguja	10 puntos		
No presenta punto de adición sin aguja	0 puntos		
El dispositivo dispone de asa en bureta	5 puntos	5	5
El dispositivo dispone de asa en bureta	5 puntos		
El dispositivo no dispone de asa en bureta	0 puntos		
TOTAL PUNTOS	Hasta 30 puntos	10	15

**Lote 12. EQUIPO DE INFUSIÓN POR GRAVEDAD
PARA HEMODERIVADOS SIN TOMA DE AIRE**

GARRIC MEDICA, S.L.		
Roller en tercio superior	5 puntos	5
El sistema presenta el roller en el tercio superior	5 puntos	
El sistema no presenta el roller en el tercio superior	0 puntos	
Forma del punzón	10 puntos	0
El punzón presenta forma de pico flauta para mejor introducción en el suero.	10 puntos	
El punzón no presenta forma de pico flauta	0 puntos	
Conexión distal rotatoria	15 puntos	15
El sistema presenta conexión distal rotatoria	15 puntos	
El sistema no presenta conexión distal rotatoria	0 puntos	
TOTAL PUNTOS	<i>Hasta 30 puntos</i>	20

Lote 13. EQUIPO DE INFUSIÓN DE HEMODERIVADOS CON BURETA DE 100-160 ML, FILTRO 200 MICRAS Y CONEXIÓN LUER-LOCK.

DESIERTO

Lote 14. VÁLVULA SIMPLE PARA ACCESO INTRAVENOSO SIN AGUJA.

ICU MEDICAL PROD.FARM.HOSPIT.SL		
Volumen residual acreditado $\leq 0,05$ ml	5 puntos	5
El dispositivo tiene un volumen residual $\leq 0,05$ ml	5 puntos	
El dispositivo tiene un volumen residual mayor de 0,05 ml	0 puntos	
Compatibles con altas presiones ≥ 400 psi	5 puntos	5
El dispositivo es compatible con altas presiones ≥ 400 psi	5 puntos	
El dispositivo no es compatible con altas presiones ≥ 400 psi	0 puntos	
Estudios publicados en revista indexada sobre la eficacia de su dispositivo ofertado en prevención de infección nosocomial o reducción de contaminación microbiológica	Hasta 20 puntos	20
5 estudios o más	20	
3-4 estudios	10	
2 estudios	5	30
TOTAL PUNTOS	Hasta 30 puntos	

Lote 15. VÁLVULA PARA ACCESO INTRAVENOSO SIN AGUJA CON ALARGADERA. LARGO 15-20 CM.

ICU MEDICAL PROD.FARM.HOSPIT.SL		
Conexión distal rotatoria	5 puntos	5
El sistema presenta conexión distal rotatoria	5 puntos	
El sistema no presenta conexión distal rotatoria	0 puntos	
Compatibles con altas presiones ≥ 400 psi	5 puntos	5
El dispositivo es compatible con altas presiones ≥ 400 psi	5 puntos	
El dispositivo no es compatible con altas presiones ≥ 400 psi	0 puntos	
Estudios publicados en revista indexada sobre la eficacia de la válvula de su dispositivo ofertado en prevención de infección nosocomial o reducción de contaminación microbiológica	Hasta 20 puntos	20
5 estudios o más	20	
3-4 estudios	10	
2 estudios	5	30
TOTAL PUNTOS	Hasta 30 puntos	

Lote 16. VÁLVULA BIFURCADA PARA ACCESO INTRAVENOSO SIN AGUJA LARGO 10-16 CM.

DESIERTO

**Lote 17. VÁLVULA BIFURCADA PARA ACCESO
INTRAVENOSO SIN AGUJA LARGO 20-25 CM.**

ICU MEDICAL PROD.FARM.HOSPIT.SL		
Conexión distal rotatoria	5 puntos	5
El sistema presenta conexión distal rotatoria	5 puntos	
El sistema no presenta conexión distal rotatoria	0 puntos	
Estudios publicados en revista indexada sobre la eficacia de la válvula de su dispositivo ofertado en prevención de infección nosocomial o reducción de contaminación microbiológica	Hasta 15 puntos	15
5 estudios o más	15	
3-4 estudios	10	
2 estudios	5	5
El dispositivo solo debe tener 2 clamps, uno en cada rama	5 puntos	
El dispositivo tiene solo 2 clamps, uno en cada rama.	5 puntos	
El dispositivo tiene más de 2 clamps	0 puntos	5
El tubo prolongador hasta la bifurcación de las ramas para separar del punto de inyección la conexión de bifurcación debe ser común	5 puntos	
El tubo es común	5 puntos	
El tubo se bifurca desde el principio.	0 puntos	30
TOTAL PUNTOS	<i>Hasta 30 puntos</i>	

Lote 18. VÁLVULA TRIFURCADA PARA ACCESO INTRAVENOSO SIN AGUJA. LARGO 7-18 CM

DESIERTO

Lote 19. VÁLVULA PARA ACCESO INTRAVENOSO SIN AGUJA CON ALARGADERA BAJO CALIBRE. LARGO 15-20 CM.

ICU MEDICAL PROD.FARM.HOSPIT.SL		
Conexión distal rotatoria	5 puntos	5
El sistema presenta conexión distal rotatoria	5 puntos	
El sistema no presenta conexión distal rotatoria	0 puntos	
Compatibles con altas presiones ≥ 400 psi	5 puntos	5
El dispositivo es compatible con altas presiones ≥ 400 psi	5 puntos	
El dispositivo no es compatible con altas presiones ≥ 400 psi	0 puntos	
Estudios publicados en revista indexada sobre la eficacia de la válvula de su dispositivo ofertado en prevención de infección nosocomial o reducción de contaminación microbiológica	Hasta 20 puntos	20
5 estudios o más	20	
3-4 estudios	10	
2 estudios	5	30
TOTAL PUNTOS	Hasta 30 puntos	



Comunidad de Madrid

Dirección General de Gestión Económico-Financiera
CONSEJERÍA DE SANIDAD

Lote 20. VÁLVULA BIFURCADA PARA ACCESO INTRAVENOSO SIN AGUJA BAJO CALIBRE. LARGO 10-18 CM

ICU MEDICAL PROD.FARM.HOSPIT.SL		
Conexión distal rotatoria	5 puntos	5
El sistema presenta conexión distal rotatoria	5 puntos	
El sistema no presenta conexión distal rotatoria	0 puntos	
Estudios publicados en revista indexada sobre la eficacia de la válvula de su dispositivo ofertado en prevención de infección nosocomial o reducción de contaminación microbiológica	Hasta 15 puntos	15
5 estudios o más	15	
3-4 estudios	10	
2 estudios	5	
El dispositivo solo debe tener 2 clamps, uno en cada rama	5 puntos	0
El dispositivo tiene solo 2 clamps, uno en cada rama.	5 puntos	
El dispositivo tiene más de 2 clamps	0 puntos	
El tubo prolongador hasta la bifurcación de las ramas para separar del punto de inyección la conexión de bifurcación debe ser común	5 puntos	5
El tubo es común	5 puntos	
El tubo se bifurca desde el principio.	0 puntos	
TOTAL PUNTOS	Hasta 30 puntos	25



Comunidad de Madrid

Dirección General de Gestión Económico-Financiera
CONSEJERÍA DE SANIDAD

Lote 21. VÁLVULA TRIFURCADA PARA ACCESO INTRAVENOSO SIN AGUJA BAJO CALIBRE. LARGO 7-14 CM

ICU MEDICAL PROD.FARM.HOSPIT.SL		
Conexión distal rotatoria	5 puntos	5
El sistema presenta conexión distal rotatoria	5 puntos	
El sistema no presenta conexión distal rotatoria	0 puntos	
Estudios publicados en revista indexada sobre la eficacia de la válvula de su dispositivo ofertado en prevención de infección nosocomial o reducción de contaminación microbiológica	Hasta 15 puntos	15
5 estudios o más	15 puntos	
3-4 estudios	10 puntos	
2 estudios	5 puntos	
El dispositivo solo debe tener 3 clamps, uno en cada rama	5 puntos	5
El dispositivo tiene solo 3 clamps, uno en cada rama.	5 puntos	
El dispositivo tiene más de 3 clamps	0 puntos	
El tubo prolongador hasta la trifurcación de las ramas para separar del punto de inyección la conexión de bifurcación debe ser común	5 puntos	0
El tubo es común	5 puntos	
El tubo se bifurca desde el principio.	0 puntos	
TOTAL PUNTOS	Hasta 30 puntos	25

Lote 22. TOALLITA DESINFECTANTE DE
DIGLUCONATO DE CLORHEXIDINA 2% Y ALCOHOL
ISOPROPÍLICO 70%

VESISMIN S.L.		
Apertura del envase individual	20 puntos	20
El envase individual se abre con las manos de manera que mantiene la estructura de la toallita	20 puntos	
El envase individual se abre con las manos, pero no mantiene la estructura de la toallita	0 puntos	
La toallita es biodegradable	10 puntos	0
La toallita es biodegradable.	10 puntos	
La toallita no es biodegradable.	0 puntos	
TOTAL PUNTOS	Hasta 30 puntos	20

Lote 23. TAPÓN DESINFECTANTE PARA VÁLVULA INDIVIDUAL

	B. BRAUN MEDICAL, S.A.	BECTON DICKINSON, S.A.	GARRIC MEDICA, S.L.	INTERSURGIC AL ESPAÑA, S.L.	KCI CLINIC SPAIN, S.L.	MERIT MEDICAL SPAIN SLU
Presentación del tapón con superficie estriada para mejor manipulación	10 puntos	10	10	10	10	0
El tapón presenta superficie estriada	10 puntos					
El tapón no presenta superficie estriada	0 puntos					
Estudios de control de infecciones/Evidencia científica propia	10 puntos					
Presentan estudios de control de infecciones/Evidencia científica propia	10 puntos	0	0	0	10	0
No presentan estudios de control de infecciones/Evidencia científica propia	0 puntos					
Presenta caducidad impresa en el propio tapón además de en el envase individual	5 puntos					
Sí presenta.	5 puntos	0	0	5	5	5
No presenta.	0 puntos					
Forma de presentación del tapón	5 puntos					
El tapón está contenido en un envase que le conserva estéril en su totalidad hasta la utilización	5 puntos	0	0	0	0	0
El tapón no está contenido en un envase que le conserva estéril en su totalidad hasta la utilización	0 puntos					
TOTAL PUNTOS	25	10	10	15	25	5

**Lote 24. TAPÓN DESINFECTANTE PARA VÁLVULA
INDIVIDUAL. PRESENTACIÓN EN TIRA.**

Presentación del tapón con superficie estriada para mejor manipulación	15 puntos	BECTON DICKINSON, S.A.	GARRIC MEDICA, S.L.	IBERIAN CARE 2016, S.L.	INTERSURG ICAL ESPAÑA, S.L.	KCI CLINIC SPAIN, S.L.	MERIT MEDICAL SPAIN SLU	PALEX MEDICAL, S.A.
	15 puntos	15	15	0	15	15	0	15
	0 puntos							
	0 puntos							
Estudios de control de infecciones/Evidencia científica propia	10 puntos							
	10 puntos	0	0	0	0	10	0	0
	0 puntos							
Presenta caducidad impresa en el propio tapón además de en la tira	5 puntos							
	5 puntos	0	0	0	5	5	5	0
	0 puntos							
TOTAL PUNTOS	Hasta 30 puntos	15	15	0	20	30	5	15

**Lote 25. ALARGADERA PARA ADMINISTRACIÓN
INTRAVENOSA DE 25-30 CM DE LONGITUD.**

			DAVSAN DISTRIBUCIONES CLINICAS, S.L.	GARRIC MEDICA, S.L.	IBERIAN CARE 2016, S.L.	PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS, S.L.
El dispositivo soporta una presión hidrostática verificada y acreditada ≥58 psi (4 bares)	10 puntos					
	10 puntos		0	10	10	10
	0 puntos					
Conexión distal rotatoria	10 puntos					
	10 puntos		0	0	10	0
	0 puntos					
Protector distal con filtro hidrófobo y antibacteriano que permita la purga sin retirarlo	10 puntos					
	10 puntos		0	0	0	0
	0 puntos					
La alargadera no tiene protector distal con filtro hidrófobo y antibacteriano.	10 puntos					
	10 puntos		0	0	0	0
	0 puntos					
TOTAL PUNTOS		Hasta 30 puntos	0	10	20	10

Lote 26. ALARGADERA PARA ADMINISTRACIÓN INTRAVENOSA DE 50 CM DE LONGITUD.

		GARRIC MEDICA, S.L.	IBERIAN CARE 2016, SL.	PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS, S.L.
El dispositivo soporta una presión hidrostática verificada y acreditada ≥ 58 psi (4 bares)	10 puntos	10	10	10
El dispositivo soporta una presión hidrostática verificada y acreditada ≥ 58 psi (4 bares)	10 puntos			
El dispositivo no soporta una presión hidrostática verificada y acreditada ≥ 58 psi (4 bares)	0 puntos			
Conexión distal rotatoria	10 puntos	0	10	0
El sistema presenta conexión distal rotatoria	10 puntos			
El sistema no presenta conexión distal rotatoria	0 puntos			
Protector distal con filtro hidrófobo y antibacteriano que permita la purga sin retirarlo	10 puntos	0	0	0
La alargadera tiene protector distal con filtro hidrófobo y antibacteriano.	10 puntos			
La alargadera no tiene protector distal con filtro hidrófobo y antibacteriano.	0 puntos			
TOTAL PUNTOS	Hasta 30 puntos	10	20	10

Lote 27. ALARGADERA PARA ADMINISTRACIÓN INTRAVENOSA DE 100 CM DE LONGITUD.

	BECTON DICKINSON, S.A.	DAVSAN DISTRIBUCIONES CLINICAS, S.L.	GARRIC MEDICA, S.L.	IBERIAN CARE 2016, SL.	PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIO S, S.L.
El dispositivo soporta una presión hidrostática verificada y acreditada ≥ 58 psi (4 bares)	10 puntos				
El dispositivo soporta una presión hidrostática verificada y acreditada ≥ 58 psi (4 bares)	10 puntos	0	10	10	10
El dispositivo no soporta una presión hidrostática verificada y acreditada ≥ 58 psi (4 bares)	0 puntos				
Conexión distal rotatoria	10 puntos				
El sistema presenta conexión distal rotatoria	10 puntos	0	0	10	0
El sistema no presenta conexión distal rotatoria	0 puntos				
Protector distal con filtro hidrófobo y antibacteriano que permita la purga sin retirarlo	10 puntos				
La alargadera tiene protector distal con filtro hidrófobo y antibacteriano.	10 puntos	0	0	0	0
La alargadera no tiene protector distal con filtro hidrófobo y antibacteriano.	0 puntos				
TOTAL PUNTOS	0	0	10	20	10
	<i>Hasta 30 puntos</i>				



Lote 28. ALARGADERA PARA ADMINISTRACIÓN INTRAVENOSA DE 150-200 CM DE LONGITUD.

		BECTON DICKINSON, S.A.	GARRIC MEDICA, S.L.	IBERIAN CARE 2016, SL.	PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS, S.L.
El dispositivo soporta una presión hidrostática verificada y acreditada ≥ 58 psi (4 bares)	10 puntos	0	10	10	10
El dispositivo soporta una presión hidrostática verificada y acreditada ≥ 58 psi (4 bares)	10 puntos				
El dispositivo no soporta una presión hidrostática verificada y acreditada ≥ 58 psi (4 bares)	0 puntos				
Conexión distal rotatoria	10 puntos	0	0	10	0
El sistema presenta conexión distal rotatoria	10 puntos				
El sistema no presenta conexión distal rotatoria	0 puntos				
Protector distal con filtro hidrófobo y antibacteriano que permita la purga sin retirarlo	10 puntos	0	0	0	0
La alargadera tiene protector distal con filtro hidrófobo y antibacteriano.	10 puntos				
La alargadera no tiene protector distal con filtro hidrófobo y antibacteriano.	0 puntos				
TOTAL PUNTOS	Hasta 30 puntos	0	10	20	10



Comunidad de Madrid

Dirección General de Gestión Económico-Financiera
CONSEJERÍA DE SANIDAD

Lote 29. ALARGADERA PARA ADMINISTRACIÓN INTRAVENOSA FOTOPROTECTORA DE 50 CM DE LONGITUD.

			IBERIAN CARE 2016, SL.	PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS, S.L.
El dispositivo soporta una presión hidrostática verificada y acreditada ≥58 psi (4 bares)		10 puntos	10	10
	El dispositivo soporta una presión hidrostática verificada y acreditada ≥58 psi (4 bares)	10 puntos		
	El dispositivo no soporta una presión hidrostática verificada y acreditada ≥58 psi (4 bares)	0 puntos		
Conexión distal rotatoria			10	0
El sistema presenta conexión distal rotatoria		10 puntos		
El sistema no presenta conexión distal rotatoria		0 puntos		
Protector distal con filtro hidrófobo y antibacteriano que permita la purga sin retirarlo		10 puntos	0	0
La alargadera tiene protector distal con filtro hidrófobo y antibacteriano.		10 puntos		
La alargadera no tiene protector distal con filtro hidrófobo y antibacteriano.		0 puntos		
TOTAL PUNTOS		Hasta 30 puntos	20	10



Comunidad de Madrid

Dirección General de Gestión Económico-Financiera
CONSEJERÍA DE SANIDAD

Lote 30. ALARGADERA PARA ADMINISTRACIÓN INTRAVENOSA FOTOPROTECTORA DE 150-200 CM DE LONGITUD.

			IBERIAN CARE 2016, S.L.	PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS, S.L.
El dispositivo soporta una presión hidrostática verificada y acreditada ≥ 58 psi (4 bares)		10 puntos	10	10
	El dispositivo soporta una presión hidrostática verificada y acreditada ≥ 58 psi (4 bares)	10 puntos		
	El dispositivo no soporta una presión hidrostática verificada y acreditada ≥ 58 psi (4 bares)	0 puntos		
Conexión distal rotatoria			10	0
El sistema presenta conexión distal rotatoria		10 puntos		
El sistema no presenta conexión distal rotatoria		0 puntos		
Protector distal con filtro hidrófobo y antibacteriano que permita la purga sin retirarlo		10 puntos	0	0
La alargadera tiene protector distal con filtro hidrófobo y antibacteriano.		10 puntos		
La alargadera no tiene protector distal con filtro hidrófobo y antibacteriano.		0 puntos		
TOTAL PUNTOS		Hasta 30 puntos	20	10

Lote 31. ALARGADERA ARTERIAL - ALTA PRESIÓN DE 50 CM

DESIERTO

**Lote 32. ALARGADERA DE ALTA PRESIÓN
HEMBRA- MACHO 150-200 CM**

			IBERIAN CARE 2016, S.L.	VYGON, S.A.
Conexión distal rotatoria		15 puntos	15	0
	El sistema presenta conexión distal rotatoria	15 puntos		
	El sistema no presenta conexión distal rotatoria	0 puntos		
Protector distal con filtro hidrófobo y antibacteriano que permita la purga sin retirarlo		15 puntos	0	0
	La alargadera tiene protector distal con filtro hidrófobo y antibacteriano.	15 puntos		
	La alargadera no tiene protector distal con filtro hidrófobo y antibacteriano.	0 puntos		
TOTAL PUNTOS			15	0

*Hasta 30
puntos*

**Lote 33. ALARGADERA DE ALTA PRESIÓN
MACHO-MACHO DE 150-200 CM**

IBERIAN CARE 2016, SL.		
Conexión distal rotatoria	15 puntos	0
El sistema presenta las 2 conexiones rotatorias	15 puntos	
El sistema presenta 1 conexión rotatoria	7 puntos	
El sistema no presenta conexión rotatoria	0 puntos	
Protector distal con filtro hidrófobo y antibacteriano que permita la purga sin retirarlo	15 puntos	0
La alargadera tiene protector distal con filtro hidrófobo y antibacteriano.	15 puntos	
La alargadera no tiene protector distal con filtro hidrófobo y antibacteriano.	0 puntos	
TOTAL PUNTOS	Hasta 30 puntos	0

Lote 34. ALARGADERA DE ALTA PRESIÓN CON LLAVE DE TRES PASOS

DESIERTO

Lote 35. AGUJA RESERVORIO 19G X 15-16 MM, CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD Y CONEXIÓN EN "Y".

DESIERTO

Lote 36. AGUJA RESERVORIO 19G X 15-16 MM, CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD SIN CONEXIÓN EN "Y".

B. BRAUN SURGICAL, S.A.		
El almohadillado del dispositivo rodea la aguja de inserción en todo su perímetro	10 puntos	10
El almohadillado del dispositivo rodea la aguja de inserción en todo su perímetro	10 puntos	
El almohadillado del dispositivo no rodea la aguja de inserción en todo su perímetro	0 puntos	
El sistema de seguridad no se activa de forma accidental por presentar un sistema de retención	10 puntos	10
El sistema de seguridad no se activa de forma accidental por presentar un sistema de retención.	10 puntos	
El sistema de seguridad se activa de forma accidental.	0 puntos	
En la pinza del tubo se identifica el flujo máximo que permite la aguja	5 puntos	0
En la pinza del tubo se identifica el flujo máximo que permite la aguja	5 puntos	
En la pinza del tubo no se identifica el flujo máximo que permite la aguja	0 puntos	
Volumen de cebado en proporción al mínimo.	Hasta 5 puntos	5
Se calculará mediante la siguiente regla de proporción.		
Valor menor volumen de cebado.....5 puntos		
Valor de la propuesta a valorarx puntos		
Valor mínimo de las ofertas		
X=5 x-----	Hasta 30 puntos	25
Valor de la propuesta a valorar		
TOTAL PUNTOS		

Lote 37. AGUJA RESERVORIO 19G X 19-20 MM, CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD Y CONEXIÓN EN "Y".

DESIERTO

Lote 38. AGUJA RESERVORIO 19G X 19-20 MM, CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD SIN CONEXIÓN EN "Y".

Lote 38. AGUJA RESERVORIO 19G X 19-20 MM, CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD SIN CONEXIÓN EN "Y".		B. BRAUN SURGICAL, S.A.
El almohadillado del dispositivo rodea la aguja de inserción en todo su perímetro	10 puntos	10
El almohadillado del dispositivo rodea la aguja de inserción en todo su perímetro	10 puntos	
El almohadillado del dispositivo no rodea la aguja de inserción en todo su perímetro	0 puntos	
El sistema de seguridad no se activa de forma accidental por presentar un sistema de retención	10 puntos	10
El sistema de seguridad no se activa de forma accidental por presentar un sistema de retención.	10 puntos	
El sistema de seguridad se activa de forma accidental.	0 puntos	
En la pinza del tubo se identifica el flujo máximo que permite la aguja	5 puntos	0
En la pinza del tubo se identifica el flujo máximo que permite la aguja	5 puntos	
En la pinza del tubo no se identifica el flujo máximo que permite la aguja	0 puntos	
Volumen de cebado en proporción al mínimo.	Hasta 5 puntos	5
Se calculará mediante la siguiente regla de proporción.		
Valor menor volumen de cebado.....5 puntos		
Valor de la propuesta a valorarx puntos		
Valor mínimo de las ofertas		
X=5 x.....	Hasta 30 puntos	25
Valor de la propuesta a valorar		
TOTAL PUNTOS		

Lote 39. AGUJA RESERVORIO 19G X 25 MM, CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD Y CONEXIÓN EN "Y".

DESIERTO

Lote 40. AGUJA RESERVORIO 19G X 25 MM, CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD SIN CONEXIÓN EN "Y".

			B. BRAUN SURGICAL, S.A.	SMITHS MEDICAL ESPAÑA SLU
El almohadillado del dispositivo rodea la aguja de inserción en todo su perímetro		10 puntos	10	10
	El almohadillado del dispositivo rodea la aguja de inserción en todo su perímetro	10 puntos		
	El almohadillado del dispositivo no rodea la aguja de inserción en todo su perímetro	0 puntos		
El sistema de seguridad no se activa de forma accidental por presentar un sistema de retención		10 puntos	10	10
	El sistema de seguridad no se activa de forma accidental por presentar un sistema de retención.	10 puntos		
	El sistema de seguridad se activa de forma accidental.	0 puntos		
En la pinza del tubo se identifica el flujo máximo que permite la aguja		5 puntos	0	5
	En la pinza del tubo se identifica el flujo máximo que permite la aguja	5 puntos		
	En la pinza del tubo no se identifica el flujo máximo que permite la aguja	0 puntos		
Volumen de cebado en proporción al mínimo.		Hasta 5 puntos	5	3
Se calculará mediante la siguiente regla de proporción.				
Valor menor volumen de cebado.....5 puntos				
Valor de la propuesta a valorarx puntos				
Valor mínimo de las ofertas				
X=5 x-----			5	3
Valor de la propuesta a valorar				
TOTAL PUNTOS		Hasta 30 puntos	25	28

Lote 41. AGUJA RESERVORIO 20G X 15-16 MM, CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD Y CONEXIÓN EN "Y".

DESIERTO

Lote 42. AGUJA RESERVORIO 20G X 15-16 MM, CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD SIN CONEXIÓN EN "Y".

B. BRAUN SURGICAL, S.A.		
El almohadillado del dispositivo rodea la aguja de inserción en todo su perímetro	10 puntos	10
El almohadillado del dispositivo rodea la aguja de inserción en todo su perímetro	10 puntos	
El almohadillado del dispositivo no rodea la aguja de inserción en todo su perímetro	0 puntos	
El sistema de seguridad no se activa de forma accidental por presentar un sistema de retención	10 puntos	10
El sistema de seguridad no se activa de forma accidental por presentar un sistema de retención.	10 puntos	
El sistema de seguridad se activa de forma accidental.	0 puntos	
En la pinza del tubo se identifica el flujo máximo que permite la aguja	5 puntos	0
En la pinza del tubo se identifica el flujo máximo que permite la aguja	5 puntos	
En la pinza del tubo no se identifica el flujo máximo que permite la aguja	0 puntos	
Volumen de cebado en proporción al mínimo.	Hasta 5 puntos	5
Se calculará mediante la siguiente regla de proporción.		
Valor menor volumen de cebado5 puntos		
Valor de la propuesta a valorarx puntos		
Valor mínimo de las ofertas		
X=5 x.....		
Valor de la propuesta a valorar		
TOTAL PUNTOS	Hasta 30 puntos	25

Lote 43. AGUJA RESERVORIO 20G X 19-20 MM, CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD Y CONEXIÓN EN "Y".

DESIERTO

Lote 44. AGUJA RESERVORIO 20G X 19-20 MM, CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD SIN CONEXIÓN EN "Y".

Lote 44. AGUJA RESERVORIO 20G X 19-20 MM, CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD SIN CONEXIÓN EN "Y".			B. BRAUN SURGICAL, S.A.
El almohadillado del dispositivo rodea la aguja de inserción en todo su perímetro	10 puntos	10	
El almohadillado del dispositivo rodea la aguja de inserción en todo su perímetro	10 puntos		
El almohadillado del dispositivo no rodea la aguja de inserción en todo su perímetro	0 puntos		
El sistema de seguridad no se activa de forma accidental por presentar un sistema de retención	10 puntos	10	
El sistema de seguridad no se activa de forma accidental por presentar un sistema de retención.	10 puntos		
El sistema de seguridad se activa de forma accidental.	0 puntos		
En la pinza del tubo se identifica el flujo máximo que permite la aguja	5 puntos	0	
En la pinza del tubo se identifica el flujo máximo que permite la aguja	5 puntos		
En la pinza del tubo no se identifica el flujo máximo que permite la aguja	0 puntos		
Volumen de cebado en proporción al mínimo.		5	
Se calculará mediante la siguiente regla de proporción.			
Valor menor volumen de cebado.....5 puntos			
Valor de la propuesta a valorarx puntos			
Valor mínimo de las ofertas			
X=5 x.....			
Valor de la propuesta a valorar		Hasta 5 puntos	
TOTAL PUNTOS		25	

Lote 45. AGUJA RESERVORIO 20G X 25 MM, CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD Y CONEXIÓN EN "Y".

			SMITHS MEDICAL ESPAÑA SLU
El almohadillado del dispositivo rodea la aguja de inserción en todo su perímetro	10 puntos	10	
El almohadillado del dispositivo rodea la aguja de inserción en todo su perímetro	10 puntos		
El almohadillado del dispositivo no rodea la aguja de inserción en todo su perímetro	0 puntos		
El sistema de seguridad no se activa de forma accidental por presentar un sistema de retención	10 puntos	10	
El sistema de seguridad no se activa de forma accidental por presentar un sistema de retención.	10 puntos		
El sistema de seguridad se activa de forma accidental.	0 puntos		
En la pinza del tubo se identifica el flujo máximo que permite la aguja	5 puntos	5	
En la pinza del tubo se identifica el flujo máximo que permite la aguja	5 puntos		
En la pinza del tubo no se identifica el flujo máximo que permite la aguja	0 puntos		
Volumen de cebado en proporción al mínimo.	Hasta 5 puntos	5	
Se calculará mediante la siguiente regla de proporción.			
Valor menor volumen de cebado.....5 puntos			
Valor de la propuesta a valorar.....x puntos			
Valor mínimo de las ofertas			
X=5 x=	Hasta 30 puntos	30	
Valor de la propuesta a valorar			
TOTAL PUNTOS			

Lote 46. AGUJA RESERVORIO 20G X 25 MM, CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD SIN CONEXIÓN EN "Y".

Lote 46. AGUJA RESERVORIO 20G X 25 MM, CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD SIN CONEXIÓN EN "Y".			B. BRAUN SURGICAL, S.A.
El almohadillado del dispositivo rodea la aguja de inserción en todo su perímetro	10 puntos	10	
El almohadillado del dispositivo rodea la aguja de inserción en todo su perímetro	10 puntos		
El almohadillado del dispositivo no rodea la aguja de inserción en todo su perímetro	0 puntos		
El sistema de seguridad no se activa de forma accidental por presentar un sistema de retención	10 puntos	10	
El sistema de seguridad no se activa de forma accidental por presentar un sistema de retención.	10 puntos		
El sistema de seguridad se activa de forma accidental.	0 puntos		
En la pinza del tubo se identifica el flujo máximo que permite la aguja	5 puntos	0	
En la pinza del tubo se identifica el flujo máximo que permite la aguja	5 puntos		
En la pinza del tubo no se identifica el flujo máximo que permite la aguja	0 puntos		
Volumen de cebado en proporción al mínimo.	Hasta 5 puntos	5	
Se calculará mediante la siguiente regla de proporción.			
Valor menor volumen de cebado.....5 puntos			
Valor de la propuesta a valorar.....x puntos			
Valor mínimo de las ofertas			
X=5 x-----			
Valor de la propuesta a valorar			
TOTAL PUNTOS	Hasta 30 puntos	25	

Lote 47. AGUJA RESERVORIO 22G X 15-16 MM, CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD Y CONEXIÓN EN "Y".

DESIERTO

**Lote 48. AGUJA RESERVORIO 22G X 15-16 MM, CON DISPOSITIVO DE
SEGURIDAD SIN CONEXIÓN EN "Y".**

Lote 48. AGUJA RESERVORIO 22G X 15-16 MM, CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD SIN CONEXIÓN EN "Y".		B. BRAUN SURGICAL, S.A.
El almohadillado del dispositivo rodea la aguja de inserción en todo su perímetro	10 puntos	10
El almohadillado del dispositivo rodea la aguja de inserción en todo su perímetro	10 puntos	
El almohadillado del dispositivo no rodea la aguja de inserción en todo su perímetro	0 puntos	
El sistema de seguridad no se activa de forma accidental por presentar un sistema de retención	10 puntos	10
El sistema de seguridad no se activa de forma accidental por presentar un sistema de retención.	10 puntos	
El sistema de seguridad se activa de forma accidental.	0 puntos	
En la pinza del tubo se identifica el flujo máximo que permite la aguja	5 puntos	0
En la pinza del tubo se identifica el flujo máximo que permite la aguja	5 puntos	
En la pinza del tubo no se identifica el flujo máximo que permite la aguja	0 puntos	
Volumen de cebado en proporción al mínimo.		5
Se calculará mediante la siguiente regla de proporción.		
Valor menor volumen de cebado.....5 puntos		
Valor de la propuesta a valorarx puntos		
Valor mínimo de las ofertas		
X=5 x		
Valor de la propuesta a valorar		
Hasta 5 puntos		
TOTAL PUNTOS	Hasta 30 puntos	25

Lote 49. AGUJA RESERVORIO 22G X 19-20 MM, CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD Y CONEXIÓN EN "Y".

DESIERTO

Lote 50. AGUJA RESERVORIO 22G X 19-20 MM, CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD SIN CONEXIÓN EN "Y".

B. BRAUN SURGICAL, S.A.		
El almohadillado del dispositivo rodea la aguja de inserción en todo su perímetro	10 puntos	10
	10 puntos	
	0 puntos	
El almohadillado del dispositivo no rodea la aguja de inserción en todo su perímetro	10 puntos	10
	10 puntos	
	0 puntos	
El sistema de seguridad no se activa de forma accidental por presentar un sistema de retención	10 puntos	0
	10 puntos	
	0 puntos	
El sistema de seguridad se activa de forma accidental.	5 puntos	5
	5 puntos	
	0 puntos	
En la pinza del tubo se identifica el flujo máximo que permite la aguja	Hasta 5 puntos	5
	Hasta 5 puntos	
	Hasta 5 puntos	
En la pinza del tubo no se identifica el flujo máximo que permite la aguja	Hasta 5 puntos	5
	Hasta 5 puntos	
	Hasta 5 puntos	
Volumen de cebado en proporción al mínimo.	Hasta 5 puntos	5
	Hasta 5 puntos	
	Hasta 5 puntos	
Se calculará mediante la siguiente regla de proporción.	Hasta 5 puntos	5
	Hasta 5 puntos	
	Hasta 5 puntos	
Valor menor volumen de cebado.....5 puntos	Hasta 5 puntos	5
	Hasta 5 puntos	
	Hasta 5 puntos	
Valor de la propuesta a valorarx puntos	Hasta 5 puntos	5
	Hasta 5 puntos	
	Hasta 5 puntos	
Valor mínimo de las ofertas	Hasta 5 puntos	5
	Hasta 5 puntos	
	Hasta 5 puntos	
X=5 x.....	Hasta 5 puntos	5
	Hasta 5 puntos	
	Hasta 5 puntos	
Valor de la propuesta a valorar	Hasta 5 puntos	5
	Hasta 5 puntos	
	Hasta 5 puntos	
TOTAL PUNTOS		25

Lote 51. AGUJA RESERVORIO 22G X 25 MM, CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD Y CONEXIÓN EN "Y".

DESIERTO

Lote 52. AGUJA RESERVORIO 22G X 25 MM, CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD SIN CONEXIÓN EN "Y".

		B. BRAUN SURGICAL, S.A.
El almohadillado del dispositivo rodea la aguja de inserción en todo su perímetro	10 puntos	10
El almohadillado del dispositivo rodea la aguja de inserción en todo su perímetro	10 puntos	
El almohadillado del dispositivo no rodea la aguja de inserción en todo su perímetro	0 puntos	
El sistema de seguridad no se activa de forma accidental por presentar un sistema de retención	10 puntos	10
El sistema de seguridad no se activa de forma accidental por presentar un sistema de retención.	10 puntos	
El sistema de seguridad se activa de forma accidental.	0 puntos	
En la pinza del tubo se identifica el flujo máximo que permite la aguja	5 puntos	0
En la pinza del tubo se identifica el flujo máximo que permite la aguja	5 puntos	
En la pinza del tubo no se identifica el flujo máximo que permite la aguja	0 puntos	
Volumen de cebado en proporción al mínimo.	Hasta 5 puntos	5
Se calculará mediante la siguiente regla de proporción.		
Valor menor volumen de cebado.....5 puntos		
Valor de la propuesta a valorar.....x puntos		
Valor mínimo de las ofertas		
X=5 x		
Valor de la propuesta a valorar		
TOTAL PUNTOS	Hasta 30 puntos	25

Lote 53. JERINGA 2.5-3 ML CONEXIÓN NRFIT.		B. BRAUN MEDICAL, S.A.	
El cono de la jeringa es NRFit Lock para asegurar la conexión con agujas y otros dispositivos	15 puntos	15	
Tiene conexión NRFit Lock	15 puntos		
Tiene conexión NRFit Slip	0 puntos		
Las aletas y el vástago tienen ranuras antideslizantes	15 puntos	15	
Tienen ranuras antideslizantes	15 puntos		
Tiene ranuras en aletas o vástago.	7 puntos		
No tienen ranura antideslizante	0 puntos		
TOTAL PUNTOS	Hasta 30 puntos	30	

Lote 54. JERINGA 5 ML CONEXIÓN NRFIT.

B. BRAUN MEDICAL, S.A.		
El cono de la jeringa es NRFit Lock para asegurar la conexión con agujas y otros dispositivos	15 puntos	15
Tiene conexión NRFit Lock	15 puntos	
Tiene conexión NRFit Slip	0 puntos	
Las aletas y el vástago tienen ranuras antideslizantes	15 puntos	15
Tienen ranuras antideslizantes	15 puntos	
Tiene ranuras en aletas o vástago.	7 puntos	
No tienen ranura antideslizante	0 puntos	
TOTAL PUNTOS	Hasta 30 puntos	30

Lote 55. JERINGA 10 ML CONEXIÓN NRFIT.

B. BRAUN MEDICAL, S.A.		
El cono de la jeringa es NRFit Lock para asegurar la conexión con agujas y otros dispositivos	15 puntos	15
Tiene conexión NRFit Lock	15 puntos	
Tiene conexión NRFit Slip	0 puntos	
Las aletas y el vástago tienen ranuras antideslizantes	15 puntos	15
Tienen ranuras antideslizantes	15 puntos	
Tiene ranuras en aletas o vástago.	7 puntos	
No tienen ranura antideslizante	0 puntos	
TOTAL PUNTOS	Hasta 30 puntos	30

Lote 56. JERINGA 20 ML CONEXIÓN NRFIT.

		15	B. BRAUN MEDICAL, S.A.
El cono de la jeringa es NRFit Lock para asegurar la conexión con agujas y otros dispositivos	15 puntos		
Tiene conexión NRFit Lock	15 puntos		
Tiene conexión NRFit Slip	0 puntos	15	
Las aletas y el vástago tienen ranuras antideslizantes	15 puntos		
Tienen ranuras antideslizantes	15 puntos		
Tiene ranuras en aletas o vástago.	7 puntos		
No tienen ranura antideslizante	0 puntos	30	
TOTAL PUNTOS	<i>Hasta 30 puntos</i>		

Lote 57. JERINGA 50-60 ML CONEXIÓN NRFIT.

Lote 57. JERINGA 50-60 ML CONEXIÓN NRFIT.		B. BRAUN MEDICAL, S.A.
El cono de la jeringa es NRFit Lock para asegurar la conexión con agujas y otros dispositivos	15 puntos	15
Tiene conexión NRFit Lock	15 puntos	
Tiene conexión NRFit Slip	0 puntos	
Las aletas y el vástago tienen ranuras antideslizantes	15 puntos	15
Tienen ranuras antideslizantes	15 puntos	
Tiene ranuras en aletas o vástago.	7 puntos	
No tienen ranura antideslizante	0 puntos	
TOTAL PUNTOS	Hasta 30 puntos	30

Lote 58. AGUJA PARA JERINGA CON CONEXIÓN NRFIT.

DESIERTO

Lote 59. TAPÓN JERINGA CON CONEXIÓN
HEMBRA NRFIT.

			AMEBIL, S.L.	B. BRAUN MEDICAL, S.A.
Tapón construido con material translúcido	15 puntos	0	15	
Tapón construido en material translúcido	15 puntos			
Tapón construido en material opaco	0 puntos			
Tapón con forma poliédrica para facilitar el roscado y desenroscado	15 puntos	0	15	
Tapón de forma poliédrica	15 puntos			
Tapón de forma cilíndrica	0 puntos			
TOTAL PUNTOS	Hasta 30 puntos	0	30	

**Lote 60. TAPÓN JERINGA CON CONEXIÓN
MACHO NRFIT.**

			AMEBIL, S.L.	B. BRAUN MEDICAL, S.A.
Tapón construido con material translúcido	15 puntos	0	0	0
Tapón construido en material translúcido	15 puntos			
Tapón construido en material opaco	0 puntos			
Tapón con forma plana y estrías para facilitar el roscado y desenroscado	15 puntos	0	0	15
Tapón con forma plana y estrías	15 puntos			
El tapón no tiene forma plana ni posee estrías	0 puntos			
TOTAL PUNTOS	Hasta 30 puntos	0	0	15



Lote 61. JERINGA DE 3 ML
PRECARGADA CLORURO SÓDICO
0.9% NO ESTÉRIL.

Tapón protector no roscado para evitar los movimientos de rotación	15 puntos	B. BRAUN MEDICAL, S.A.	BECTON DICKINSON, S.A.	GAMMA SOLUTIONS HEALTH, S.L.	GARRIC MEDICA, S.L.	IBERIAN CARE 2016, SL.	MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA, S.L.	PALEX MEDICA L, S.A.	PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS, S.L.	PROSAGA SL
No tiene tapón roscado	15 puntos	15	0	0	0	0	15	0	0	15
Tiene tapón roscado	0 puntos									
La jeringa no permite más llenado	15 puntos	0	15	0	0	0	0	0	0	0
La jeringa no permite llenado	15 puntos									
La jeringa permite llenado	0 puntos									
TOTAL PUNTOS	Hasta 30 puntos	15	15	0	0	0	15	0	0	15

**Lote 62. JERINGA 5 ML PRECARGADA CLORURO
SÓDICO 0.9% NO ESTÉRIL.**

Tapón protector no roscado para evitar los movimientos de rotación	15 puntos	B. BRAUN MEDICAL, S.A.	BECTON DICKINSON, N, S.A.	GARRIC MEDICA, S.L.	IBERIAN CARE 2016, SL.	MEDILEVE L, S.A.	MEDLINE INTERNATI ONAL IBERIA, S.L.	PALEX MEDICAL, S.A.	PROSAGA SL
	15 puntos								
	15 puntos								
	0 puntos								
	15 puntos								
	15 puntos								
La jeringa no permite más llenado	15 puntos	0	15	15	15	0	0	15	0
La jeringa no permite llenado	15 puntos								
La jeringa permite llenado	0 puntos								
TOTAL PUNTOS	Hasta 30 puntos	15	15	15	15	15	15	15	15



**Lote 63. JERINGA 5 ML PRECARGADA CLORURO
SÓDICO 0.9% ESTÉRIL.**

	B. BRAUN MEDICAL, S.A.	GARRIC MEDICA, S.L.	IBERIAN CARE 2016, S.L.	MEDILEVEL, S.A.	PALEX MEDICAL, S.A.	PROSAGA SL
	10 puntos	0	0	10	0	10
	10 puntos					
	0 puntos					
La jeringa no permite más llenado	10 puntos					
La jeringa no permite llenado	10 puntos	10	10	0	10	0
La jeringa permite llenado	0 puntos					
Apertura en pestaña para poder realizar volcado en mesa estéril	10 puntos					
La apertura es de pestañas	10 puntos	10	10	10	10	10
La apertura no es de pestañas	0 puntos					
TOTAL PUNTOS	Hasta 30 puntos	10	20	20	20	20



Lote 64. JERINGA 10 ML PRECARGADA CLORURO SÓDICO 0.9% NO ESTÉRIL.

Tapón protector no roscado para evitar los movimientos de rotación	15 puntos	B. BRAUN MEDICAL, S.A.	BECTON DICKINSON, S.A.	GARRIC MEDICA, S.L.	IBERIAN CARE 2016, SL.	MEDILEVEL, S.A.	MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA, S.L.	PALEX MEDICAL, S.A.	PROSAGA SL
No tiene tapón roscado	15 puntos	15	0	0	0	15	15	0	15
Tiene tapón roscado	0 puntos								
La jeringa no permite más llenado	15 puntos	15	15	15	15	15	15	15	15
La jeringa no permite llenado	15 puntos								
La jeringa permite llenado	0 puntos								
TOTAL PUNTOS	Hasta 30 puntos	30	15	15	15	30	30	15	30



Comunidad
de Madrid

Dirección General de Gestión
Económico-Financiera
CONSEJERÍA DE SANIDAD

**Lote 65. JERINGA 10 ML PRECARGADA CLORURO
SÓDICO 0.9% ESTÉRIL.**

	B. BRAUN MEDICAL, S.A.	BECTON DICKINSON, S.A.	GARRIC MEDICA, S.L.	IBERIAN CARE 2016, SL.	MEDILEVEL , S.A.	MEDLINE INTERNATION AL IBERIA, S.L.	PALEX MEDICAL , S.A.	PROSAGA SL
Tapón protector no roscado para evitar los movimientos de rotación	10 puntos	0	0	0	0	0	0	10
No tiene tapón roscado	10 puntos							
Tiene tapón roscado	0 puntos							
La jeringa no permite más llenado	10 puntos							
La jeringa no permite llenado	10 puntos	10	10	10	10	10	10	10
La jeringa permite llenado	0 puntos							
Apertura en pestaña para poder realizar volcado en mesa estéril	10 puntos							
La apertura es de pestañas	10 puntos	10	10	10	10	10	10	10
La apertura no es de pestañas	0 puntos							
TOTAL PUNTOS	Hasta 30 puntos	30	20	20	20	20	20	30



Comunidad
de Madrid

Dirección General de Gestión
Económico-Financiera
CONSEJERÍA DE SANIDAD

Lote 66. JERINGA 20 ML PRECARGADA CLORURO
SÓDICO 0.9% ESTÉRIL.

Tapón protector no roscado para evitar los movimientos de rotación	10 puntos	B. BRAUN MEDICAL, S.A.	MEDILEVEL, S.A.	MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA, S.L.	PROSAGA SL
	10 puntos				
	10 puntos				
	0 puntos				
No tiene tapón roscado		0	10	0	10
Tiene tapón roscado					
La jeringa no permite más llenado	10 puntos	10	10	10	10
La jeringa no permite llenado	10 puntos				
La jeringa permite llenado	0 puntos				
Apertura en pestaña para poder realizar volcado en mesa estéril	10 puntos	10	10	10	10
La apertura es de pestañas	10 puntos				
La apertura no es de pestañas	0 puntos				
TOTAL PUNTOS	Hasta 30 puntos	20	30	20	30

Lote 67. AGUJAS CON ALETAS DE POLIURETANO 0,9 MM X 19 MM (22G X 0,75 IN). SEGURIDAD PASIVA. CON ADAPTADOR BIFURCADO. USO VÍA SUBCUTÁNEA.

DESIERTO

Lote 68. AGUJAS CON ALETAS DE POLIURETANO 0,7 MM X 19 MM (24G X 0,75 IN). SEGURIDAD PASIVA. CON ADAPTADOR BIFURCADO. USO VÍA SUBCUTÁNEA.

DESIERTO

Lote 69. AGUJA HIPODÉRMICA CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD 24G X 38-40 MM.

NO PRESENTADOS

Lote 70. AGUJA HIPODÉRMICA CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD 29G X 18-19 MM.

NO PRESENTADOS

Lote 71. JERINGA DOS PIEZAS CONO LUER EXCÉNTRICO 2 ML.

DESIERTO

**Lote 72. JERINGA DOS PIEZAS CONO LUER
CONCÉNTRICO 5 ML.**

Lote 72. JERINGA DOS PIEZAS CONO LUER CONCÉNTRICO 5 ML.	Que el cuerpo contenga lubricante grado médico para que el deslizamiento del émbolo sea uniforme y permita una infusión continua	15 puntos	0
	El cuerpo contiene lubricante de grado médico	15 puntos	
	El cuerpo no contiene lubricante de grado médico	0 puntos	
	Eficacia del tope que evita la salida del émbolo. Se evaluará que el tope del émbolo sea seguro, es decir que aun haciendo tracción retrógrada tras el tope no se libere el contenido del medicamento	15 puntos	15
	El tope es eficaz	15 puntos	
TOTAL PUNTOS		0 puntos	
		Hasta 30 puntos	15



Lote 73. JERINGA TRES PIEZAS CONO LUER CONCÉNTRICO 5 ML.

Lote 73. JERINGA TRES PIEZAS CONO LUER CONCÉNTRICO 5 ML.		AMEBIL, S.L.	AMEVISA, S.A.	BATIST MEDICAL ESPANHA S.L	BECTON DICKINSON, S.A.	ENVASES FARMACEUTICOS, S.A.	HELIANTHUS MEDICAL, S.L.	IBERIAN CARE 2016, S.L.	JUVAZQUEZ, S.L.	NACATUR 2 ESPAÑA, S.L.	NIPRO MEDICAL SPAIN SL	PEROXFARMA, S.A.	SOL MILENIUM ESPAÑA
Que el cuerpo contenga lubricante grado médico para que el deslizamiento del émbolo sea uniforme y permita una infusión continua	15 puntos	15	15	0	0	15	15	15	15	15	0	15	0
	15 puntos												
	0 puntos												
Eficacia del tope que evita la salida del émbolo. Se evaluará que el tope del émbolo sea seguro, es decir que aun haciendo tracción retrógrada tras el tope no se libere el contenido del medicamento	15 puntos	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
	15 puntos												
	0 puntos												
TOTAL PUNTOS	Hasta 30 puntos	30	30	15	15	30	30	30	30	30	15	30	15



Comunidad
de Madrid

Dirección General de Gestión
Económico-Financiera
CONSEJERÍA DE SANIDAD

Lote 74. JERINGA TRES PIEZAS CONO LUER CONCÉNTRICO 20 ML.			IBERIAN CARE 2016, SL.	NACATUR 2 ESPAÑA.S.L.
Que el cuerpo contenga lubricante grado médico para que el deslizamiento del émbolo sea uniforme y permita una infusión continua	15 puntos		15	15
El cuerpo contiene lubricante de grado médico	15 puntos			
El cuerpo no contiene lubricante de grado médico	0 puntos			
Eficacia del tope que evita la salida del émbolo. Se evaluará que el tope del émbolo sea seguro, es decir que aun haciendo tracción retrógrada tras el tope no se libere el contenido del medicamento	15 puntos		15	15
El tope es eficaz	15 puntos			
El tope no es eficaz	0 puntos			
TOTAL PUNTOS	Hasta 30 puntos		30	30

Lote 75. JERINGA TRES PIEZAS CONO LUER CONCÉNTRICO 50-60 ML.

DESIERTO

Lote 76. JERINGA TRES PIEZAS CONO LUER EXCÉNTRICO 2-3 ML.

DESIERTO

Lote 77. JERINGA TRES PIEZAS CONO LUER EXCÉNTRICO 5 ML.			B. BRAUN MEDICAL, S.A.
Que el cuerpo contenga lubricante grado médico para que el deslizamiento del émbolo sea uniforme y permita una infusión continua	15 puntos	0	
El cuerpo contiene lubricante de grado médico	15 puntos		
El cuerpo no contiene lubricante de grado médico	0 puntos		
Eficacia del tope que evita la salida del émbolo. Se evaluará que el tope del émbolo sea seguro, es decir que aun haciendo tracción retrógrada tras el tope no se libere el contenido del medicamento	15 puntos	15	
El tope es eficaz	15 puntos		
El tope no es eficaz	0 puntos		
TOTAL PUNTOS	Hasta 30 puntos	15	

Lote 78. JERINGA DE INSULINA TRES PIEZAS CON AGUJA DE SEGURIDAD DE 0, 3 ML. 30 G X 5 MM.

DESIERTO

Lote 79. JERINGA DE INSULINA TRES PIEZAS SIN AGUJA DE 0, 5 ML.

DESIERTO

**Lote 80. JERINGA DE TRES PIEZAS COMO LUER-
LOCK 1 ML.**

	AMEVISA, S.A.	B. BRAUN MEDICAL, S.A.	GARRIC MEDICA, S.L.	JUVAZQUEZ, S.L.	NACATUR 2 ESPAÑA.S.L.
La jeringa presenta junta de estanqueidad preformada con espacio muerto reducido	15 puntos				
Si presenta junta de estanqueidad preformada con espacio muerto reducido	15 puntos	15	15	15	15
No presenta junta de estanqueidad preformada con espacio muerto reducido	0 puntos				
Eficacia del tope que evita la salida del émbolo. Se evaluará que el tope del émbolo sea seguro, es decir que aun haciendo tracción retrógrada tras el tope no se libere el contenido del medicamento	15 puntos	15	15	15	15
El tope es eficaz	15 puntos				
El tope no es eficaz	0 puntos				
TOTAL PUNTOS	30	30	30	30	30

**Lote 81. JERINGA DE TRES PIEZAS COMO LUER-
LOCK 2-3 ML.**

Que el cuerpo contenga lubricante grado médico para que el deslizamiento del émbolo sea uniforme y permita una infusión continua	10 puntos	AMEBIL, S.L.	AMEVISA, S.A.	B. BRAUN MEDICA L, S.A.	BECTON DICKINSON, S.A.	GARRIC MEDICA, S.L.	HELIANT HUS MEDICAL , S.L.	IBERIAN CARE 2016, S.L.	LAMBRA , S.L.	NACATUR 2 ESPAÑA, S.L.
	10 puntos	10	10	0	10	0	10	10	10	10
	10 puntos									
	0 puntos									
El cuerpo contiene lubricante de grado médico	10 puntos									
	10 puntos									
	10 puntos									
	0 puntos									
Eficacia del tope que evita la salida del émbolo. Se evaluará que el tope del émbolo sea seguro, es decir que aun haciendo tracción retrógrada tras el tope no se libere el contenido del medicamento	10 puntos	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	10 puntos									
	10 puntos									
	0 puntos									
El tope es eficaz	10 puntos									
	10 puntos									
	10 puntos									
	0 puntos									
El tope no es eficaz	10 puntos									
	10 puntos									
	10 puntos									
	0 puntos									
La jeringa es de 3 ml	10 puntos									
	10 puntos									
	10 puntos									
	0 puntos									
La jeringa es de 3 ml	10 puntos									
	10 puntos									
	10 puntos									
	0 puntos									
La jeringa no es de 3 ml	10 puntos									
	10 puntos									
	10 puntos									
	0 puntos									
TOTAL PUNTOS		30	30	20	30	20	30	20	30	30

Lote 82. JERINGA DE TRES PIEZAS CON AGUJA DE SEGURIDAD, DE 1 ML 25-26 G X 8-10 MM (TUBERCULINA).

		BECTON DICKINSON, S.A.
Eficacia del tope que evita la salida del émbolo. Se evaluará que el tope del émbolo sea seguro, es decir que aun haciendo tracción retrógrada tras el tope no se libere el contenido del medicamento	15 puntos	15
El tope es eficaz	15 puntos	
El tope no es eficaz	0 puntos	
El sistema de seguridad está contenido en el cuerpo de la jeringa antes de su activación	15 puntos	0
El sistema de seguridad es interno	15 puntos	
El sistema de seguridad no es interno	0 puntos	
TOTAL PUNTOS	<i>Hasta 30 puntos</i>	15

Lote 83. JERINGA DE TRES PIEZAS CON AGUJA DE SEGURIDAD DE 1 ML. 29 G X 10 MM (TUBERCULINA).

NO PRESENTADOS

Lote 84. JERINGA DE TRES PIEZAS CON AGUJA DE SEGURIDAD DE 1ML, 25G x 25 MM (VACUNACIÓN)

DESIERTO

Lote 85. JERINGA OPACA TRES PIEZAS 50- 60 ML CONO LUER-LOCK.

DESIERTO

**Lote 86. JERINGA ALIMENTACIÓN 50 60 ML
CONO CONCÉNTRICO CONEXIÓN ENFIT.**

			GRIFOLS MOVACO, S.A.	NACATUR 2 ESPAÑA.S.L.
Que el cuerpo contenga lubricante grado médico para que el deslizamiento del émbolo sea uniforme y permita una infusión continua	15 puntos		15	15
El cuerpo contiene lubricante de grado médico	15 puntos			
El cuerpo no contiene lubricante de grado médico	0 puntos			
Presenta tapón protector	15 puntos		0	15
Tiene tapón protector	15 puntos			
No tiene tapón protector	0 puntos			
TOTAL PUNTOS	Hasta 30 puntos		15	30

Lote 87. JERINGA ALIMENTACIÓN 50 60 ML CONO EXCÉNTRICO CONEXIÓN ENFIT.










DESIERTO

3. PROPUESTA DE EXCLUSIÓN DE LOS LOTES ACORDE A LA PUNTUACIÓN OBTENIDA EN LOS CRITERIOS.

Se propone la exclusión de las siguientes empresas y para los siguientes lotes por no alcanzar el umbral mínimo de 15 puntos estipulado en el PPT.

EMPRESA	LOTE	PUNTUACION	OBSERVACION PUNTUACION
AMEVISA	Lote 02	10	EXCLUIDO POR UMBRAL
BECTON DICKINSON, SA	Lote 04	10	EXCLUIDO POR UMBRAL
PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS, S.L.	Lote 05	10	EXCLUIDO POR UMBRAL
PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS, S.L.	Lote 06	10	EXCLUIDO POR UMBRAL
BECTON DICKINSON, SA	Lote 11	10	EXCLUIDO POR UMBRAL
BECTON DICKINSON, SA	Lote 23	10	EXCLUIDO POR UMBRAL
GARRIC MEDICAL	Lote 23	10	EXCLUIDO POR UMBRAL
MERIT MEDICAL SPAIN SLU	Lote 23	5	EXCLUIDO POR UMBRAL
IBERIAN CARE	Lote 24	0	EXCLUIDO POR UMBRAL
MERIT MEDICAL SPAIN SLU	Lote 24	5	EXCLUIDO POR UMBRAL
DAVSAN DISTRIBUCIONES CLINICAS, SL	Lote 25	0	EXCLUIDO POR UMBRAL
GARRIC MEDICAL	Lote 25	10	EXCLUIDO POR UMBRAL
PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS, S.L.	Lote 25	10	EXCLUIDO POR UMBRAL
GARRIC MEDICAL	Lote 26	10	EXCLUIDO POR UMBRAL
PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS, S.L.	Lote 26	10	EXCLUIDO POR UMBRAL
BECTON DICKINSON, SA	Lote 27	0	EXCLUIDO POR UMBRAL
DAVSAN DISTRIBUCIONES CLINICAS, SL	Lote 27	0	EXCLUIDO POR UMBRAL
GARRIC MEDICAL	Lote 27	10	EXCLUIDO POR UMBRAL
PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS, S.L.	Lote 27	10	EXCLUIDO POR UMBRAL
BECTON DICKINSON, SA	Lote 28	0	EXCLUIDO POR UMBRAL
GARRIC MEDICAL	Lote 28	10	EXCLUIDO POR UMBRAL
PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS, S.L.	Lote 28	10	EXCLUIDO POR UMBRAL
PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS, S.L.	Lote 29	10	EXCLUIDO POR UMBRAL
PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS, S.L.	Lote 30	10	EXCLUIDO POR UMBRAL
VYGON, S.A.	Lote 32	0	EXCLUIDO POR UMBRAL
IBERIAN CARE	Lote 33	0	EXCLUIDO POR UMBRAL
AMEBIL	Lote 59	0	EXCLUIDO POR UMBRAL
AMEBIL	Lote 60	0	EXCLUIDO POR UMBRAL
GAMMA SOLUTIONS HEALTH	Lote 61	0	EXCLUIDO POR UMBRAL
GARRIC MEDICAL	Lote 61	0	EXCLUIDO POR UMBRAL
IBERIAN CARE	Lote 61	0	EXCLUIDO POR UMBRAL

EMPRESA	LOTE	PUNTUACION	OBSERVACION PUNTUACION
PALEX MEDICAL, S.A.	Lote 61	0	EXCLUIDO POR UMBRAL
PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS, S.L.	Lote 61	0	EXCLUIDO POR UMBRAL
BBRAUN MEDICAL	Lote 63	10	EXCLUIDO POR UMBRAL

COMISIÓN TÉCNICA		
<p>IBARRA MORATO MARIA PILAR - </p> <p>Firmado digitalmente por IBARRA MORATO MARIA PILAR - </p> <p>Fdo.: Ibarra Morato, María Pilar RRM. H.U. Gregorio Marañón.</p>	<p>GUINEA JAIME JESUS - </p> <p>Firmado digitalmente por GUINEA JAIME JESUS -  Fecha: 2024.11.15 13:42:54 +01'00'</p> <p>Fdo.: Guinea Jaime, Jesús RRM. H.U. Príncipe de Asturias.</p>	<p>RAMOS SANCHEZ LARA - </p> <p>Fdo.: Ramos Sánchez, Lara RRM H.U. Fundación Alcorcón.</p>
<p>RODRIGUEZ BALLESTEROS NURIA - </p> <p>Fecha: 2024.11.15 10:13:42 +01'00'</p> <p>Fdo.: Rodríguez Ballesteros, Nuria RRM. H.U. Ramón y Cajal.</p>	<p>SEPULVEDA ARMENDARIZ JOSE ANTONIO - </p> <p>Firmado digitalmente por SEPULVEDA ARMENDARIZ JOSE ANTONIO -  Fecha: 2024.11.15 09:40:19 +01'00'</p> <p>Fdo.: Sepúlveda Armendáriz, José Antonio RRM. H.U. del Tajo.</p>	<p>Firmado por BLANCA MARIA TOURNE IZQUIERDO - DNI  el día</p> <p>Fdo.: Tourné Izquierdo, Blanca RRM. H.U. La Princesa.</p>