

INFORME DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PPT DEL ACUERDO MARCO PA SUM 21/2023 PARA EL SUMINISTRO DE 87 LOTES DE EQUIPOS DE INFUSIÓN PARENTERAL Y ACCESORIOS PARA ADMINISTRACIÓN DE FLUIDOS Y MEDICAMENTOS, JERINGAS Y AGUJAS PARA TODOS LOS CENTROS DEPENDIENTES DEL SERMAS A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO MEDIANTE PLURALIDAD DE CRITERIOS.

Reunida la mesa de contratación el 20 de mayo de 2024, acordó solicitar a los licitadores admitidos que envíen, en 3 días naturales, fichas técnicas completas y posponer la apertura del Sobre 2 de ofertas económicas y de criterios evaluables automáticamente mediante fórmula, hasta recibirlo y comprobar lo solicitado y los técnicos de la Unidad Promotora, la Subdirección General de Farmacia y Productos Sanitarios, comprueben la solvencia técnica. En respuesta a esa solicitud se indica que, una vez revisada la documentación aportada por las empresas de la documentación requerida, por parte de la mesa de contratación, se emite el siguiente informe sobre el cumplimiento del pliego de prescripciones técnicas:

AMEBIL

- Lote 53: Cumple PPT según ficha técnica.
- Lote 54: Cumple PPT según ficha técnica.
- Lote 55: Cumple PPT según ficha técnica.
- Lote 56: Cumple PPT según ficha técnica.
- Lote 57: Cumple PPT según ficha técnica.
- Lote 58: **NO CUMPLE PPT**. Se solicita una medida de 19G en PPT y presentan una medida de 18G según ficha técnica.
- Lote 59: Cumple PPT según ficha técnica.
- Lote 60: Cumple PPT según ficha técnica.
- Lote 73: Cumple PPT según ficha técnica.
- Lote 80: Cumple PPT según ficha técnica.
- Lote 81: Cumple PPT según ficha técnica.
- Lote 87: Cumple PPT según ficha técnica.

AMEVISA

- Lote 1: discrepancias en tamaño del poro del filtro entre ficha técnica anonimizada y ficha técnica presentada con firma digital de mayo de 2024.
Pendiente de verificar con ficha técnica del sobre 2.
- Lote 2: Cumple PPT según ficha técnica.

- Lote 73: Cumple PPT según ficha técnica.
- Lote 80: Cumple PPT según ficha técnica.
- Lote 81: Cumple PPT según ficha técnica.

BBRAUN MEDICAL

- Lote 2: Cumple PPT según ficha técnica.
- Lote 3: Cumple PPT según ficha técnica.
- Lote 4: **NO CUMPLE PPT**. Se solicita cámara sin filtro en PPT y presenta filtro en la cámara según ficha técnica.
- Lote 14: **NO CUMPLE PPT**. Se solicita que no genere presión ni positiva ni negativa en PPT y presenta presión ligeramente positiva según ficha técnica. Se solicita un espacio muerto de 0,01 o menor en PPT y presenta un espacio muerto de 0,02 ml según ficha técnica.
- Lote 23: Cumple PPT según ficha técnica.
- Lote 53: Cumple PPT según ficha técnica.
- Lote 54: Cumple PPT según ficha técnica.
- Lote 55: Cumple PPT según ficha técnica.
- Lote 56: Cumple PPT según ficha técnica.
- Lote 57: Cumple PPT según ficha técnica.
- Lote 58: **NO CUMPLE PPT**. Se solicita una medida de 19G en PPT y presenta una medida de 18G según ficha técnica.
- Lote 59: Cumple PPT según ficha técnica.
- Lote 60: Cumple PPT según ficha técnica.
- Lote 61: Cumple PPT según ficha técnica.
- Lote 62: Cumple PPT según ficha técnica.
- Lote 63: Cumple PPT según ficha técnica.
- Lote 64: Cumple PPT según ficha técnica.
- Lote 65: Cumple PPT según ficha técnica.
- Lote 66: Cumple PPT según ficha técnica.
- Lote 77: Cumple PPT según ficha técnica.
- Lote 80: Cumple PPT según ficha técnica.
- Lote 81: Cumple PPT según ficha técnica.

BBRAUN SURGICAL

- Lote 35: Cumple PPT según ficha técnica.
- Lote 36: Cumple PPT según ficha técnica.
- Lote 37: Cumple PPT según ficha técnica.
- Lote 38: Cumple PPT según ficha técnica.
- Lote 39: Cumple PPT según ficha técnica.

- Lote 40: Cumple PPT según ficha técnica.
- Lote 41: Cumple PPT según ficha técnica.
- Lote 42: Cumple PPT según ficha técnica.
- Lote 43: Cumple PPT según ficha técnica.
- Lote 44: Cumple PPT según ficha técnica.
- Lote 45: Cumple PPT según ficha técnica.
- Lote 46: Cumple PPT según ficha técnica.
- Lote 47: Cumple PPT según ficha técnica.
- Lote 48: Cumple PPT según ficha técnica.
- Lote 49: Cumple PPT según ficha técnica.
- Lote 50: Cumple PPT según ficha técnica.
- Lote 51: Cumple PPT según ficha técnica.
- Lote 52: Cumple PPT según ficha técnica.

BATIST MEDICAL ESPANHA S.L

- Lote 61: Cumple PPT según ficha técnica.
- Lote 62: Cumple PPT según ficha técnica.
- Lote 64: Cumple PPT según ficha técnica.
- Lote 73: Cumple PPT según ficha técnica.

BECTON DICKINSON, SA

- Lote 1: Cumple PPT según ficha técnica.
- Lote 4: Cumple PPT según ficha técnica.
- Lote 9: Cumple PPT según ficha técnica.
- Lote 11: Cumple PPT según ficha técnica.
- Lote 12: Cumple PPT según ficha técnica.
- Lote 14: **NO CUMPLE PPT**. Se solicita que la válvula permita la visualización de restos hemáticos en todo su recorrido en PPT y presenta una parte opaca según ficha técnica. Se solicita que soporte una presión 325 psi en PPT y presenta una presión de 20 bar (290 psi) según ficha técnica.
- Lote 19: **NO CUMPLE PPT**. Se solicita que la válvula permita la visualización de restos hemáticos en todo su recorrido en PPT y presenta una parte opaca según ficha técnica. Se solicita que soporte una presión 325 psi en PPT y presenta una presión de 20 bar (290 psi) según ficha técnica.
- Lote 20: **NO CUMPLE PPT**. Se solicita que la válvula permita la visualización de restos hemáticos en todo su recorrido en PPT y presenta una parte opaca según ficha técnica. Se solicita que soporte una presión 325 psi en PPT y presenta una presión de 7 bar (101 psi) según ficha técnica. Se solicita que evite la hemólisis en PPT y no se especifica el dato en la ficha técnica.

- Lote 21: **NO CUMPLE PPT**. Se solicita que la válvula permita la visualización de restos hemáticos en todo su recorrido en PPT y presenta una parte opaca según ficha técnica. Se solicita que soporte una presión 325 psi en PPT y presenta una presión de 7 bar (101 psi) según ficha técnica. Se solicita que evite la hemólisis en PPT y no se especifica el dato en la ficha técnica.
- Lote 23: Cumple PPT según ficha técnica.
- Lote 24: Cumple PPT según ficha técnica.
- Lote 27: Cumple PPT según ficha técnica.
- Lote 28: Cumple PPT según ficha técnica.
- Lote 53: Cumple PPT según ficha técnica.
- Lote 54: Cumple PPT según ficha técnica.
- Lote 55: Cumple PPT según ficha técnica.
- Lote 61: Cumple PPT según ficha técnica.
- Lote 62: Cumple PPT según ficha técnica.
- Lote 63: Cumple PPT según ficha técnica.
- Lote 64: Cumple PPT según ficha técnica.
- Lote 65: Cumple PPT según ficha técnica.
- Lote 67: Cumple PPT según ficha técnica.
- Lote 68: Cumple PPT según ficha técnica.
- Lote 71: **NO CUMPLE PPT**. Se solicita cono luer excéntrico en PPT y presenta cono luer concéntrico según ficha técnica.
- Lote 72: **NO CUMPLE PPT**. Se solicita cono luer excéntrico en PPT y presenta cono luer concéntrico según ficha técnica.
- Lote 73: Cumple PPT según ficha técnica.
- Lote 74: **NO CUMPLE PPT**. Se solicita cono luer concéntrico en PPT y presenta cono luer excéntrico según ficha técnica.
- Lote 75: **NO CUMPLE PPT**. Se solicita cono luer concéntrico en PPT y presenta cono luer excéntrico según ficha técnica.
- Lote 76: **NO CUMPLE PPT**. Se solicita cono luer excéntrico en PPT y presenta cono luer concéntrico según ficha técnica.
- Lote 80: **NO CUMPLE PPT**. Se solicita que el cuerpo de la jeringa sea de polipropileno en PPT y presenta cuerpo de policarbonato según ficha técnica.
- Lote 81: Cumple PPT según ficha técnica.
- Lote 82: Cumple PPT según ficha técnica.

BIOMEDICA DIVISIÓN HOSPITALARIA

- Lote 1: **NO CUMPLE PPT**. Se solicita una precisión de flujo de 20 ± 2 gotas por ml en PPT y no se especifica el dato en la ficha técnica.
- Lote 9: Cumple PPT según ficha técnica.

- Lote 10: **NO CUMPLE PPT.** Se solicita con punto de inyección sin aguja y presenta punto de inyección con aguja.
- Lote 11: Cumple PPT según ficha técnica.
- Lote 12: **NO CUMPLE PPT.** Se solicita una precisión de flujo de 20 ± 2 gotas por ml en PPT y no se especifica el dato en la ficha técnica.
- Lote 25: Cumple PPT según ficha técnica.
- Lote 28: **NO CUMPLE PPT.** No corresponde la referencia del anexo 1.1 con la referencia de la ficha técnica.
- Lote 73: Cumple PPT según ficha técnica.
- Lote 74: Cumple PPT según ficha técnica.
- Lote 77: Cumple PPT según ficha técnica.
- Lote 81: Cumple PPT según ficha técnica.
- Lote 86: Cumple PPT según ficha técnica.

CV MEDICA

- Lote 1: Cumple PPT según ficha técnica
- Lote 73: Cumple PPT según ficha técnica.
- Lote 74: **NO CUMPLE PPT.** Se solicita cono luer concéntrico en PPT y presenta cono luer excéntrico según ficha técnica.
- Lote 75: **NO CUMPLE PPT.** Se solicita cono luer concéntrico en PPT y presenta cono luer excéntrico según ficha técnica.
- Lote 76: **NO CUMPLE PPT.** Se solicita cono luer excéntrico en PPT y presenta cono luer concéntrico según ficha técnica.
- Lote 77: **NO CUMPLE PPT.** Se solicita cono luer excéntrico en PPT y presenta cono luer lock según ficha técnica.
- Lote 80: Cumple PPT según ficha técnica.
- Lote 81: Cumple PPT según ficha técnica.

DAVSAN DISTRIBUCIONES CLINICAS, SL

- Lote 25: Cumple PPT según ficha técnica.
- Lote 27: Cumple PPT según ficha técnica.

DISTRAUMA MEDICAL, S.L.

- Lote 1: **NO CUMPLE PPT.** Se solicita longitud mínima del tubo 175 cm sin contar la cámara y presenta 150cm en ficha técnica.
- Lote 61: Cumple PPT según ficha técnica.
- Lote 62: Cumple PPT según ficha técnica.
- Lote 63: Cumple PPT según ficha técnica.
- Lote 64: Cumple PPT según ficha técnica.

- Lote 65: Cumple PPT según ficha técnica.
- Lote 66: Cumple PPT según ficha técnica.

DISTRIBUCIONES LEVANTINAS SANITARIAS, S.L.

- Lote 1: Cumple PPT según ficha técnica.
- Lote 8: Cumple PPT según ficha técnica
- Lote 9: **NO CUMPLE PPT.** Se solicitaba sin punto de inyección y en una parte de la ficha técnica pone que tiene punto de inyección.
- Lote 10: Cumple PPT según ficha técnica.
- Lote 11: **NO CUMPLE PPT.** Se solicita una precisión de flujo de 60 ± 6 microgotas por ml en PPT y presenta una precisión de flujo de 20 ± 2 gotas por ml según ficha técnica.
- Lote 12: **NO CUMPLE PPT.** Se solicita cámara de goteo con un filtro de 200 micras en PPT y presenta cámara de goteo con un filtro de 15 micras según ficha técnica.
- Lote 23: **NO CUMPLE PPT.** Se solicita una acción antimicrobiana en 60 sg en PPT y no se especifica el dato en la ficha técnica.
- Lote 25: **NO CUMPLE PPT.** Se solicita un calibre interno de 3 mm en PPT y presenta un calibre interno de $2,9 \pm 0,07$ según ficha técnica. Se solicita que soporte una presión mínima de 29 psi en PPT y no se especifica el dato en ficha técnica.
- Lote 26: **NO CUMPLE PPT.** Se solicita un calibre interno de 3 mm en PPT y presenta un calibre interno de $2,9 \pm 0,07$ según ficha técnica. Se solicita que soporte una presión mínima de 29 psi en PPT y no se especifica el dato en ficha técnica.
- Lote 27: **NO CUMPLE PPT.** Se solicita un calibre interno de 3 mm en PPT y presenta un calibre interno de $2,9 \pm 0,07$ según ficha técnica. Se solicita que soporte una presión mínima de 29 psi en PPT y no se especifica el dato en ficha técnica.
- Lote 28: **NO CUMPLE PPT.** Se solicita un calibre interno de 3 mm en PPT y presenta un calibre interno de $2,9 \pm 0,07$ según ficha técnica. Se solicita que soporte una presión mínima de 29 psi en PPT y no se especifica el dato en ficha técnica.
- Lote 29: **NO CUMPLE PPT.** Se solicita un calibre interno de 3 mm en PPT y presenta un calibre interno de $2,9 \pm 0,07$ según ficha técnica. Se solicita que soporte una presión mínima de 29 psi en PPT y no se especifica el dato en ficha técnica.
- Lote 30: **NO CUMPLE PPT.** Se solicita un calibre interno de 3 mm en PPT y presenta un calibre interno de $2,9 \pm 0,07$ según ficha técnica. Se solicita que soporte una presión mínima de 29 psi en PPT y no se especifica el dato en ficha técnica.
- Lote 31: **NO CUMPLE PPT.** Se solicita un calibre externo de 2 a 2,5 mm en PPT y presenta un calibre externo de $3 \pm 0,05$ según ficha técnica. Se solicita que soporte una presión de 580 psi en PPT y no se especifica el dato en ficha técnica aportada. Se solicita tubo prolongador con distintivo rojo en PPT y no se especifica el dato en ficha técnica.

- Lote 32: **NO CUMPLE PPT.** Se solicita un calibre externo de 2 a 2,5 mm en PPT y presenta un calibre externo de $3 \pm 0,05$ según ficha técnica. Se solicita que soporte una presión de 580 psi en PPT y no se especifica el dato en ficha técnica.
- Lote 33: **NO CUMPLE PPT.** Se solicita un calibre externo de 2 a 2,5 mm en PPT y presenta un calibre externo de $3 \pm 0,05$ según ficha técnica. Se solicita que soporte una presión de 580 psi en PPT y no se especifica el dato en ficha técnica.
- Lote 86: **NO CUMPLE PPT.** Se solicita numeración cada 5 ml según PPT y presenta numeración cada 10 ml según ficha técnica.

ENVASES FARMACEUTICOS, S.A.

- Lote 73: Cumple PPT según ficha técnica.

FRESENIUS KABI ESPAÑA S.A.

- Lote 14: **NO CUMPLE PPT.** Se solicita que la válvula permita la visualización de restos hemáticos en todo su recorrido en PPT y presenta una parte opaca según ficha técnica. Se solicita un flujo mínimo de 140 ml/min y presenta un flujo de 125 ml/min según ficha técnica.
- Lote 86: **NO CUMPLE PPT** Se solicita que presente numeración cada 5 ml en PPT y presenta numeración cada 10 ml según ficha técnica.

GAMMA SOLUTIONS HEALTH, S.L.

- Lote 61: Cumple PPT según ficha técnica.

GARRIC MEDICA, S.L.

- Lote 1: Cumple PPT según ficha técnica.
- Lote 2: Cumple PPT según ficha técnica.
- Lote 3: Cumple PPT según ficha técnica.
- Lote 12: Cumple PPT según ficha técnica.
- Lote 23: Cumple PPT según ficha técnica.
- Lote 24: Cumple PPT según ficha técnica.
- Lote 25: Cumple PPT según ficha técnica.
- Lote 26: Cumple PPT según ficha técnica.
- Lote 27: Cumple PPT según ficha técnica.
- Lote 28: Cumple PPT según ficha técnica.
- Lote 61: Cumple PPT según ficha técnica.
- Lote 62: Cumple PPT según ficha técnica.
- Lote 63: Cumple PPT según ficha técnica.
- Lote 64: Cumple PPT según ficha técnica.
- Lote 65: Cumple PPT según ficha técnica.

- Lote 80: Cumple PPT según ficha técnica.
- Lote 81: Cumple PPT según ficha técnica.

GRIFOLS MOVACO, S.A.

- Lote 86: Cumple PPT según ficha técnica.

HELIANTHUS MEDICAL, S.L.

- Lote 73: Cumple PPT según ficha técnica.
- Lote 74: **NO CUMPLE PPT**. Se solicita cono luer concéntrico en el PPT y presenta cono luer lock según ficha técnica.
- Lote 75: Cumple PPT según ficha técnica.
- Lote 81: Cumple PPT según ficha técnica.

IBERIAN CARE

- Lote 1: Cumple PPT según ficha técnica.
- Lote 7: Cumple PPT según ficha técnica.
- Lote 8: **NO CUMPLE PPT**. Se solicita que el dispositivo de entrada de aire de la cámara presente filtro antibacteriano en PPT y no se especifica el dato en la ficha técnica.
- Lote 9: Cumple PPT según ficha técnica.
- Lote 10: Cumple PPT según ficha técnica.
- Lote 11: Cumple PPT según ficha técnica.
- Lote 23: Cumple PPT según ficha técnica.
- Lote 24: Cumple PPT según ficha técnica.
- Lote 25: Cumple PPT según ficha técnica.
- Lote 26: Cumple PPT según ficha técnica.
- Lote 27: Cumple PPT según ficha técnica.
- Lote 28: Cumple PPT según ficha técnica.
- Lote 29: Cumple PPT según ficha técnica.
- Lote 30: Cumple PPT según ficha técnica.
- Lote 31: Cumple PPT según ficha técnica.
- Lote 32: Cumple PPT según ficha técnica.
- Lote 33: Cumple PPT según ficha técnica.
- Lote 61: Cumple PPT según ficha técnica.
- Lote 62: Cumple PPT según ficha técnica.
- Lote 63: Cumple PPT según ficha técnica.
- Lote 64: Cumple PPT según ficha técnica.
- Lote 65: Cumple PPT según ficha técnica.
- Lote 71: **NO CUMPLE PPT**. Se solicita cono luer excéntrico en el PPT y presenta cono luer concéntrico según ficha técnica.

- Lote 72: **NO CUMPLE PPT**. Se solicita cono luer concéntrico en el PPT y presenta cono luer excéntrico según ficha técnica.
- Lote 73: Cumple PPT según ficha técnica.
- Lote 74: Cumple PPT según ficha técnica.
- Lote 75: Cumple PPT según ficha técnica.
- Lote 76: Cumple PPT según ficha técnica.
- Lote 77: Cumple PPT según ficha técnica.
- Lote 80: Cumple PPT según ficha técnica.
- Lote 81: Cumple PPT según ficha técnica.
- Lote 85: Cumple PPT según ficha técnica.
- Lote 86: Cumple PPT según ficha técnica.
- Lote 87: Cumple PPT según ficha técnica.

ICU MEDICAL PROD.FARM.HOSPIT.SL

- Lote 14: Cumple PPT según ficha técnica.
- Lote 15: Cumple PPT según ficha técnica.
- Lote 16: **NO CUMPLE PPT**. Se solicita un calibre interno de 2 – 3 mm en PPT y presenta un calibre interno de 1 mm según ficha técnica.
- Lote 17: Cumple PPT según ficha técnica.
- Lote 18: **NO CUMPLE PPT** Se solicita un calibre interno de 2 – 3 mm en el PPT y presenta un calibre interno de 1,19 mm según ficha técnica.
- Lote 19: Cumple PPT según ficha técnica.
- Lote 20: Cumple PPT según ficha técnica.
- Lote 21: Cumple PPT según ficha técnica.

IHT MEDICAL, S.A.

- Lote 3: **NO CUMPLE PPT**. Se solicita un diámetro interno de 3 mm en PPT y presenta un diámetro interno de 2,8 mm según ficha técnica. Se solicita válvula antirreflujo en extremo distal en PPT y no se especifica el dato en la ficha técnica.

INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.

- Lote 2: Cumple PPT según ficha técnica.
- Lote 14: **NO CUMPLE PPT**. Se solicita presentar estudios en revista indexada en PPT y declara no presentarlos en ficha técnica.
- Lote 23: Cumple PPT según ficha técnica.
- Lote 24: Cumple PPT según ficha técnica.

INTRAVEN

- Lote 10: Cumple PPT según ficha técnica.

- **Lote 14: NO CUMPLE PPT.** Se solicita un espacio muerto \leq de 0,1 ml en PPT y presenta un espacio muerto de 0,142 ml según ficha técnica. Se solicita que soporte una presión de 325 psi en PPT y soporta 29 psi (2 bares) según ficha técnica. Se solicita que sea compatible con lípidos en PPT y no se especifica el dato en la ficha técnica.
- **Lote 15: NO CUMPLE PPT.** Se solicita que soporte una presión de 325 psi en PPT y soporta 100 KPa (14,5 psi) según ficha técnica. Se solicita soportar mínimo 400 activaciones en PPT y soporta 200 activaciones según ficha técnica. Se solicita que sea compatible con citostáticos en PPT y no se especifica el dato en la ficha técnica. Se solicita un calibre interno de 2-3 mm en PPT y presenta un calibre interno de 1,3 mm según ficha técnica.
- **Lote 16: NO CUMPLE PPT.** Se solicita un espacio muerto \leq de 0,1 ml en PPT y presenta un espacio muerto de 0,142 ml según ficha técnica. Se solicita que soporte una presión de 325 psi en PPT y soporta 100 KPa (14,5 psi) según ficha técnica. Se solicita soportar mínimo 400 activaciones en PPT y soporta 200 activaciones según ficha técnica. Se solicita que sea compatible con citostáticos en PPT y no se especifica el dato en la ficha técnica. Se solicita un calibre interno de 2-3 mm en PPT y presenta un calibre interno de 1,3 mm según ficha técnica. Se solicita un flujo mínimo de 140 ml/min en PPT y presenta un flujo de 107 ml/min según ficha técnica.
- **Lote 18: NO CUMPLE PPT.** Se solicita un espacio muerto \leq de 0,1 ml en PPT y presenta un espacio muerto de 0,142 ml según ficha técnica. Se solicita que soporte una presión de 325 psi en PPT y soporta 100 KPa (14,5 psi) según ficha técnica. Se solicita soportar mínimo 400 activaciones en PPT y soporta 200 activaciones según ficha técnica. Se solicita que sea compatible con citostáticos en PPT y no se especifica el dato en la ficha técnica. Se solicita un calibre interno de 2-3 mm en PPT y presenta un calibre interno de 1,3 mm según ficha técnica. Se solicita un flujo mínimo de 140 ml/min en PPT y presenta un flujo de 92 ml/min según ficha técnica.
- **Lote 25: NO CUMPLE PPT.** Se solicita que soporte una presión mínima de 29 psi en PPT y no se especifica el dato en la ficha técnica.
- **Lote 26: NO CUMPLE PPT.** Se solicita que soporte una presión mínima de 29 psi en PPT y no se especifica el dato en la ficha técnica.
- **Lote 27: NO CUMPLE PPT.** Se solicita que soporte una presión mínima de 29 psi en PPT y no se especifica el dato en la ficha técnica.
- **Lote 28: NO CUMPLE PPT.** Se solicita que soporte una presión mínima de 29 psi en PPT y no se especifica el dato en la ficha técnica.

IZASA HOSPITAL S.L.U.

- **Lote 1:** Cumple PPT según ficha técnica.
- **Lote 3: NO CUMPLE PPT.** Se solicita válvula antirreflujo en extremo distal en PPT y no se especifica el dato en la ficha técnica aportada.

- Lote 8: **NO CUMPLE PPT.** Se solicita que presente regulador de flujo tipo roller en PPT y presenta pinza clamp según ficha técnica. Se solicita una precisión de flujo de 60 ± 6 microgotas/ml en PPT y presenta una precisión de flujo de 20 gotas según ficha técnica. Se solicita que no presente ningún punto de inyección en su recorrido en PPT y presenta punto de inyección con válvula de bioseguridad según ficha técnica.
- Lote 9: Cumple PPT según ficha técnica.
- Lote 10: Cumple PPT según ficha técnica.
- Lote 53: Cumple PPT según ficha técnica.
- Lote 54: Cumple PPT según ficha técnica.
- Lote 55: Cumple PPT según ficha técnica.
- Lote 56: Cumple PPT según ficha técnica.

JUVAZQUEZ

- Lote 73: Cumple PPT según ficha técnica.
- Lote 80: Cumple PPT según ficha técnica.
- Lote 81: Cumple PPT según ficha técnica.

KCI CLINIC SPAIN S.L.

- Lote 23: Cumple PPT según ficha técnica.
- Lote 24: Cumple PPT según ficha técnica.

LABOLISER, S.A.

- Lote 10: **NO CUMPLE PPT.** Se solicita punto de inyección sin aguja en PPT y presenta punto de inyección para aguja según ficha técnica.
- Lote 25: **NO CUMPLE PPT.** Se solicita un diámetro de 3 x 4,1 mm en PPT y presenta un diámetro de 2,8 x 4 mm según ficha técnica.
- Lote 26: **NO CUMPLE PPT.** Se solicita un diámetro de 3 x 4,1 mm en PPT y presenta un diámetro de 2,8 x 4 mm según ficha técnica.
- Lote 27: **NO CUMPLE PPT.** Se solicita un diámetro de 3 x 4,1 mm en PPT y presenta un diámetro de 2,8 x 4 mm según ficha técnica.
- Lote 28: **NO CUMPLE PPT.** Se solicita un diámetro de 3 x 4,1 mm en PPT y presenta un diámetro de 2,8 x 4 mm según ficha técnica.

LABORATORIOS CAIR ESPAÑA SL.

- Lote 8: **NO CUMPLE PPT.** Se solicita que presente regulador de flujo tipo roller en PPT y presenta pinza clamp según ficha técnica.
- Lote 9: Cumple PPT según ficha técnica.
- Lote 10: Cumple PPT según ficha técnica.

- **Lote 14: NO CUMPLE PPT.** Se solicita que la válvula permita la visualización de restos hemáticos en todo su recorrido en PPT y presenta una parte opaca según ficha técnica.
- **Lote 15: NO CUMPLE PPT** Se solicita que la válvula permita la visualización de restos hemáticos en todo su recorrido en PPT y presenta una parte opaca según ficha técnica. Se solicita que soporte una presión de 325 psi en PPT y soporta 300 psi según ficha técnica.
- **Lote 16: NO CUMPLE PPT.** Se solicita que la válvula permita la visualización de restos hemáticos en todo su recorrido en PPT y presenta una parte opaca según ficha técnica. Se solicita una longitud total de 10 – 16 cm en PPT y presenta una longitud de 18 cm según ficha técnica.
- **Lote 18: NO CUMPLE PPT.** Se solicita que la válvula permita la visualización de restos hemáticos en todo su recorrido en PPT y presenta una parte opaca según ficha técnica.
- **Lote 19: NO CUMPLE PPT.** Se solicita que la válvula permita la visualización de restos hemáticos en todo su recorrido en PPT y presenta una parte opaca según ficha técnica. Se solicita que soporte una presión de 325 psi en PPT y soporta 300 psi según ficha técnica.
- **Lote 20: NO CUMPLE PPT.** Se solicita que la válvula permita la visualización de restos hemáticos en todo su recorrido en PPT y presenta una parte opaca según ficha técnica. Se solicita un flujo mínimo de 140 ml/min en PPT y no se especifica el dato en la ficha técnica.
- **Lote 21: NO CUMPLE PPT.** Se solicita que la válvula permita la visualización de restos hemáticos en todo su recorrido en PPT y presenta una parte opaca según ficha técnica. Se solicita un flujo mínimo de 140 ml/min en PPT y no se especifica el dato en la ficha técnica.
- **Lote 87: NO CUMPLE PPT.** Se solicita numeración cada 5 ml según PPT y presenta numeración cada 10 ml según ficha técnica.

LAMBRA, S.L.

- **Lote 77:** Cumple PPT según ficha técnica.
- **Lote 80:** Cumple PPT según ficha técnica.
- **Lote 81:** Cumple PPT según ficha técnica.

MEDILEVEL, S.A.

- **Lote 61:** Cumple PPT según ficha técnica.
- **Lote 62:** Cumple PPT según ficha técnica.
- **Lote 63:** Cumple PPT según ficha técnica.
- **Lote 64:** Cumple PPT según ficha técnica.
- **Lote 65:** Cumple PPT según ficha técnica.
- **Lote 66:** Cumple PPT según ficha técnica.

MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA, S.L

- Lote 61: Cumple PPT según ficha técnica.
- Lote 62: Cumple PPT según ficha técnica.
- Lote 63: Cumple PPT según ficha técnica.
- Lote 64: Cumple PPT según ficha técnica.
- Lote 65: Cumple PPT según ficha técnica.
- Lote 66: Cumple PPT según ficha técnica.

MERIT MEDICAL SPAIN SLU

- Lote 23: Cumple PPT según ficha técnica.
- Lote 24: Cumple PPT según ficha técnica.

NACATUR 2 ESPAÑA.S.L.

- Lote 01: Cumple PPT según ficha técnica.
- Lote 73: Cumple PPT según ficha técnica.
- Lote 74: Cumple PPT según ficha técnica.
- Lote 75: **NO CUMPLE PPT.** Se solicita numeración cada 5 ml según PPT y presenta numeración cada 10 ml según ficha técnica.
- Lote 77: Cumple PPT según ficha técnica.
- Lote 80: Cumple PPT según ficha técnica.
- Lote 81: Cumple PPT según ficha técnica.
- Lote 86: Cumple PPT según ficha técnica.

NIPRO MEDICAL SPAIN SL

- Lote 72: Cumple PPT según ficha técnica.
- Lote 73: Cumple PPT según ficha técnica.

PALEX MEDICAL, S.A.

- Lote 01: Cumple PPT según ficha técnica.
- Lote 09: Cumple PPT según ficha técnica.
- Lote 10: Cumple PPT según ficha técnica.
- Lote 24: Cumple PPT según ficha técnica.
- Lote 61: Cumple PPT según ficha técnica.
- Lote 62: Cumple PPT según ficha técnica.
- Lote 63: Cumple PPT según ficha técnica.
- Lote 64: Cumple PPT según ficha técnica.
- Lote 65: Cumple PPT según ficha técnica.

PEROXFARMA, S.A.

- Lote 73: Cumple PPT según ficha técnica.

PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS, S.L.

- Lote 01: Cumple PPT según ficha técnica.
- Lote 02: Cumple PPT según ficha técnica.
- Lote 03: Cumple PPT según ficha técnica.
- Lote 04: Cumple PPT según ficha técnica.
- Lote 05: Cumple PPT según ficha técnica.
- Lote 06: Cumple PPT según ficha técnica.
- Lote 07: Cumple PPT según ficha técnica.
- Lote 08: Cumple PPT según ficha técnica.
- Lote 09: Cumple PPT según ficha técnica.
- Lote 10: Cumple PPT según ficha técnica.
- Lote 11: Cumple PPT según ficha técnica.
- Lote 12: Cumple PPT según ficha técnica.
- Lote 13: **NO CUMPLE PPT.** Se solicita que no presente ningún punto de inyección para aguja en su recorrido en PPT y presenta un punto de inyección para aguja según ficha técnica.
- Lote 14: **NO CUMPLE PPT.** Se solicita que presente tapón protector en la zona de conexión a la vía y no lo presenta según ficha técnica. Se solicita un flujo mínimo de 140 ml/min en PPT y presenta un flujo mínimo variable 110-150 ml/min que se encuentra en el rango mínimo fuera de lo solicitado según ficha técnica.
- Lote 15: **NO CUMPLE PPT.** Se solicita un flujo mínimo de 140 ml/min en PPT y presenta un flujo mínimo variable 110-150 ml/min que se encuentra en el rango mínimo fuera de lo solicitado según ficha técnica.
- Lote 16: **NO CUMPLE PPT.** Se solicita un flujo mínimo de 140 ml/min en PPT y presenta un flujo mínimo variable 110-150 ml/min que se encuentra en el rango mínimo fuera de lo solicitado según ficha técnica. Se solicita un calibre interno de las ramas de 2 – 3 mm en PPT y una de las ramas presenta un calibre interno de 1,8 mm según ficha técnica.
- Lote 17: **NO CUMPLE PPT.** Se solicita un flujo mínimo de 140 ml/min en PPT y presenta un flujo mínimo variable 110-150 ml/min que se encuentra en el rango mínimo fuera de lo solicitado según ficha técnica. Se solicita un calibre interno de las ramas de 2 – 3 mm en PPT y una de las ramas presenta un calibre interno de 1,8 mm según ficha técnica.
- Lote 18: **NO CUMPLE PPT.** Se solicita un flujo mínimo de 140 ml/min en PPT y presenta un flujo mínimo variable 110-150 ml/min que se encuentra en el rango mínimo fuera de lo solicitado según ficha técnica. Se solicita un calibre interno de las ramas de 2 – 3 mm en PPT y dos de las ramas presenta un calibre interno de 0,9 y 1,8 mm respectivamente según ficha técnica.

- Lote 19: **NO CUMPLE PPT.** Se solicita un flujo mínimo de 140 ml/min en PPT y presenta un flujo mínimo variable 110-150 ml/min que se encuentra en el rango mínimo fuera de lo solicitado según ficha técnica.
- Lote 20: **NO CUMPLE PPT.** Se solicita un flujo mínimo de 140 ml/min en PPT y presenta un flujo mínimo variable 110-150 ml/min que se encuentra en el rango mínimo fuera de lo solicitado según ficha técnica. Se solicita un calibre interno de las ramas de 2 – 3 mm en PPT y una de las ramas presenta un calibre interno de 0,9 mm según ficha técnica.
- Lote 21: **NO CUMPLE PPT.** Se solicita un flujo mínimo de 140 ml/min en PPT y presenta un flujo mínimo variable 110-150 ml/min que se encuentra en el rango mínimo fuera de lo solicitado según ficha técnica. Se solicita un calibre interno de las ramas de 2 – 3 mm en PPT y dos de las ramas presenta un calibre interno de 0,9 y 1,8 mm respectivamente según ficha técnica.
- Lote 25: Cumple PPT según ficha técnica.
- Lote 26: Cumple PPT según ficha técnica.
- Lote 27: Cumple PPT según ficha técnica.
- Lote 28: Cumple PPT según ficha técnica.
- Lote 29: Cumple PPT según ficha técnica.
- Lote 30: Cumple PPT según ficha técnica.
- Lote 31: **NO CUMPLE PPT** Se solicita un calibre externo de 2 a 2,5 mm en PPT y presenta un calibre externo de 3 mm según ficha técnica.
- Lote 32: **NO CUMPLE PPT.** Se solicita un calibre externo de 2 a 2,5 mm en PPT y presenta un calibre externo de 3 mm según ficha técnica.
- Lote 33: **NO CUMPLE PPT.** Se solicita un calibre externo de 2 a 2,5 mm en PPT y presenta un calibre externo de 3 mm según ficha técnica.
- Lote 34: **NO CUMPLE PPT.** Se solicita un diámetro interno de 1 – 1,5 mm y un diámetro externo de 2 – 2,5 mm en PPT y presenta un diámetro interno de 2,5 mm y un diámetro externo de 4,1 mm según ficha técnica.
- Lote 61: Cumple PPT según ficha técnica.
- Lote 62: Cumple PPT según ficha técnica.
- Lote 64: Cumple PPT según ficha técnica.
- Lote 73: Cumple PPT según ficha técnica.
- Lote 80: **NO CUMPLE PPT.** Se solicita que presente escala graduada cada 0,1 ml en PPT y presenta escala graduada cada 0,2 ml según ficha técnica.
- Lote 81: Cumple PPT según ficha técnica.
- Lote 85: **NO CUMPLE PPT.** Se solicita numeración cada 5 ml según PPT y presenta numeración cada 10 ml según ficha técnica.
- Lote 86: Cumple PPT según ficha técnica.

PROSAC PRODUCTOS S.L

- Lote 01: Cumple PPT según ficha técnica.

PROSAGA SL

- Lote 61: Cumple PPT según ficha técnica.
- Lote 62: Cumple PPT según ficha técnica.
- Lote 63: Cumple PPT según ficha técnica.
- Lote 64: Cumple PPT según ficha técnica.
- Lote 65: Cumple PPT según ficha técnica.
- Lote 66: Cumple PPT según ficha técnica.

ROYAL PROGRESS, S.L.

- Lote 61: Cumple PPT según ficha técnica.
- Lote 62: Cumple PPT según ficha técnica.
- Lote 64: Cumple PPT según ficha técnica.

SMITHS MEDICAL ESPAÑA SLU

- Lote 01: Cumple PPT según ficha técnica.
- Lote 10: Cumple PPT según ficha técnica.
- Lote 12: Cumple PPT según ficha técnica.
- Lote 26: **NO CUMPLE PPT**. Se solicita un calibre interno de 3 mm en PPT y presenta un calibre interno de 2,5 mm según ficha técnica.
- Lote 27: **NO CUMPLE PPT**. Se solicita un calibre interno de 3 mm en PPT y presenta un calibre interno de 2,5 mm según ficha técnica.
- Lote 28: **NO CUMPLE PPT**. Se solicita un calibre interno de 3 mm en PPT y presenta un calibre interno de 2,5 mm según ficha técnica.
- Lote 31: **NO CUMPLE PPT**. Se solicita que soporte una presión de 580 psi (40 bares) en PPT y presenta 38 bares (551 psi) según ficha técnica.
- Lote 32: **NO CUMPLE PPT**. Se solicita que soporte una presión de 580 psi (40 bares) en PPT y presenta 38 bares (551 psi) según ficha técnica.
- Lote 35: **NO CUMPLE PPT**. Se solicita un tamaño de 19G x 15-16 mm en PPT y presenta 19G x 19 mm según ficha técnica.
- Lote 36: **NO CUMPLE PPT**. Se solicita un tamaño de 19G x 15-16 mm en PPT y presenta 19G x 19 mm según ficha técnica aportada.
- Lote 37: Cumple PPT según ficha técnica.
- Lote 38: Cumple PPT según ficha técnica.
- Lote 39: Cumple PPT según ficha técnica.
- Lote 40: Cumple PPT según ficha técnica.

- Lote 41: Cumple PPT según ficha técnica.
- Lote 42: Cumple PPT según ficha técnica.
- Lote 43: Cumple PPT según ficha técnica.
- Lote 44: Cumple PPT según ficha técnica.
- Lote 45: Cumple PPT según ficha técnica.
- Lote 46: Cumple PPT según ficha técnica.
- Lote 47: **NO CUMPLE PPT.** Se solicita que soporte una presión mínima de 300 psi en PPT y presenta 40 psi según ficha técnica.
- Lote 48: **NO CUMPLE PPT.** Se solicita que soporte una presión mínima de 300 psi en PPT y presenta 40 psi según ficha técnica.
- Lote 49: **NO CUMPLE PPT.** Se solicita que soporte una presión mínima de 300 psi en PPT y presenta 40 psi según ficha técnica.
- Lote 50: **NO CUMPLE PPT.** Se solicita que soporte una presión mínima de 300 psi en PPT y presenta 40 psi según ficha técnica.
- Lote 51: **NO CUMPLE PPT** Se solicita que soporte una presión mínima de 300 psi en PPT y presenta 40 psi según ficha técnica.
- Lote 52: **NO CUMPLE PPT.** Se solicita que soporte una presión mínima de 300 psi en PPT y presenta 40 psi según ficha técnica.
- Lote 67: **NO CUMPLE PPT.** Se solicita una longitud del tubo de 70 ± 10 mm en PPT y presenta una longitud de 110 mm según ficha técnica.
- Lote 68: **NO CUMPLE PPT.** Se solicita una longitud del tubo de 70 ± 10 mm en PPT y presenta una longitud de 110 mm según ficha técnica.

SOL MILLENNIUM ESPAÑA

- Lote 71: **NO CUMPLE PPT.** Se solicita cono luer excéntrico en PPT y presenta cono luer concéntrico según ficha técnica.
- Lote 72: **NO CUMPLE PPT.** Se solicita cono luer concéntrico en PPT y presenta cono luer excéntrico según ficha técnica.
- Lote 73: Cumple PPT según ficha técnica.
- Lote 74: Cumple PPT según ficha técnica.
- Lote 84: Cumple PPT según ficha técnica.

TECNICAS MEDICAS DE NAVARRA, S.A.

- Lote 53: Cumple PPT según ficha técnica.
- Lote 54: Cumple PPT según ficha técnica.
- Lote 55: Cumple PPT según ficha técnica.
- Lote 56: Cumple PPT según ficha técnica.
- Lote 57: **NO CUMPLE PPT** Se solicitan marcas más amplias cada 5 ml en PPT y presenta marcas más amplias cada 10 ml según ficha técnica.

VESISMIN S.L.

- Lote 22: Cumple PPT según ficha técnica.

VYGON, S.A.

- Lote 14: **NO CUMPLE PPT.** Se solicita que no presente presión diferencial en PPT y no se especifica el dato en la ficha técnica aportada.
- Lote 19: **NO CUMPLE PPT.** Se solicita que no presente presión diferencial en PPT y no se especifica el dato en la ficha técnica aportada. Se solicita un espacio muerto de la válvula \leq de 0,1 ml en PPT y no se especifica el dato en la ficha técnica aportada. Se solicita que la válvula permita la visualización de restos hemáticos en todo su recorrido en PPT y presenta una parte opaca según ficha técnica. Se solicita un flujo mínimo de 140 ml/min en PPT y presenta un flujo mínimo de 75 ml/min según ficha técnica. Se solicita que soporte una presión mínima de 325 psi en PPT y soporta una presión de 240 psi según ficha técnica. Se solicita soportar mínimo 400 activaciones en PPT y soporta 360 activaciones según ficha técnica.
- Lote 20: **NO CUMPLE PPT.** Se solicita que no presente presión diferencial en PPT y no se especifica el dato en la ficha técnica aportada. Se solicita un flujo mínimo de 140 ml/min en PPT y presenta un flujo mínimo de 106 ml/min según ficha técnica. Se solicita que soporte una presión mínima de 325 psi en PPT y soporta una presión de 240 psi según ficha técnica. Se solicita soportar mínimo 400 activaciones en PPT y soporta 360 activaciones según ficha técnica.
- Lote 21: **NO CUMPLE PPT.** Se solicita que no presente presión diferencial en PPT y no se especifica el dato en la ficha técnica aportada. Se solicita un flujo mínimo de 140 ml/min en PPT y presenta un flujo mínimo de 120 ml/min según ficha técnica. Se solicita que soporte una presión mínima de 325 psi en PPT y soporta una presión de 240 psi según ficha técnica. Se solicita soportar mínimo 400 activaciones en PPT y soporta 360 activaciones según ficha técnica.
- Lote 31: Cumple PPT según ficha técnica.
- Lote 32: Cumple PPT según ficha técnica.
- Lote 53: Cumple PPT según ficha técnica.
- Lote 54: Cumple PPT según ficha técnica.
- Lote 55: Cumple PPT según ficha técnica.
- Lote 58: **NO CUMPLE PPT.** Se solicita una medida de 19G en PPT y presentan una medida de 18G según ficha técnica.
- Lote 63: **NO CUMPLE PPT** Se solicita un diámetro interno mínimo de 13 mm en PPT y presenta un diámetro interno de 12,36 mm según ficha técnica.
- Lote 65: Cumple PPT según ficha técnica.
- Lote 66: Cumple PPT según ficha técnica.

Información que se pone en conocimiento de la Mesa de Contratación, a efectos oportunos.

COMISIÓN TÉCNICA		
<p>IBARRA MORATO MARIA PILAR - 33528390W</p> <p>Firmado digitalmente por IBARRA MORATO MARIA PILAR - 33528390W</p> <p>Fdo.: Ibarra Morato. María Pilar RRM. HU Gregorio Marañón.</p>	<p>GUINEA JAIME JESUS - 03087662G</p> <p>Firmado digitalmente por GUINEA JAIME JESUS - 03087662G</p> <p>Fdo.: Guinea Jaime. Jesús RRM. HU Príncipe de Asturias.</p>	<p>RAMOS SANCHEZ LARA - 50096408Q</p> <p>Fdo.: Ramos Sánchez. Lara RRM HU Fundación Alcorcón.</p>
<p>50219823J NURIA RODRÍGUEZ</p> <p>Firmado digitalmente por 50219823J NURIA RODRÍGUEZ</p> <p>Fdo.: Rodríguez Ballesteros. Nuria RRM. HU Ramón y Cajal.</p>	<p>Firmado por SEPULVEDA ARMENDARIZ JOSE ANTONIO -</p> <p>Fdo.: Sepúlveda Armendáriz. José Antonio RRM. HU del Tajo.</p>	<p>Firmado por BLANCA MARIA TOURNE IZQUIERDO - DNI ***2002**</p> <p>Fdo.: Tourné Izquierdo, Blanca RRM. HU La Princesa.</p>