

Adjunto se responde a las aclaraciones solicitadas en la visita llevada a cabo el 31 de Enero de 2024:

- **Tipo de fregaderos y escurridores:** Serán los que consideren para el uso en laboratorio, tomando como referencia los vistos en otros laboratorios durante la visita
 - **Conexión de los muebles y fregaderos suministrados:** Se indica en el punto 9 del PPT.
 - **Plazo suministro:** Semanas con días naturales, incluyendo festivos.
 - **Presentación de valoración económica:** La oferta económica se presentará de acuerdo a las tablas en formato del anexo 25 del PPT, incluyendo el encabezamiento del Anexo 1.1 es decir, la declaración responsable del apoderado que presenta y firma la oferta.
-
- Indicar que las mesas 2/22 y 2/23 del Laboratorio de Virología, cada una son una mesa formada por 2 unidades de tamaño 1500 x750 MM y alturas 900 y 750 mm respectivamente.

2/22	333301	Mesa con ruedas con las dimensiones de 1500x750x900 mm , constituida por: - Estructura metálica de color blanco 1 un - Superficie de trabajo en resina fenólica de profundidad 1500x750x20mm 2 un	LABORATORIO VIROLOGIA	Ud	1,00
2/23	333302	Mesa con ruedas con las dimensiones de 1500x750x750 mm, constituida por: - Estructura metálica de color blanco 1 un - Superficie de trabajo en resina fenólica de profundidad 1500x750x20mm 2 un	LABORATORIO VIROLOGIA	Ud	1,00

- **Plano de Proyecto en dwg, .-** le facilitaremos el plano a través del correo electrónico gesecocon.hrc@salud.madrid.org, o bien a través de la herramienta mensajes de la plataforma VORTAL donde se encuentra publicado este expediente.