

Expediente 2024-0-02 "suministro de mobiliario de laboratorio para el Servicio de Microbiología"; respuesta consulta planteada por MBY MOBILIARIO DE LABORATORIO.

Se adjunta el Plano de Proyecto en dwg, que se tomará como referencia, y priorizando los criterios del PPT (Pliego de Prescripciones Técnicas) y el Anexo 25, se puntúa la realización de un Proyecto de Implantación de Mobiliario.

Con relación a las dudas planteadas:

- A.** 1/1 ubicada en preparación master mix-pcr: las dimensiones son según el pliego técnico 10778x750x750 mm, pero en el plano, en esa sala, no aparece ninguna bancada con esas medidas. **ACLARACION PUBLICADA. LA MEDIDA CORRECTA 3.680x750x750 mm.**
- B.** 1/5 ubicada en extracción de ADN: no localizamos la bancada. **LONGITUDINAL, ENTRANDO A LA DERECHA.**
- C.** 1/6 ubicada en siembras + recepción + atención continuada: la bancada que mejor encaja a las descripciones del pliego técnico es en "L". En el pliego no aparece como "L". **MESA CON FRENTE RECTO Y PROFUNDIDAD DIFERENTE DE 1200 Y 750 SEGÚN ZONA.**
- D.** 1/16 + 1/19 ubicadas en laboratorio bacteriología: no localizamos las bancadas. La 1/16 dice que 1500x750x750 mm es una mesa con ruedas y los 900 restantes son una bancada con estructura tipo "C". **1/16: NECESITA UNA PARTE CON RUEDAS PARA REGISTRO PATINILLO SEGÚN SE INDICA EN EL ANEXO 25_ 1/19 ESTA HEMOCULTIVOS.**
- E.** 2/21, 2/22 y 2/23 (las mesas móviles): no las localizamos en el plano. **LA MESA 2/21 ESTA EN EXTRACCIÓN ADN. LAS MESAS 2/22 Y 2/23 SON CENTRALES EN EL LABORATORIO VIROLOGIA, DE ALTURA 900 y 750 mm RESPECTIVAMENTE.**
- F.** 4/29 ubicada en siembras + recepción + atención continuada: no localizo el fregadero, puede que sea el que está en una bancada que no hemos conseguido ubicar en el pliego. **VER DESCRIPCIÓN EN PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS.**
- G.** La sala Phoenix, de Secuenciación, BM-Virología aparecen en el pliego técnico como salas a equipar, pero en el anexo no aparecen. **NO CORRESPONDEN A ESTA FASE POR ELLO NO VIENEN RELACIONADAS EN EL ANEXO 25.**
- H.** En el Laboratorio Bacteriología aparecen unas bancadas en el plano que en el anexo no. Ídem en el laboratorio Virología. **VALORAR LO INDICADO EN EL ANEXO 25.**

Un saludo