

DE: DIRECCIÓN GERENCIA DEL ENTE PÚBLICO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE FUENLABRADA

A: PORTAL DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

ASUNTO: PUBLICACIÓN CORRECCIÓN DE ERRORES DE PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES

CORRECCIÓN DE ERRORES DEL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DEL EXPEDIENTE PA SUM 23-041 PARA EL ARRENDAMIENTO DE LA PLATAFORMA DE MONITORIZACIÓN HEMODINAMICA Y EL SUMINISTRO DE CATETERES DE GASTO CARDIACO PARA EL SERVICIO DE ANESTESIA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE FUENLABRADA.

Habiéndose observado errores en el pliego de cláusulas administrativas particulares del expediente arriba indicado, publicado en el Portal de Contratación de la Comunidad de Madrid el día 1 de febrero, pasamos a pormenorizar la subsanación de los mismos:

En la cláusula primera punto 8.2.1 (página 9):

Donde pone:

1. Monitor modular que permita el **escalado de invasividad** con el mismo monitor. Incorpora así la posibilidad en el futuro de incorporar diferentes tecnologías en la misma plataforma:
 - a. Termodilución Transcardiaca continua con catéter de arteria pulmonar
 - b. Oximetría: Saturación Venosa Mixta y Central de Oxígeno continua

Si lo tiene.....13 puntos

Si no lo tiene..... 0 puntos

2. Posibilidad de incorporar **Cambio relativo de la hemoglobina total: ΔctHb**. Cuando se conecte sensor compatible. El cambio relativo de la hemoglobina total (ΔctHb) es un subparámetro de StO₂. Deberá calcular un valor de tendencia, ΔctHb a partir de la suma de los cambios relativos de la hemoglobina oxigenada y la hemoglobina desoxigenada (ΔO₂Hb y ΔHHb).

Si lo tiene.....12 puntos

Si no lo tiene..... 0 puntos

3. **Sistema Operativo** Windows 10

Si lo tiene.....10 puntos

Si no lo tiene..... 0 puntos

4. **Pantalla táctil** con área activa: 12,1"

Si lo tiene.....20 puntos

Si no lo tiene..... 0 puntos

Debería poner:

1. Monitor modular que permita el **escalado de invasividad** con el mismo monitor. Incorpora así la posibilidad en el futuro de incorporar diferentes tecnologías en la misma plataforma:
 - a. Termodilución Transcardiaca continua con catéter de arteria pulmonar
 - b. Oximetría: Saturación Venosa Mixta y Central de Oxígeno continua

Si lo tiene.....13 puntos

Si no lo tiene..... 0 puntos

Corrección de errores

2. Posibilidad de incorporar **Cambio relativo de la hemoglobina total: Δ ctHb**. Cuando se conecte sensor compatible. El cambio relativo de la hemoglobina total (Δ ctHb) es un subparámetro de StO₂. Deberá calcular un valor de tendencia, Δ ctHb a partir de la suma de los cambios relativos de la hemoglobina oxigenada y la hemoglobina desoxigenada (Δ O₂Hb y Δ Hb).

Si lo tiene.....12 puntos

Si no lo tiene..... 0 puntos

3. **Sistema Operativo Windows 10**

Si lo tiene.....10 puntos

Si no lo tiene..... 0 puntos

4. **Pantalla táctil con área activa: 12,1"**

Si lo tiene.....10 puntos

Si no lo tiene..... 0 puntos

Asimismo, se comunica que se estipula una nueva **Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación para el: 2 de abril del 2024 14:00** y que la fecha para la **Apertura de las proposiciones económicas y documentación relativa a los criterios de adjudicación evaluables de forma automática por aplicación de fórmulas**, se estipula para **el día 17 de abril de 2024 a las 11:00 horas**

En Fuenlabrada, a 8 de marzo de 2024

Firmado digitalmente por: SARMIENTO BELTRAN GEMA

Fdo.: Gema Sarmiento Beltrán
Directora Gerente
Ente Público Hospital Universitario de Fuenlabrada

Firmado digitalmente por: RODRIGUES SANTOS ROBERTO