



CONTRATO DE SUMINISTRO DE CENTRÍFUGA REFRIGERADA Y PIPETUS, PARA LA FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ, A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO MEDIANTE PLURALIDAD DE CRITERIOS. Expediente PAS 03-2024. El proyecto PI21/00869 objeto de este contrato está financiado por el Instituto De Salud Carlos III (ISCIII) y la Unión Europea

PREGUNTA

Buenos días,

Para el lote 2, necesitaríamos saber el modelo de centrífuga en el que va el rotor o información más detallada del rotor para proponer una correcta solución.

También necesitamos aclarar si debemos ofertar los tubos con tapas abiertas.

RESPUESTA

Debe ser compatible con la centrífuga del lote 1, y no será necesario ofertar tubos.