

**SUMINISTRO DE REACTIVOS NECESARIOS PARA LA EXTRACCION DE DNA  
GENOMICO A PARTIR DE MUESTRAS DE SANGRE  
(P.A. SUM. 001-2024 /A/SUM-000898/2024)**

**PLIEGO PRESCRIPCIONES TÉCNICAS**

**1.- OBJETO**

Es objeto de este contrato es el suministro de reactivos para el proceso de extracción de ADN genómico a partir de 10.000 muestras de sangre, adaptados al extractor de ADN QIA Symphony. Así como los consumibles necesarios para el funcionamiento del equipo QIA Symphony.

Se solicitan los siguientes materiales:

<b>Consumos para la extracción de 10.000 muestras</b>	
Kits Reactivos de extracción	55 kits (192 uds)
Puntas de pipeta adaptables al robot de 1500 ul	40 uds (1024)
Puntas de pipeta adaptables al robot de 200 ul	12 uds (1024)
Cartuchos de preparación de muestras	13 uds (336)
Funda Barra magnética extracción ácidos nucleicos	10 uds (144)

Los kits de reactivos y materiales a suministrar deben ser compatibles con el equipo de extracción de ADN QIA Symphony.

**2.- ETIQUETADO**

El etiquetado de los envases, se ajustará a lo indicado en el Real Decreto 192/2023, de 21 de marzo, por el que se regulan los productos sanitarios, los productos objeto de este concurso deberán llevar la marca CE.

**3.- SERVICIOS INCLUIDOS**

Se entienden incluidos dentro del presente contrato cuantos gastos pudieran derivarse de la entrega de los materiales, expresamente los de transporte del mismo y todos los derivados de su puesta en marcha.

#### 4.- CADUCIDAD

Todos los productos deberán indicar la fecha de caducidad y el control de esterilidad si procede. El periodo de validez o caducidad de los productos entregados será como mínimo de 6 meses.

CONFORME:  
EL ADJUDICATARIO  
FECHA Y FIRMA

POR LA ADMINISTRACIÓN,  
FECHA Y FIRMA

Firmado digitalmente por  
[REDACTED] LUISA MARIA  
BAREA (R: S2800474E)  
Fecha: 2024.01.29  
12:10:58 +01'00'

Fdo.: Luisa Barea García