


*Este documento es copia del original
aplicación de la normativa vigente.*

RESULTADO DOCUMENTACIÓN TÉCNICA EXPEDIENTE GEL P			
LOTE	DESCRIPCIÓN LOTE	PROVEEDOR	CUMPLE /NO CUMPLE CON LO REQUISITOS EXIGIDOS EN EL PLIE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
1	GEL ANTIFIBROSIS	SPINEART ESPAÑA S.L.U.	NO CUMPLE PORQUE TIENE U TIEMPO DE REABSORCION MENO 20 DIAS.
1		PRIM, S.A.	CUMPLE


Jefe de Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología

al firmado.Se han ocultado datos personales en

APC 2024-1-3 GEL BARRERA ANTIFIBROSIS					
OS EGO	VALORACIÓN				
	CERTIFICADO O DECLARACIÓN DE MARCADO CE (SI/NO)	DECLARACIÓN DE EXENCIÓN DE LÁTEX (SI/NO)	DECLARACIÓN LIBRE DE FTALATOS (SI/NO)	DECLARACIÓN LIBRE DE PIRÓGENOS (SI/NO)	DECLARACIÓN DE BIOCOMPATIBILIDAD (SI/NO)
N OR A	SI	SI	SI	SI	SI
	SI	SI	SI	SI	SI

Jefe de Sección de Cirugía Ortopédica y Traumatología