

NOTA INFORMATIVA 4

Expediente: **MAH PAPC 2024-1-9**

Suministro de Material de Antiescaras y Hemostáticos

1. Consulta planteada

Lote 7. "Apósito plata iónica 20 x 30 cm": Se solicita revisar medidas requeridas

Respuesta

La medida que figura para el "Apósito de plata iónica" (lote 7) es la medida requerida según las necesidades del Servicio de Cirugía Plástica y es la que se viene utilizando de forma histórica en el hospital.

Por otro lado, deben tener en cuenta en el apartado 3 del Pliego de Prescripciones Técnicas "Especificaciones técnicas comunes para todos los lotes" el apartado 9 según el cual "*Las medidas ofertadas pueden variar en un 10% por encima o por debajo de las indicadas en la descripción técnica de los diferentes artículos, excepto en aquellas que se establezca intervalo*".

Servicio de Suministros

