

INFORME TÉCNICO DEL PROCEDIMIENTO ABIERTO DEL SUMINISTRO MICROCATÉTERES PARA TROMBECTOMÍA INTRACRANEAL DISTAL EN NEURORADIOLOGÍA, DE LONGITUD IGUAL O SUPERIOR A 160 CMS PARA EL HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN

EXPEDIENTE: A- SUM-002957-2024

EMPRESAS LICITANTES PRESENTADAS:

- ANGIONAUTIX S.L.
- STRYKER IBERIA S.L
- CARDIVA 2 S.L.
- MEDTRONIC IBERICA S.A.

Revisada la documentación técnica presentada por las empresas licitantes, se emite el presente informe de cumplimiento de los requerimientos exigidos en los Pliegos.

LOTE 1	MICROCATÉTER LUZ INTERNA 0.0165" DE 1.9/2.3 FR LONGITUDES 160 Y 167 CMS
ANGIONAUTIX S.L.	CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS EN EL PLIEGO
LOTE 2	MICROCATÉTER LUZ INTERNA 0.021" DE 2.2/2.6 FR LONGITUDES 160 Y 167 CMS
ANGIONAUTIX S.L.	CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS EN EL PLIEGO.
LOTE 3	MICROCATÉTER LUZ INTERNA 0.021" DE 2.4/2.7 FR LONGITUD 162 CMS
STRYKER IBERIA S.L	CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS EN EL PLIEGO



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: **103663469758838413174**

LOTE 4	MICROCATÉTER LUZ INTERNA 0.017" DE 1.95/2.55 FR LONGITUD 165 CMS
CARDIVA 2 S.L.	CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS EN EL PLIEGO
LOTE 5	MICROCATÉTER LUZ INTERNA 0.021" DE 2.28/2.85 FR LONGITUD 165 CMS
CARDIVA 2 S.L.	CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS EN EL PLIEGO
LOTE 6	MICROCATÉTER LUZ INTERNA 0.021" DE 2.3/2.6 FR LONGITUD 160 CMS
MEDTRONIC IBERICA S.A.	CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS EN EL PLIEGO

Madrid, a 12 de marzo de 2024

Fdo.: Dr. Jesús de la Torre Fernández
Jefe de Servicio de Radiodiagnóstico



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv
mediante el siguiente código seguro de verificación: **103663469758838413174**