

EXPEDIENTE: GCASU2400004

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE: KITS DE FUNGIBLE PARA BOMBA DE INSULINA Y KITS DE FUNGIBLE PARA MICROBOMBA SIN TUBOS, SIN MONITORIZACIÓN CONTINUA DE GLUCOSA, A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO CON PLURALIDAD DE CRITERIOS.

1. OBJETO DEL CONTRATO

El presente contrato tendrá por objeto la adquisición de Kits de fungible para bomba de insulina y kits de fungible para microbomba sin tubos, sin monitorización continua de glucosa, para el Hospital Universitario Infanta Sofía.

Para la utilización de los productos ofertados en el **lote 1 se cederá** sin cargo alguno para el hospital:

- ✓ 49 bombas sin monitorización continua de glucosa.

Para la utilización de los productos ofertados en el **lote 2 se cederá** sin cargo alguno para el hospital:

- ✓ 320 microbombas sin tubos sin monitorización continua de glucosa.

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS A LOS LOTES

Si en la descripción se utilizase algún nombre y/o referencia sujeto a propiedad comercial, deberá entenderse como referencia para localizar el producto en cuestión sin que en ningún caso sea obligatorio ofertar dicho producto.

Especificaciones técnicas para los lotes:

- ✓ Deberán estar libres de látex
- ✓ Poseer marcado CE
- ✓ Deberá figurar en el envase de los productos como mínimo los siguientes datos:
 - Identificación de la empresa.
 - Número de lote
 - Fecha de caducidad
 - Identificación del producto.

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PARA LOS LOTES Y NÚMERO DE ORDEN.

LOTE 1: Orden 1: Kit mensual de fungible para bomba de insulina sin monitorización continua de glucosa.

El Kit deberá incluir todo el material necesario para el tratamiento mensual de cada paciente. El kit estará compuesto por cánula, catéter y baterías. Existirá la posibilidad de distintas longitudes de catéter y cánula según necesidades del paciente.

Lote	Orden	Código	Descripción	Unidades 24 meses	Precio unit. s/iva	Base imponible	IVA 10%	Importe total
1	1	112610	Kit mensual de fungible para bomba de insulina sin monitorización continua de glucosa	1.200	200,93	241.116,00	24.111,60	265.227,60

GCASU2400004 SUMINISTRO DE KITS DE FUNGIBLE PARA BOMBA DE INSULINA Y KITS DE FUNGIBLE PARA MICROBOMBA SIN TUBOS SIN MONITORIZACIÓN CONTINUA DE GLUCOSA.

(Procedimiento abierto. Pluralidad de criterios)

LOTE 2: Orden 2: Kit mensual de fungible para microbomba sin tubos, sin monitorización continua de glucosa.

El kit deberá incluir todo el material necesario para el tratamiento mensual de cada paciente. El kit estará compuesto por reservorios y equipo de infusión. Existirá la posibilidad de diferentes longitudes de cánula según las necesidades del paciente.

Lote	Orden	Código	Descripción	Unidades 24 meses	Precio unit. s/iva	Base imponible	IVA 10%	Importe total
2	2	133566	Kit mensual de fungible para microbomba sin tubos sin monitorización continua de glucosa.	1.920	220,00	422.400,00	42.240,00	464.640,00

4. CONDICIONES QUE HAN DE REGIR PARA LA CESIÓN:

Para la utilización de los productos descritos en el **lote 1** el proveedor deberá ceder 49 bombas con las siguientes características:

- ✓ Posibilidad de programar varios ritmos basales a lo largo de las 24 horas. Dosis basal mínima 0.02U/h con incrementos de 0,01U/h para dosis basales hasta 5U/h. Aumento (hasta 250%) o disminución (hasta 0%) temporal de la dosis basal.
- ✓ Suministro de bolus:
 - Bolus standard rápido ajustable a incrementos unitarios de 0.1, 0.2, 0.5, 1 y 2U
 - Bolus standard ajustable a incrementos de 0.05U para bolos de 0 a 2U
 - Bolus ampliado
 - Bolus multionda
- ✓ Memoria de la bomba accesible. Proporcionará información de al menos 30 últimos bolos, 30 últimas alarmas, 30 últimos totales diarios y 30 últimas dosis basales temporales.
- ✓ Calculador de bolo de insulina externo a la bomba, con parámetros personalizables como el tiempo de retardo, tiempo de acción y aumento tras la comida para dar mayor flexibilidad al paciente en los horarios de las comidas.
- ✓ Autotest: Prueba mediante la cual el usuario puede comprobar y verificar el correcto funcionamiento de la bomba.
- ✓ Sistemas de alarmas audible y/o vibración según la voluntad del usuario. Alerta volumen reservorio bajo. Alerta batería baja / sin batería. Batería alcalina o litio.
- ✓ Plataforma online de gestión de datos donde se pueda descargar los datos de la bomba.
- ✓ Se deberá ofertar material educativo adicional para el paciente y línea gratuita de atención al paciente 24h/365 días (línea 900).

Para la utilización de los productos descritos en el **lote 2** el proveedor deberá ceder 320 microbombas sin tubos sin monitorización continua de glucosa con las siguientes características:

- ✓ Microbomba de infusión sin tubos con reservorio desechable con capacidad máxima de 200U, extraíble y reconectable con una vida de 6 meses y con botones de bolo rápido en la propia bomba. Uso sencillo que se pueda programar fácilmente
- ✓ Tasas basales: Posibilidad de fijar diferentes patrones personales (al menos 5 perfiles basales disponibles como mínimo). Dosis basal 0.1U/h a 25 U/h. Posibilidad de programar varios

- 1000

La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv mediante el siguiente código seguro de verificación:

La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv mediante el siguiente código seguro de verificación:

La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv mediante el siguiente código seguro de verificación:

- La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv mediante el siguiente código seguro de verificación:

La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv mediante el siguiente código seguro de verificación:

La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv mediante el siguiente código seguro de verificación:

La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv mediante el siguiente código seguro de verificación:

La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv mediante el siguiente código seguro de verificación:

La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv mediante el siguiente código seguro de verificación:

La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv mediante el siguiente código seguro de verificación:

Durante la vigencia del contrato, se podrán sustituir las referencias adjudicadas, siempre y cuando no supongan un cambio en la naturaleza y función del producto y no se modifiquen los precios unitarios adjudicados, previa solicitud a la Unidad de Contratación.

El presente pliego, así como el de Cláusulas Administrativas Particulares, será incorporado como parte del contrato que se suscriba con el adjudicatario.

San Sebastián de los Reyes
EL DIRECTOR GERENTE

F rmado d g ta mente por: ROMERO PLASENC A
ANTON O ***0410**
Fecha: 0 4.01.30 0 :

Fdo.: Antonio Romero Plasencia

La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: