

Expediente: A/SUM-000853/2024

SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE ALERGIA Y AUTOINMUNIDAD EN EL LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO EL ESCORIAL

INFORME TÉCNICO - LOTES 1, 2 y 3

LOTE 1- ALERGIAS

THERMO FISHER DIAGNOSTICS, S.L.U. - Cumple con el pliego de prescripciones técnicas.

Valoración criterios objetivos

THERMO FISHER DIAGNOSTICS, S.L.U. - Cumple con todos los criterios valorables obtiene 40 puntos.

LOTE 2 – AUTOINMUNIDAD AUTOMATIZADA

THERMO FISHER DIAGNOSTICS, S.L.U. - Cumple con el pliego de prescripciones técnicas.

Valoración criterios objetivos

THERMO FISHER DIAGNOSTICS, S.L.U. - Cumple con todos los criterios valorables obtiene 40 puntos.

LOTE 3 – AUTOINMUNIDAD ESPECIAL

MENARINI DIAGNOSTICS, S.A. - Cumple con el pliego de prescripciones técnicas.

EUROIMMUN DIAGNOSTICS ESPAÑA S.L.U. - Cumple con el pliego de prescripciones técnicas.

Valoración criterios objetivos

MENARINI DIAGNOSTICS, S.A.

Criterio 1- Si cumple.

Criterio 2- No cumple (según su propio Autobaremo).

Criterio 3- Si cumple.

Puntuación total obtenida: 35 puntos.

EUROIMMUN DIAGNOSTICS ESPAÑA S.L.U.


Criterio 1- El Hospital Universitario El Escorial solicita en este criterio un "Analizador único con capacidad de realizar las dos metodologías (inmunofluorescencia indirecta, inmunoblot)". El licitador, a pesar de dar por cumplido este criterio en el Autobaremo presentado, no lo cumple, dado que oferta dos analizadores independientes, junto con la instalación de un software que permite recopilar todos los datos resultantes de los dos analizadores y gestionarlos de manera conjunta. El criterio es claro en su redacción y exige un único analizador capaz de realizar las dos metodologías.

Criterio 2- Si cumple

Criterio 3- Si cumple

Puntuación total obtenida: 20 puntos.

San Lorenzo de El Escorial, 3 de abril de 2024
LA RESPONSABLE DEL SERVICIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS



Dra. Cristina Sanz-Aránguez Felipe



Hospital El Escorial
LABORATORIO

