

Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía todas las firmas auténticas y se han ocultado los datos personales protegidos y los códigos que permitirían acceder al original.

INFORME TÉCNICO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS DEL EXPEDIENTE 2024-0-15 DE LAS OFERTAS PRESENTADAS, Y DE LOS CRITERIOS DE EVALUABLES DE FORMA AUTOMATICA POR APLICACION DE FORMULAS.

Elaborado por:

Dra. Elena Ana López Jiménez; Jefe de Servicio Análisis Clínicos-Bioquímica

Dra. Cecilia Cueto-Felgueroso-Ojeda; Coordinadora Core-POCT

Fecha: a 25 de marzo del 2024.

Revisada la documentación técnica de las ofertas presentadas en expediente 2024-0-15 para el “**CONTRATO DE SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA LA MONITORIZACION DEL TRATAMIENTO CON ALTAS Y BAJAS DOSIS DE HEPARINA MEDIANTE LA DETERMINACION DEL TIEMPO DE COAGULACION ACTIVADA EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE**” por las empresas, se emite el siguiente

INFORME TECNICO

Lote 1:

- La oferta presentada por **WERFEN ESPAÑA S.A.U** cumple con las especificaciones del pliego.

Resumen de cumplimiento y puntos técnicos:

LOTE	DESCRIPCION ARTICULO	NOMBRE PROVEEDOR	CUMPLIMIENTO PPT	PUNTOS TECNICOS
1	REACTIVO TIEMPO DE COAGULACION ACTIVADA	WERFEN ESPAÑA S.A.U	SÍ	30

De las ofertas presentadas, **que cumplen** con los requisitos mínimos técnicos establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas, se adjunta tabla resumen con la puntuación completa de cada oferta según los criterios establecidos de adjudicación que son evaluables mediante aplicación de fórmulas automáticas.

FIRMADO

Firmado por LOPEZ JIMENEZ ELENA ANA -
***2390** el día 25/03/2024 con un certificado
emitido por AC FNMT Usuarios

Firmado por CUETO FELGUEROSO OJEDA
CECILIA - ***5933** el día
26/03/2024 con un certificado
emitido por AC FNMT Usuarios

Dra. Elena Ana López Jiménez
Jefe de Servicio Análisis Clínicos-Bioquímica

Dra. Cecilia Cueto-Felgueroso-Ojeda
Coordinadora Core-POCT

EXPEDIENTE: 2024-0-15

SUMINISTRO DE REACTIVOS TIEMPO DE COAGULACIÓN ACTIVADA (ACT)

Destino: HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

LOTE	CONCEPTO	PUNTUACION DE CRITERIOS DE VALORACION
1	<p>REACTIVO TIEMPO DE COAGULACION ACTIVADA</p> <p>TOTAL PUNTOS HASTA 30 PUNTOS</p> <ol style="list-style-type: none"> Disminuir los tiempos de respuesta es el principal objetivo de las pruebas a la cabecera del paciente. Por ello, se valorará el tiempo que tarda el equipamiento en emitir resultados; < 5 minutos 10 PUNTOS 5 – 8 minutos 5 PUNTOS > 8 minutos 0 PUNTOS Con el objetivo de aumentar la sensibilidad de la técnica, se valorarán aquellas soluciones que dispongan de dos activadores de la coagulación (Caolín y Sílica/Sílice) en el mismo cartucho: SI 10 PUNTOS Con el fin de simplificar procesos y espacios de almacén, se valorarán las soluciones que cuenten con reactivos de un solo uso y estables a temperatura ambiente durante al menos dos meses: SI 10 PUNTOS 	<p>WERFEN ESPAÑA S.A.U TOTAL PUNTOS:</p> <ol style="list-style-type: none"> El tiempo que tarda el analizador ofertado (GEM Hemochron 100) en emitir resultados es < 5 minutos 10 PUNTOS Los reactivos ofertados disponen de dos activadores de la coagulación: - GEM Hemochron 100 ACT+ (Caolín, Sílice) - GEM Hemochron 100 ACT-LR (Celite® y activadores de dióxido de silicio) 10 PUNTOS Los reactivos ofertados (GEM Hemochron 100 ACT+ y GEM Hemochron 100 ACT-LR) son de un solo uso y estables a temperatura ambiente hasta 12 semanas 10 PUNTOS