



EVALUACIÓN TÉCNICA

EXPEDIENTE: A/SUM-004379/2024

OBJETO: “SUMINISTRO DE PRODUCTOS CONSUMIBLES CON CESIÓN DE EQUIPOS PARA LA REALIZACIÓN DE DETERMINACIONES ANALÍTICAS DEL PROGRAMA DE CRIBADO NEONATAL DE ENFERMEDADES ENDOCRINOMETABÓLICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID EN EL SERVICIO DE BIOQUÍMICA CLÍNICA DEL HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN”

EMPRESAS LICITANTES:

- **BECTON DICKINSON, S.A**
- **BIO-RAD LABORATORIES, S.A**
- **CLINIBAX, S.L**
- **D'4 DISTRIBUCIONES HOSPITALARIAS, S.L.U.**
- **DIAGNOSTICA LONGWOOD, S.L**
- **IBERIAN CARE 2016, S.L**
- **REVVITY ESPAÑA, S.L**
- **SEBIA HISPANIA S.A.**
- **TEKNOKROMA ANALITICA, S.A**

Una vez revisada la documentación técnica presentada por los licitadores, se emite el presente informe de cumplimiento de los requerimientos exigidos en los Pliegos, para cada uno de los lotes, por parte del Comité de Evaluación.

LOTE 1	TALADRO AUTOMATIZADO. INMUNOENSAYOS Y ENSAYOS ENZIMÁTICOS PARA CRIBADO NEONATAL. TARJETAS DE MUESTRAS
REVVITY ESPAÑA, S.L	CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
TEKNOKROMA ANALITICA, S.A	CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



LOTE 2	TALADROS. ESPECTROMETRÍA DE MASAS TRIPLE CUADRUPOLO PARA CRIBADO NEONATAL
REVVITY ESPAÑA, S.L	CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
TEKNOKROMA ANALITICA, S.A	CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
LOTE 3	CRIBADO NEONATAL DE HEMOGLOBINOPATÍAS
BIO-RAD LABORATORIES, S.A	CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
SEBIA HISPANIA S.A.	CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
LOTE 4	CRIBADO NEONATAL DE LA FIBROSIS QUÍSTICA
DIAGNOSTICA LONGWOOD, S.L	CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
LOTE 5	LANCETAS DE INCISIÓN PARA EXTRACCIÓN DE SANGRE CAPILAR DEL TALÓN DE LOS RECIÉN NACIDOS
BECTON DICKINSON, S.A	<p>NO CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</p> <p>En el Pliego de Prescripciones Técnicas se pide:</p> <ul style="list-style-type: none"> Dispositivo de <u>incisión</u>, NO de punción, según la ficha técnica que se presenta, la Lanceta es para realizar PUNCIONES en el talón de los niños. Deberá conseguir <u>flujo alto</u>, para facilitar la recogida de sangre en el papel absorbente y que permita obtener una muestra de alta calidad: En la documentación que aporta <u>no aclara el tipo de flujo</u> que se consigue con la muestra que se obtiene de la extracción.



<p>D'4 DISTRIBUCIONES HOSPITALARIAS, S.L.U.</p>	<p>CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</p>
<p>IBERIAN CARE 2016, S.L</p>	<p>NO CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</p> <p>En el Pliego de Prescripciones Técnicas se pide:</p> <ul style="list-style-type: none"> Dispositivo de incisión, <u>NO de punción</u>, según la ficha técnica que se presenta, <u>no aporta información para saber si la Lanceta</u> es un dispositivo que realiza extracciones mediante incisión o punción en el talón de los niños. Deberá conseguir flujo alto, para facilitar la recogida de sangre en el papel absorbente y que permita obtener una muestra de alta calidad, en la documentación que aporta <u>no aclara el tipo de flujo</u> que se consigue con la muestra que se obtiene de la extracción.
<p>CLINIBAX, S.L</p>	<p>NO CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</p> <p>En el Pliego de Prescripciones Técnicas se pide:</p> <ul style="list-style-type: none"> Dispositivo de incisión, <u>NO de punción</u>, según la ficha técnica que se presenta, no aporta <u>ningún tipo de información</u> para saber si <u>la Lanceta</u> es un dispositivo que realiza <u>incisiones</u> o <u>punciones</u> en el talón de los niños. Deberá conseguir flujo alto, para facilitar la recogida de sangre en el papel absorbente y que permita obtener una muestra de alta calidad, En la documentación que aporta <u>no aclara el tipo de flujo</u> que se consigue con la muestra que se obtiene de la extracción.



	<ul style="list-style-type: none">• Retracción permanente de la hoja de incisión, según la documentación que aporta, la ficha técnica no menciona si la hoja de incisión dispone de retracción permanente.
--	--

En Madrid, a 07 de junio de 2024

Fdo: Montserrat González Estecha
Jefe de Servicio de Bioquímica Clínica

