

EVALUACIÓN TÉCNICA DEL PROCEDIMIENTO PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE ROLLO DE PAPEL PARA CAMILLA EXPLORATORIA PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN ALCORCÓN (EXP.PASO – SUM 015/24)

El objeto del presente expediente es la contratación del suministro de rollo de papel para camilla exploratoria de acuerdo con las especificaciones técnicas y de calidad detalladas en el Pliego de Descripciones Técnicas del PASO-SUM 015/24.

Una vez abierto el sobre único que contiene la documentación administrativa, se ha realizado la lectura y evaluación de la documentación técnica y las muestras presentadas por los licitadores en el expediente de referencia.

Por tanto, se procede a la emisión del informe con la valoración técnica final exponiendo en la siguiente tabla, las calificaciones concluyentes de APTA/NO APTA.

Licitador	RIVAS S.L.U.	EURODEL	BENITEZ PAUBLETE	NACIL MEDICA4	KRAPE SA	MAGAR
	REF.0604092	REF.RC104	REF.C00031	COD.870086 MARCA LUCART	REF.559230	REF.60125060P16
Lote 1	APTO	NO APTO	NO APTO	APTO	NO APTO	NO APTO
Licitador	FAVESAN	CELULOSAS VASCAS	DAHI JALCON	PAPEL AUTOMATIC	DRINITALEX	
	Marca Favesan	REF.76504 MARCA BULKYSOFT	REF.AP40806	REF.10CAM121	REF.RC0325	
Lote 1	NO APTO	NO APTO	NO APTO	NO APTO	NO APTO	

Consideraciones particulares de las ofertas presentadas a los lotes integrados en el EXP. PASO – SUM 015/24

EMPRESAS EXCLUIDAS				
EMPRESA	MARCA	REFERENCIA	MINIMO SOLICITADO	MOTIVOS DE EXCLUSIÓN
EURODEL		RC104	El tejido debe de ser suave, agradable, fuerte y resistente, con gran poder de absorción y no debe de desprender pelusas o partículas.	No es suave ni agradable, es excesivamente rígido por lo que no se adapta a las camillas.
BENITEZ PAUBLETE		C00031	El tejido debe de ser suave, agradable, fuerte y resistente, con gran poder de absorción y no debe de desprender pelusas o partículas.	Cuando se intenta cortar por el precortado, se rompe y desgarra. Es muy flojo y tiene una capacidad de absorción nula.
KRAPE		559230	Anchura del papel entre 50 y 55 cm.	En la documentación, no especifica con que referencia se presenta. La muestra enviada es la REF.559230. El ancho del papel es de 48 cm.
CELULOSAS VASCAS	BULKYSOFT	76504	Precortada cada ≤ 75 cm para poder adaptarse a todas las camillas y optimizar el gasto	El precortado es indetectable.
			El tejido debe de ser suave, agradable, fuerte y resistente, con gran poder de absorción y no debe de desprender pelusas o partículas.	Cuando se intenta cortar por el precortado, se rompe y desgarra. Es muy flojo y tiene una capacidad de absorción nula.
DAHI JALCON		AP40806	Anchura del papel entre 50 y 55 cm.	El ancho del papel es de 60 cm, por lo que no entra en la barra de las camillas.
PAPEL AUTOMATIC		10CAM121	El tejido debe de ser suave, agradable, fuerte y resistente, con gran poder de absorción y no debe de desprender pelusas o partículas.	Cuando se intenta cortar por el precortado, se rompe y desgarra. Es muy flojo y tiene una capacidad de absorción nula.
FAVESAN	FAVESAM		El tejido debe de ser suave, agradable, fuerte y resistente, con gran poder de absorción y no debe de desprender pelusas o partículas.	Cuando se intenta cortar por el precortado, se rompe y desgarra. Es muy flojo y tiene una capacidad de absorción nula.
DRINITALEX		RC0325	Rollos de papel para camillas de celulosa pura 100% o TNT y de color blanco para uso sanitario.	No es de color blanco.
			Anchura del papel entre 50 y 55 cm.	El ancho del papel es de 57 cm, por lo que no entra en la barra de las camillas.
			Precortada cada ≤ 75 cm para poder adaptarse a todas las camillas y optimizar el gasto	No esta precortado.
			Será presentado en bobina para camillas con un canutillo de aprox. 4 cm de diámetro para que entre en todas las barras de las camillas existentes en el hospital.	El canutillo es de 3,5 cm.
			El tejido debe de ser suave, agradable, fuerte y resistente, con gran poder de absorción y no debe de desprender pelusas o partículas.	No es suave ni agradable, es excesivamente rígido por lo que no se adapta a las camillas.
MAGAR		60125060P16	Anchura del papel entre 50 y 55 cm.	El ancho del papel es de 60 cm, por lo que no entra en la barra de las camillas.

En Alcorcón, a la fecha de la firma.