

## INFORME TÉCNICO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS DEL EXPEDIENTE 2024-0-18 DE LAS OFERTAS PRESENTADAS, Y DE LOS CRITERIOS DE EVALUABLES DE FORMA AUTOMATICA POR APLICACION DE FORMULAS.

### Elaborado por:

M<sup>a</sup> Andión Goñi Olangua. Directora de Enfermería

Ivan Encabo Lamparero. Supervisor de RRMM

**Fecha:** a 28 de marzo del 2024

Revisada la documentación técnica de las ofertas presentadas en expediente 2023-0-34 para el "CONTRATO DEL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE RAILES Y SOPORTES PARA EL NUEVO BLOQUE TÉCNICO Y DE HOSPITALIZACIÓN DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE" por las empresas, se emite el siguiente

Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía todas las firmas auténticas y se han ocultado los datos personales protegidos y los códigos que permitirían acceder al original.

### INFORME TECNICO

#### Lote 1:

Se presentan las siguientes empresas:

- **DRÄGER MEDICAL**
- **HELIANTHUS MEDICAL, S.L.**
- **HOSPITAL SOLUTIONS S.L.**
- **TEDISEL IBERICA S.L.**

Las empresas **HELIANTHUS MEDICAL, S.L., HOSPITAL SOLUTIONS S.L** cumplen con las prescripciones técnicas del PPT.

La empresa **TEDISEL IBERICA S.L.** no cumple las prescripciones técnicas del pliego por los siguientes motivos:

- El soporte de cestillo que presenta es de 30x20x20 cm y se solicita de 35x20x20 cm.
- Presenta oferta del soporte para sondas de aspiración y portabotellas, sin embargo no presenta ficha técnica, tan solo en el archivo "1. Memoria Tecnica.pdf" (página 7) cita las medidas del compartimento del soporte de sondas de aspiración (150 x 100 x 480 mm). No contempla el compartimento del soporte portabotellas (no cita medidas de este compartimento), y por tanto, no corresponde a lo solicitado en el PPT:  
*Soporte portabotellas: (110 x 120) ±10 mm x 200 ±20 mm (largo x ancho x alto).*  
*Soporte sondas aspiración: (110 x 120) ±10 mm x 450±50 mm (largo x ancho x alto).*

La empresa **DRAGUER MEDICAL.** no cumple las prescripciones técnicas del pliego por los siguientes motivos:

- El soporte de cestillo que presenta es de 30x20x20 cm y se solicita de 35x20x20 cm.
- Presenta oferta del soporte para sondas de aspiración y portabotellas, sin embargo no presenta ficha técnica, tan solo en el archivo "5 Catalogo Accesorio PROVITA. pdf" (página 37) cita las medidas del compartimento del soporte de sondas de aspiración (150 x 100 x 480 mm). No contempla el compartimento del soporte portabotellas (no cita medidas de este compartimento), y, por tanto, no corresponde al que se solicita en el PPT:  
*Soporte portabotellas: (110 x 120) ±10 mm x 200 ±20 mm (largo x ancho x alto).*  
*Soporte sondas aspiración: (110 x 120) ±10 mm x 450±50 mm (largo x ancho x alto).*

Resumen de cumplimiento y puntos técnicos:

LOTE	DESCRIPCION ARTICULO	NOMBRE PROVEEDOR	CUMPLIMIENTO PPT	PUNTOS TECNICOS
1	RAILES Y SOPORTES COLGANTES	DRÄGER MEDICAL	NO CUMPLE	N/P
		HELIANTHUS MEDICAL, S.L.	CUMPLE	30
		HOSPITAL SOLUTIONS S.L.	CUMPLE	30
		TEDISEL IBERICA S.L.	NO CUMPLE	N/P

De las ofertas presentadas, **que cumplen** con los requisitos mínimos técnicos establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas, se adjunta tabla resumen con la puntuación completa de cada oferta según los criterios establecidos de adjudicación que son evaluables mediante aplicación de fórmulas automáticas.

FIRMADO

Firmado digitalmente por: GOÑI OLANGUA MARIA ANDION  
Fecha: 2024.04.01 10:46

Firmado digitalmente por: ENCABO LAMPARERO IVAN  
Fecha: 2024.04.01 10:36

M.ª Andión Goñi Olangua  
Directora de Enfermería

Ivan Encabo Lamparero  
Supervisor de RRMM

EXPEDIENTE: 2024-0-18

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE RAÍLES Y SOPORTES PARA EL NUEVO BLOQUE TÉCNICO Y DE HOSPITALIZACIÓN

Destino: HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

LOTE	CONCEPTO	PUNTUACION DE CRITERIOS DE VALORACION
1	<p><b>RAILES Y SOPORTES COLGANTES</b></p> <p><b>TOTAL: PUNTOS ..... HASTA 30 PUNTOS</b></p> <p><b>1.1. Rail técnico 2000 mm habitación hospitalización</b></p> <p>1. Presencia de un carril inferior para obtener un doble agarre. SI ..... <b>5 PUNTOS</b></p> <p><b>1.2. Rail técnico 900 mm esclusa y habitaciones</b></p> <p>2. Presencia de un carril inferior para obtener un doble agarre. SI ..... <b>5 PUNTOS</b></p> <p><b>1.3. Soporte cestillo</b></p> <p>3. Enganche a rail técnico con ganchos. SI ..... <b>5 PUNTOS</b></p> <p><b>1.4. Soporte para bombas de infusión a rail</b></p> <p>4. Presenta colgador de 4 ganchos. SI ..... <b>5 PUNTOS</b></p> <p>5. Ampliación de la longitud de la barra para soporte de bombas &gt; 375mm, hasta 500mm.*</p> <p>*Fórmula aplicar: Si la longitud de la barra es igual a 375mm = 0 puntos. Si es igual a 500mm, se valorará con la máxima puntuación = <b>5 PUNTOS</b>, el resto se valorará <b>de manera proporcional</b>.</p> <p><b>1.5. Soporte para sondas de aspiración y portabotellas</b></p> <p>6. Colocación del artículo sin necesidad de herramientas. SI ..... <b>5 PUNTOS</b></p>	<p><b>HELIANTHUS MEDICAL, S.L., HOSPITAL SOLUTIONS S.L.:</b></p> <p><b>TOTAL: 30 PUNTOS</b></p> <p>1.- Si Dispone..... <b>5 PUNTOS</b></p> <p>2.- Si Dispone..... <b>5 PUNTOS</b></p> <p>3.- Si Dispone..... <b>5 PUNTOS</b></p> <p>4.- Si Dispone..... <b>5 PUNTOS</b></p> <p>5.- Longitud hasta 500mm.....<b>5 PUNTOS</b></p> <p>6.- Si Cumple..... <b>5 PUNTOS</b></p>