

INFORME TÉCNICO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS DEL EXPEDIENTE 2024-0-8 DE LAS OFERTAS PRESENTADAS, Y DE LOS CRITERIOS DE EVALUABLES DE FORMA AUTOMATICA POR APLICACION DE FORMULAS.

Elaborado por:

Fdo.: Dr. Ferro Osuna, Jefe de Servicio de Oftalmología

Fecha: a 10 de mayo de 2024

Revisada la documentación técnica de las ofertas presentadas en expediente 2024-0-8 para el "CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIAL FUNGIBLE PARA FACOEMULSIFICACION Y VITRECTOMIA EN EL SERVICIO DE OFTALMOLOGIA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE" por las empresas, se emite el siguiente

INFORME TECNICO

Lote 1:

- La oferta presentada por **ALCON HEALTHCARE, S.A. cumple** con las especificaciones del pliego.

Lote 2:

- La oferta presentada por **DORC ESPAÑA, S.L. cumple** con las especificaciones del pliego.
- La oferta presentada por **ALCON HEALTHCARE, S.A. no cumple** con las especificaciones del pliego. El Equipo de Vitrectomía posterior ofertado para el Lote 2 no dispone de pedal inalámbrico multifunción con disparo de láser fotocoagulador como se solicita en el PPT. Presenta modo de Faco continuo, pulsado, burst y multiburst es de 100 pps y se solicita en el PPT de 125

Resumen de cumplimiento y puntos técnicos:

LOTE	DESCRIPCION ARTICULO	NOMBRE PROVEEDOR	CUMPLIMIENTO PPT	PUNTOS TECNICOS
1	MATERIAL FUNGIBLE NECESARIO PARA REALIZAR LOS PROCESOS DE FACOEMULSIFICACIÓN	ALCON HEALTHCARE, S.A.	SI	30
2	MATERIAL FUNGIBLE NECESARIO PARA REALIZAR LOS PROCESOS DE VITRECTOMÍA SIMPLE Y COMBINADA	ALCON HEALTHCARE, S.A.	NO	
		DORC ESPAÑA, S.L.	SI	30

De las ofertas presentadas, **que cumplen** con los requisitos mínimos técnicos establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas, se adjunta tabla resumen con la puntuación completa de cada oferta según los criterios establecidos de adjudicación que son evaluables mediante aplicación de fórmulas automáticas.

FIRMADO



Fdo.: Dr. Ferro Osuna
JEFE DE SERVICIO DE OFTALMOLOGIA

EXPEDIENTE: 2024-0-8

SUMINISTRO DE MATERIAL FUNGIBLE PARA FACOEMULSIFICACION Y VITRECTOMIA EN EL SERVICIO DE OFTALMOLOGIA		Destino: HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE
LOTE	CONCEPTO	PUNTUACION DE CRITERIOS DE VALORACION
1 ORDEN 1 y 2	MATERIAL FUNGIBLE NECESARIO PARA REALIZAR LOS PROCESOS DE FACOEMULSIFICACIÓN	ALCON HEALTHCARE, S.A. ...TOTAL PUNTOS: 30
	<p>TOTAL: PUNTOS HASTA 30 PUNTOS</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pieza de mano con sensor para control de PIO y detección automática el nivel de ojo de paciente (PEL) 10 PUNTOS 2. Punta de faco compatible con energía torsional con disponibilidad de pequeño orificio refrigerante cerca de la punta que evite quemaduras incisionales y aporte mayor estabilidad en la desoclusión ... 7 PUNTOS 3. Posibilidad de implantación de la lente con pieza de mano mecánica y mediante pedal ... 7 PUNTOS 4. Vitreotomo anterior bimanual con posibilidad de alcanzar hasta 5000cpm, 23G ... 6 PUNTOS 	<ol style="list-style-type: none"> 1.- Si dispone. 10 puntos 2.- Si dispone. 7 Puntos 3.- Si posibilita. 7 Puntos 4.- Si dispone. 6 Puntos
2 ORDEN 3 a 11	MATERIAL FUNGIBLE NECESARIO PARA REALIZAR LOS PROCESOS DE VITRECTOMÍA SIMPLE Y COMBINADA	DORC ESPAÑA, S.L.....TOTAL PUNTOS: 30
	<p>TOTAL: PUNTOS HASTA 30 PUNTOS</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Módulo de inyección subretiniana para nuevas terapias, para un mejor control de la infusión ... 15 PUNTOS 2. Iluminación tipo LED de alto rendimiento y fidelidad cromática ... 5 PUNTOS 3. Vitreotomos de doble corte, de hasta 20.000 cpm ... 5 PUNTOS 4. Sonda de luz biselada de campo amplio con depresor escleral para exoiluminación ... 5 PUNTOS 	<ol style="list-style-type: none"> 1.- Si dispone. 15 Puntos 2.- Si dispone. 5 Puntos 3.- Si dispone. 5 Puntos 4.- Si dispone. 5 Puntos