

Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía todas las firmas auténticas y se han ocultado los datos personales protegidos y los códigos que permitirían acceder al original.

## INFORME TÉCNICO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL EXPEDIENTE 2024-0-3 DE LAS OFERTAS PRESENTADAS, Y DE LOS CRITERIOS DE EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FORMULAS.

### Elaborado por:

Raquel Vinagre Gaspar. Subdirectora de Enfermería.  
Iván Encabo Lamparero. Supervisor de Recursos Materiales.

**Fecha:** 22 de abril de 2023

Revisada la documentación técnica de las ofertas presentadas en expediente 2024-0-3 para el "CONTRATO DE SUMINISTRO DE ADITAMENTOS PARA MESAS DE QUIRÓFANO PARA EL NUEVO BLOQUE QUIRÚRGICO DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE" por las empresas, se emite el siguiente

### INFORME TECNICO

#### Lote 1:

- La oferta presentada por **DISTRAUMA MEDICAL, S.L.**, cumple con las especificaciones del pliego.
- La oferta presentada por **LORCA MARIN, S.A.** no cumple con las especificaciones del pliego por:
  - Las ordenes 2,3,7,10,13,16,25,26 y 32 presentan en ficha técnica medidas inferiores a las que se determinan como exigido en el PPT, según párrafo:

***Realizado estudio de mercado y teniendo en cuenta la diversidad de medidas, ante la imposibilidad de aplicar un % de variabilidad para asegurar la concurrencia; se aceptarán productos con medidas superiores a las tomadas como referencia.***



- **Se solicita PPT Ordenes 2 y 3:**

2	Almohadilla apoyabrazos anatómica niño 330 x 140 x 30 mm
3	Almohadilla apoyasacro para decúbito supino adulto 450 x 445 x 13 mm

Informe

Técnico


**Oferta Lorca Marín**

2	4095.AP071-1U	POSICIONADOR PARA BRAZO (42X12,5X2 CM)	
3	4095.AP103-1-1U	POSICIONADOR APOYASACRO 40X38X2.5 CM	

- **Se Solicita PPT Orden 7:**

7	Almohadilla apoyacabeza para decúbito prono tubo anestesia adolescente 273 x 220 x 135 mm
---	---


**Oferta Lorca Marín**

7	AP023-UFG-1U	PROTEC GEL REPOSACABEZAS PRONO BAJO PESO 23 X 19 X 13	
---	--------------	---	--

- **Se solicita PPT Orden 10:**

10	Almohadilla apoyapierna anatómica adulto 515 x 150 x 13 mm
----	--

**Oferta Lorca Marín**

10	AP301-UFG-1U	POSICIONADOR LAMINA LISA GEL BAJO PESO 20X50X2CM	
----	--------------	--	---

- **Se solicita PPT Orden 13:**


Informe

Técnico

La autenticidad de este documento se puede c  
mediante el siguiente código seguro de verifc

13	Almohadilla apoyapierna para pernera posición litotomía pediátrica 315 x 300 x 10 mm / un par
----	---


**Oferta de Lorca Marín**

13	4095.AP801-1U	PAR DE PROTECCIONES PARA SOPORTE LLOYDS 31X23X1 CM	
----	---------------	--	---

**Se solicita PPT Orden 16:**

16	Almohadilla facial para proteger frente del paciente tubo anestesia 160 x 70 x 8 mm
----	---


**Oferta Lorca Marín**

16	4095.AP021-1U	PROTECTOR GEL FACIAL 16X6X1.6 CM	
----	---------------	----------------------------------	---

**Se solicita PPT Orden 25:**

25	Almohadilla tobillo, talón y pie anatómica para posición decúbito supino 190 x 110 x 30 mm/un par
----	---


**Oferta Lorca Marín:**

25	AP032-UFG-1U	PROTECTOR GEL TALON CERRADO D SILICO(PAR)BAJO PESO 17X10.5X5CM	
----	--------------	--	---

**Se solicita PPT Orden 26:**

26	Almohadilla universal colocación paciente 425 x 155 x 60 mm
----	---


**Oferta Lorca Marín:**

26	4095.AP097-1U	POSICIONADOR OVALADO UNIVERSAL 50X12,5X7CM	
----	---------------	---	---

- **Se solicita en el PPT orden 32:**

32	Cojín en forma de túnel para las piernas del paciente 650 x 400 x 230 mm
----	--

**Oferta Lorca Marín:**

32	4095.AP103-1U	PROTECTOR FORMA DE TUNEL 60X41X21.5 CM	
----	---------------	---	--

- En el PPT se solicita como característica Técnica que pueda aplicar calor has 40º y frío hasta -12, manteniendo las propiedades originales de los artículos a licitar, se oferta **“Se puede calentar y enfriar manteniendo las propiedades originales”**, no hace referencia a calor hasta 40 º o frío hasta -12.

**Lote 2:**

- La oferta presentada por **DISTRAUMA MEDICAL, S.L.** cumple con las especificaciones del pliego.

**Lote 3:**

- La oferta presentada por **DISTRAUMA MEDICAL, S.L.** cumple con las especificaciones del pliego.
- La oferta presentada por **LORCA MARIN, S.A.** cumple con las especificaciones del pliego.

Resumen de cumplimiento y puntos técnicos:

LOTE	DESCRIPCION ARTICULO	NOMBRE PROVEEDOR	CUMPLIMIENTO PPT	PUNTOS TECNICOS
1	ALMOHADILLAS Y COJINES	DISTRAUMA MEDICAL, S.L.	Si	30
		LORCA MARIN, S.A.	NO	N/P
2	COLCHONES DE VACIO	DISTRAUMA MEDICAL, S.L.	SI	30
3	CINTURONES DE SEGURIDAD ALMOHADILLADOS	DISTRAUMA MEDICAL, S.L.	SI	30
		LORCA MARIN, S.A.	SI	30

De las ofertas presentadas, **que cumplen** con los requisitos mínimos técnicos establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas, se adjunta tabla resumen con la puntuación completa de cada oferta según los criterios establecidos de adjudicación que son evaluables mediante aplicación de fórmulas automáticas.

FIRMADO

Firmado digitalmente por: ENCABO LAMPARERO IVAN  
Fecha: 2024.04.24 08:24

Firmado digitalmente por: VINAGRE GASPAS RAQUEL  
Fecha: 2024.04.24 15:07

Fdo.: Ivan Encabo Lamparero  
Supervisor de Recursos Materiales

Fdo.: Raquel Vinagre Gaspar  
Subdirectora de Enfermería

Informe

Técnico

EXPEDIENTE: 2024-0-3		
SUMINISTRO DE ADITAMENTOS PARA MESAS DE QUIRÓFANO PARA EL NUEVO BLOQUE QUIRURGICO		Destino: HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE
LOTE	CONCEPTO	PUNTUACION DE CRITERIOS DE VALORACION
1	<p><b>ALMOHADILLAS Y COJINES</b></p> <p><b>TOTAL PUNTOS ..... HASTA 30 PUNTOS</b></p> <p><b>1. Nº Orden del 1 al 33 (a excepción del nº 24):</b> Presentar oferta con calidad especifica de gel: Gel con núcleo de espuma de poliuretano reutilizable (espuma poliuretano recubierta de gel de silicona): A mayor número de órdenes que presenten el gel con núcleo de espuma de poliuretano reutilizable, se le otorgará la mayor puntuación, 25 puntos, el resto se valorará de manera proporcional ... <b>HASTA 25 PUNTOS</b></p> <p><b>2. Nº Orden 24: Almohadillas Tobillo, talón, pie, Pediatría:</b> Goma de silicona de grado médico reutilizable ... <b>5 PUNTOS</b></p>	<p><b>DISTRAUMA MEDICAL, S.L..... TOTAL PUNTOS: 30</b></p> <p><b>1.-</b> Dispone de 15 órdenes con gel con núcleo de espuma de poliuretano reutilizable (espuma poliuretano recubierta de gel de silicona) ..... <b>25 puntos</b></p> <p><b>2.-</b> Si dispone ..... <b>5 puntos</b></p>
2	<p><b>COLCHONES DE VACIO</b></p> <p><b>TOTAL PUNTOS ..... HASTA 30 PUNTOS</b></p> <p><b>1.</b> Compuestos con microbolas de espuma de poliestireno con disposición de microespacio ... <b>HASTA 30 PUNTOS</b></p>	<p><b>DISTRAUMA MEDICAL, S.L..... TOTAL PUNTOS: 30</b></p> <p><b>1.-</b> Si dispone..... <b>30 puntos</b></p>

La autenticidad de este documento puede comprobarse en el portal de verificación de documentos de este código de verificación: 0985903090020

EXPEDIENTE: 2024-0-3		
SUMINISTRO DE ADITAMENTOS PARA MESAS DE QUIRÓFANO PARA EL NUEVO BLOQUE QUIRURGICO		Destino: HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE
LOTE	CONCEPTO	PUNTUACION DE CRITERIOS DE VALORACION
3	CINTURONES DE SEGURIDAD ALMOHADILLADOS	DISTRAUMA MEDICAL, S.L. y LORCA MARCA, S.A.....TOTAL PUNTOS: 30
	TOTAL PUNTOS..... HASTA 30 PUNTOS  1. Disponer de cinturones termosellados (sin costuras) ... <b>HASTA 30 PUNTOS</b>	
		1.- Si disponen..... <b>30 puntos</b>

La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.es con el código de verificación: 098539030900